



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
4^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Θεσσαλονίκη 18/4/2016
Αριθμ. πρωτ. 4709

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
(Εθν. Αντίστασης 161 Τ.Κ. 55134- ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Γραφείο: Προμηθειών
Τηλέφωνο: 2313 304461
Φαξ: 2313 304452
Πληροφορίες: Παμπουκίδης Ν..
E-mail: promagpavlos@outlook.com

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Το Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» έχοντας υπόψη:

1. Το με αριθμ. πρωτ. 3512/14-09-2015 έγγραφο της ΕΠΥ με θέμα «Υποχρεωτική διαδικασία σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για όλους τους δημόσιους φορείς υγείας»
2. Το γεγονός ότι προτίθεται στο πλαίσιο του Π.Π.Υ.Υ. 2014 να διενεργήσει πρόχειρο ανοιχτό διαγωνισμό με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» βάσει των ακόλουθων:

| | |
|---|--|
| E-mail Αναθετουσας αρχής | promagpavlos@outlook.com |
| Ημερομηνία Ανάρτησης | 18/4/2016 |
| Χρονική διάρκεια Υποβολής Τεχνικών Προδιαγραφών | 20 ημέρες, ήτοι από 18/4/2016 έως 9/5/2016 |
| Περιγραφή προϊόντος/υπηρεσίας | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ |
| Κωδικός CPV: | 50400000-9 |
| ΚΑΕ | 0887 |
| Προϋπολογισθείσα δαπάνη | 30.000€ |

ΚΑΛΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

Εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών αρχομένης από την επόμενη της παρούσας ανάρτησης να υποβάλλουν στο τμήμα προμηθειών Τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα της υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»

Η υποβολή των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων θα γίνεται στην ελληνική ή / και στην αγγλική γλώσσα, ταυτόχρονα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (cd, dvd, usb memory stick).

Το τελικό σχέδιο της Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

| ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.Θ. ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ |
|--|-------------------------|
| A. Οίκος HEINEN + LÖWENSTEIN, mod. LEON plus (3 τμχ), με S/N 1. 02000010HUL00200459 2. 02000010HUL00301437 3. 02000010HUL00302645 | |
| B. Οίκος Dräger τύπος: Mod.Julian (1 τμχ) με S/N ARME 0069 Mod.Primus (2 τμχ) με S/N ARTL 0103, ARXM 0071 Mod.Sulla 808V (1 τμχ) με S/N ARBB 0035 | |

Ο ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΕΤΡΟΣ ΣΕΡΙΔΗΣ
MSc ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ