



Προς
4^η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Μελίσσια, 21 Μαρτίου 2016

**ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ
«ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ», CPV: 33194100-7.**

Κύριοι,

Σας υποβάλουμε τις τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων μας στην κατηγορία «συσσκευές έγχυσης», (CPV: 33194100-7).

Με εκτίμηση,
Για την ENORASIS Α.Ε.

ΕΝΟΡΑΣΙΣ Α.Ε.
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ - ΙΑΤΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΜΗΧ/ΤΑ
ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ 17 & Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Κ. 151 27
ΑΦΜ: 094503580 - ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. Μ.Α.Τ. 15127/Β/98/156

Κωνσταντάκης Σωτήριος
Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

ΕΝΟΡΑΣΙΣ Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ 17 & ΛΕΩΦΟΡΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΜΕΛΙΣΣΙΑ 151 27, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210 6136332, FAX: 210 8105298, <http://www.aenorasis.gr>



ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣΤΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣΤΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣΤΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.



**ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΑ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ (PCA) ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ.**

Προτείνουμε την προσθήκη των κάτωθι προδιαγραφών:

Συσκευή χορήγησης υγρών διαλυμάτων/φαρμάκων, ελεύθερη φθαλικών αλάτων (DEHP FREE), ελεύθερη λάτεξ (LATEX FREE), μήκους > 250 cm, να φέρει διατηρητικό ρύγχος και κίτρινο χρωματισμό, διάρκειας παραμονής έως ενενήντα έξι (96) ώρες, συμβατή με ηλεκτρονική ογκομετρική αντλία μικρού βάρους (<500 gr) και όγκου, πολλαπλών θεραπειών (συμπεριλαμβανομένων διαχείρισης ενδοφλέβιας και επισκληρίδιας αναλγησίας και με προγραμματισμένη διακοπτόμενη επισκληρίδια χορήγηση), υψηλής ακρίβειας (με απόκλιση στη χορήγηση $\pm 2,5\%$ σε όλο το εύρος χορήγησης), με δυνατότητα bolus χορήγησης και από λειτουργία στην οθόνη της αντλίας και με διάρκεια επαναφορτιζόμενης μπαταρίας 24 ωρών με ρυθμό 125 ml/h.

Να παραχωρούνται οι αντίστοιχες συμβατές αντλίες ως συνοδός εξοπλισμός καθώς και το καλώδιο ελέγχου χορήγησης από τον ασθενή (bolus handle).

ΕΝΟΡΑΣΙΣ Α.Ε.
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ - ΙΑΤΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΜΗΧ/ΤΑ
ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ 17 & ΣΤ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Κ.151 27
ΑΦΜ: 094503590 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α. 709070201ΑΤ/Β/98/156
ΑΡ.Α.Α. 709070201ΑΤ/Β/98/156



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ

A/A	Περιγραφή είδους γραφείου προμηθειών ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	Μονάδα μέτρησης γραφείου προμηθειών
1	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΡΟΗΣ, ΟΓΚΟΥ 120ML ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕ ΕΝΑ ΕΥΡΥ ΡΥΘΜΟ ΕΓΧΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΠΟΥ 1-15 ml/hr	ΤΕΜΑΧΙΑ
2	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ , ΟΓΚΟΥ 100ml ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΡΟΗΣ ΜΕ ΥΨΗΛΟ ΡΥΘΜΟ ΕΓΧΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΠΟΥ 4-12 ml/hr	ΤΕΜΑΧΙΑ
3	ΦΟΡΗΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ- ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 12ΩΡΟΥ , ΟΓΚΟΥ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 60 ml ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΡΟΗΣ 5ml/hr	ΤΕΜΑΧΙΑ
4	ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΑ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ (PCA) ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ

ΕΝΟΡΑΣΙΣ Α.Ε.
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ - ΙΑΤΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΜΗΧ/ΤΑ
ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ 17 & Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Κ. 151 27
ΑΦΜ: 094503580 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α. 123456789 / ΑΤ/3/92/156