



BIOSEF Α.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΟΡΡΩΝ

Τρίκαλα , 16 Μαρτίου 2016

ΠΡΟΣ:

**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

ΘΕΜΑ:

**Υποβολή πρότασης για τις τεχνικές προδιαγραφές (ΑΡ.ΠΡΩΤ.:2756/04-03-2016) του
ανοιχτού διαγωνισμού «ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ,CPV:33194100-7» της εταιρείας **BIOSEF
Α.Ε.****

Συσκευή χορήγησης υγρών διαλυμάτων/φαρμάκων, ελεύθερη από φθαλικά άλατα και latex, μήκους $\geq 250\text{cm}$ για ηλεκτρονικές αντλίες ελεγχόμενης ογκομετρικής έγχυσης, οι οποίες να έχουν την δυνατότητα δυο τουλάχιστον τρόπων χορήγησης Bolus δόσης και επιλογή λειτουργίας TCI, PCA, SGC.

Σύριγγα χορήγησης διαλυμάτων, χωρητικότητας 50/60ml η οποία να είναι κατασκευασμένη από υλικό ελεύθερο από PVC και φθαλικά άλατα, υψηλών πιέσεων και να καταλήγει σε σύνδεση Luer-lock καταλληλη για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ηλεκτρονικές αντλίες ελεγχόμενης έγχυσης, μικρού βάρους $< 1,5\text{kg}$, με απόκλιση χορήγησης $\pm 2\%$ και να έχει τη δυνατότητα δυο τουλάχιστον τρόπων χορήγησης Bolus δόσης και επιλογή λειτουργίας TCI, PCA, SGC.

Με εκτίμηση,