

Ανοψοφανου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
"ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Τμήμα Οικονομικό
Γραφείο Διαχείρισης Υλικού
Πληροφορίες Μ. Σαρηγιαννίδου
Τηλ: 2313304463
Fax: 2313304481
e-mail: sylloges@agpavlos.gr

Θεσσαλονίκη 29-11-2017

Αρ.πρωτ.: 16469/30-11-2017

Έρευνα αγοράς που αφορά

Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες, το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τον κωδικό **GMDN** και τον κωδικό **ΕΚΑΠΤΥ** των προσφερομένων ειδών, αλλά και τον χρόνο παράδοσης τους, σε διαφορετική περίπτωση δε θα γίνονται δεκτές οι προσφορές.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Διαχ/σης Υλικού μέσω fax, e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία εκτύπωσης του fax (για προσφορές που κατατίθενται με τηλεμοιοτυπία) και για προσφορές που κατίνονται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχειρώς θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.

Καταληκτική ημερομηνία 07/12/2017

Καταληκτική ώρα : 15.00

Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 4 μήνες

Περιγραφή

1. ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ , ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ , ΧΩΡΙΣ ΑΛΔΕΥΔΕΣ

- Να έχει απολυμαντική δράση έναντι βακτηρίων (ειδικά salmonella & listeria), του μυκοβακτηριδίου της φυματίωσης TB, μυκήτων και ιών (HBV, HCV, HIV).
- Χωρίς αλδεΐδες και φαινόλες.
- Να έχει ισχυρή καθαριστική δράση ιδιαίτερα σε λίπη και πρωτεΐνες.
- Να είναι συμβατό με επιφάνειες παρασκευής τροφής και εστίασης όπως: inox, duropal, πλαστικό, μελαμίνη, πορσελάνη.
- Να μην χρειάζεται ξέβγαλμα.
- Να μην είναι : τοξικό, ερεθιστικό και διαβρωτικό.
- Να αναφέρονται : η πυκνότητα του διαλύματος, οι αραιώσεις του, ο ελάχιστος χρόνος δράσης του καθώς και το κόστος του προς χρήση διαλύματος για τη συγκεκριμένη χρήση.
- Να έχει άδεια από τον ΕΟΦ ΚΑΙ ΓΧΚ.
- Συσκευασία έως 5 λίτρα.

(60902125010001)

2. ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΧΩΡΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (ΠΧ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ), ΧΩΡΙΣ ΑΛΔΕΥΔΕΣ

- Να είναι δραστικό έναντι: βακτηρίων, μυκήτων, ιών (HBV, HCV, HIV), και του μυκοβακτηριδίου της φυματίωσης TB.
- Να είναι συμβατό με όλες τις επιφάνειες όπως: μεταλλικές, πλαστικές, PVC, INOX, μελαμίνες.
- Να μην χρειάζεται ξέβγαλμα.
- Να μην είναι ερεθιστικό, τοξικό και διαβρωτικό.
- Να αναφέρονται η πυκνότητα του διαλύματος, οι αραιώσεις του, ο ελάχιστος χρόνος δράσης του καθώς και το κόστος του διαλύματος για το σύνολο του ζητούμενου φάσματος.
- Να έχει άδεια από τον ΕΟΦ και ΓΧΚ.
- Συσκευασία έως 5 λίτρα.

(60902125010024)

3. ΣΠΡΕΙ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ (ΠΧ. ΠΑΓΚΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) , ΧΩΡΙΣ ΑΛΔΕΥΔΕΣ

- Να περιέχει στη σύνθεση του αλκοόλες -να είναι βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, του μυκοβακτηριδίου της φυματίωσης TB, ιοκτόνο.
- Να είναι συμβατό με υλικά όπως: πλαστικό, γυαλί, μέταλλο, μάρμαρο και inox.
- Να μην αφήνει στίγματα και να εξατμίζεται γρήγορα.
- Να είναι υγρό έτοιμο προς χρήση.
- Να έχει ταχεία δράση και ο χρόνος δράσης του να μην υπερβαίνει τα 5 min.
- Να έχει άδεια από τον ΕΟΦ και ΓΧΚ.
- Συσκευασία έως 1 λίτρο.

(60902125010025)

4.ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟ ΧΛΩΡΙΟ (ΧΛΩΡΙΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΥΑΝΟΥΡΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ) ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΔΙΣΚΙΟΥ (ΤΑΜΠΛΕΤΑΣ)

- Να είναι βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, ιοκτόνο (HBV, HCV, HIV, ROTA).
- Το διάλυμα που προκύπτει να είναι άχρωμο.
- Να ενδείκνυται ειδικά για κλειστούς χώρους.
- Να είναι συμβατό με επιφάνειες πλαστικές, μεταλλικές, plexiglass, μάρμαρα, μελαμίνες.
- Να διαλύονται σε θερμοκρασία νερού βρύσης και να απελευθερώνουν σταδιακά τη δραστική ουσία τους, χωρίς ίζημα.
- Να αναφέρονται το κόστος του δισκίου και ο ελάχιστος χρόνος επίτευξης του απολυμαντικού αποτελέσματος.
- Να έχει άδεια από τον ΕΟΦ και ΓΧΚ.
- Συσκευασία : 2,5 gr – 5 gr / δισκίο , 50 -100 δισκία / κουτί.

(60902125010026)

5.ΥΓΡΟ ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΟΚΤΟΝΙΑΣ ΜΕ ΓΛΟΥΤΑΡΙΚΗ ΑΛΔΕΥΔΗ 2%,ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ,ΟΠΩΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑ.

- Να είναι έτοιμο προς χρήση.
- Να δοθεί ο ελάχιστος χρόνος σποροκτονίας log5.
- Να δοθεί η σταθερότητα του έτοιμου προς χρήση διαλύματος.
- Να είναι δραστικό έναντι: μυκήτων, βακτηρίων (συμπεριλαμβανομένου: Helicobacter pylori κλπ.) , ιών (HBV, HCV, HIV) και σπόρων, καθώς και του μυκοβακτηριδίου της φυματίωσης TB (στον μικρότερο δυνατό χρόνο) .
- Να είναι αντιοξειδωτικό, αντιδιαβρωτικό και συμβατό με τα υλικά κατασκευής των θερμοευαίσθητων οργάνων του χειρουργείου, της Μ.Ε.Θ. και του υπερήχου καρδιάς του νοσοκομείου.
- Να διαθέτει πιστοποιητικό συμβατότητας από μία τουλάχιστον εταιρία εύκαμπτων ή άκαμπτων ενδοσκοπίων αντίστοιχα, ότι εγγυάται την ασφαλή χρήση του προϊόντος για όλους τους τύπους εύκαμπτων ή άκαμπτων ενδοσκοπίων και να αναφέρει ρητά τους επιμέρους τύπους των ενδοσκοπίων για τους οποίους δεν ενδείκνυται η χρήση του προϊόντος.
- Να είναι όσο το δυνατό λιγότερο τοξικό για τους χρήστες, άοσμο ή με ευχάριστη οσμή.
- Να έχει σήμανση CE σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
- Συσκευασία έως 5 λίτρα.

(60902125010027)

6.ΥΓΡΟ ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΑΣΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

- Να είναι δραστικό έναντι μυκήτων, βακτηριδίων, ιών, μυκοβακτηριδίου φυματίωσης TB και σποροκτόνο.
- Να είναι συμβατό με τα υλικά κατασκευής των μασκών των εργαστηρίων.
- Να είναι κατά το δυνατό ΑΟΣΜΟ.
- Να είναι έτοιμο για χρήση.
- Να δοθεί ο ελάχιστος χρόνος επίτευξης της απολύμανσης καθώς της σποροκτονίας, με σαφή λογαριθμική αναφορά (log5).
- Να δοθεί σταθερότητα του έτοιμου προς χρήση διαλύματος.
- Να προσφέρεται δωρεάν με δείκτες ελέγχου της δραστικότητας του διαλύματος.
- Να έχει σήμανση CE σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
- Συσκευασία έως 5 λίτρων.

(60902125010029)

7.ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕ ΕΥΡΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΦΑΣΜΑ , ΧΩΡΙΣ ΑΛΔΕΥΔΕΣ

- Να είναι δραστικό έναντι μυκήτων, ιών και του μυκοβακτηριδίου TB.
- Να περιέχουν ένζυμα για τον καθαρισμό ιστών και βιολογικών υγρών, με απορρυπαντικές και απολυμαντικές ουσίες, χωρίς να αφήνει κατάλοιπα και να απομακρύνει αποτελεσματικά το biofilm.
- Να είναι αντιοξειδωτικά και αντιδιαβρωτικά.
- Να μην είναι ερεθιστικά και τοξικά.
- Να είναι συμβατά με όλα τα υλικά κατασκευής των χειρουργικών εργαλείων.
- Να μην είναι ιωδοφόρα και να είναι χαμηλού αφρισμού.
- Να αναφέρονται οι αραιώσεις καθώς και ο ελάχιστος χρόνος επίτευξης του καθαριστικού και απολυμαντικού αποτελέσματος.
- Να είναι κατάλληλα για χρήση στο χέρι.
- Να έχουν CE και ΓΧΚ.
- Συσκευασία έως 5 λίτρα.

(60902125010033)

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ



ΠΑΤΕΡΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

MSc Ιατρικής Φυσικής
MSc Διοίκησης Μονάδων Υγείας