



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
4<sup>η</sup> Υ.Π.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
“ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ”

Εθν. Αντίστασης 161 Τ.Κ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Τμήμα: Οικονομικό

Γραφείο: Διαχείρισης Υλικού

Πληροφορίες: Π.Αντωνίου

Τηλ: 2313304462

Θεσσαλονίκη: 31-01-2018

Fax: 2313304466 και 2310454210

Αρ.πρωτ.: 1986/1-2-2018

E-mail: diaxeiris@agpavlos.gr

**Έρευνα αγοράς που αφορά ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΜΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ**

Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες, το Γ.Ν.Θ. «Άγιος Παύλος» πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών - που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και την συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ. Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές χρειάζεται να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τον κωδικό GMDN και τον κωδικό EKAPTY των προσφερόμενων ειδών αλλά και τον χρόνο παράδοσής τους.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Διαχείρισης Υλικού μέσω fax ή e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία εκτύπωσης του fax (για προσφορές που κατατίθενται με τηλεομοιοτυπία) και για προσφορές που κατατίθενται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης το φακέλου. Οι προσφορές θα προσκομίζονται ιδιοχείρως θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.

**Καταληκτική ημερομηνία :07/02/2018**

**Καταληκτική ώρα : 15:00**

**Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 4 μήνες**

**ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:**

**1. ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ**

**ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Β31 /22-01-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΑΜΑΞΙΔΙΩΝ (ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ) ΝΑ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΕΩΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 1.200,00€ ΜΕ ΦΠΑ**

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

- Να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, σύγχρονης τεχνολογίας**
- Να είναι χειροκίνητο, να έχει μεγάλη στιβαρότητα και ανθεκτικότητα για νοσοκομειακή χρήση και απαραιτήτως να μην είναι πτυσσόμενο (ελαφρού τύπου)**
- Ο σκελετός του να είναι ανοξείδωτος Χάλυβας με τις ελάχιστες κατά το δυνατόν συγκολλήσεις. Οι υπάρχουσες συγκολλήσεις να είναι αφανείς.**
- Να φέρει πίσω δύο μεγάλους τροχούς αλουμινίου διαμέτρου Φ600cm με ελαστικά συμπαγή από ανθεκτικό PVC. Οι οπίσθιοι τροχοί να είναι προσθαφαιρούμενοι με απλό και εύκολο τρόπο αλλά να παρέχει πλήρη ασφάλεια.**
- Οι δύο εμπρός τροχοί να είναι περιστρεφόμενοι περί άξονα Φ12mm περίπου, με συμπαγή ελαστικά PVC διαμέτρου Φ200 και με ρουλεμάν κλειστού τύπου.**
- Να διαθέτει μηχανισμό φρένου στο εμπρός μέρος των τροχών**
- Να φέρει δυο ανεξάρτητα στηρίγματα ποδιών (υποπόδια), αναδιπλούμενα, μεταλλικής κατασκευής (πχ. Αλουμινίου) και η μεταλλική επιφάνεια του υποποδίου να έχει αντιολισθητικά χαρακτηριστικά**
- Να φέρει μηχανισμό αποφυγής ανατροπής (anti-tip)**
- Οι βασικές διαστάσεις του αμαξιδίου να είναι οι ακόλουθησες:**
  - Πλάτος καθίσματος (έδρα) : 45cm εώς 47cm
  - Βάθος καθίσματος (έδρα) : 45cm περίπου
- Η έδρα και η πλάτη του αμαξιδίου να είναι κατασκευασμένες από αυθεντικό και εύκολα καθοριζόμενο, άφλεκτο, πλαστικόποιημένο, αδιάβροχο ύφασμα, με εσωτερικό ενισχυτικό συνθετικό υπόστρωμα , μεγάλης αντοχής**

και στήριξης. Επιθυμητό χρώμα για την ταπετσαρία έδρας-πλάτης: μαύρο

- Το μέγιστο επιτρεπτό βάρος ατόμου να είναι 170kg
- Να φέρει υποδοχή για στατώ ορού
- Να φέρει θήκη οξυγόνου για φορητή φιάλη οξυγόνου πέντε λίτρων

#### ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- Ο ανάδοχος να διαθέτει Τεχνικό προσωπικό και τμήμα service, το οποίο και θα αναφέρει αναλυτικά
- Να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις διεθνείς ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και θα πρέπει να πληρούν τα διεθνή στάνταρ ασφαλείας και να διαθέτουν CE και αυτό να αποδεικνύεται (με ποινή αποκλεισμού) με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά που θα πρέπει να συνοδεύουν την προσφορά.
- Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον για δύο ετών και βεβαίωση ότι θα υπάρχει επάρκεια ανταλλακτικών για τουλάχιστον 10 έτη.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ



ΠΑΤΕΡΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Msc ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

Msc ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

