



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 161
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΚ 55134
ΤΗΛ. 2313304461 FAX.2313304452
e-mail: promagpavlos@outlook.com
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ: www.agpavlos.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 21-02-2018
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 3055

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις σχετικά με τον Συνοπτικό διαγωνισμό με αρ. διακ. 2018-007/Σ
(ΑΔΑΜ :17PROC002680074), που αφορά την προμήθεια «**ΣΑΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ**», CPV:33141613-0

Ενημερώνουμε, τον κάθε υποψήφιο ενδιαφερόμενο, ότι:

Στις τεχνικές προδιαγραφές της εν λόγω διακήρυξης και συγκεκριμένα στο σημείο **3.3 (σελ. 21) η προδιαγραφή διαμορφώνεται ως εξής:**

Λαμβάνοντας υπόψη την ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ 130648 απόφαση (ΦΕΚ 2198/2-10-2009) παράρτημα Ι παρ. 13 οι ετικέτες όλων των ασκών και των κιβωτίων μεταφοράς καθώς και οι οδηγίες χρήσης να είναι στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα και να περιέχουν διεθνή εναρμονισμένα ή αναγνωρισμένα σύμβολα εφόσον υπάρχει σχετική έγκριση από τον ΕΟΦ, με την προϋπόθεση να περιλαμβάνονται οδηγίες χρήσης στην ελληνική γλώσσα εντός του κιβωτίου σύμφωνα με το ISO 3826-2:2008 το οποίο είναι απόλυτα συμβατό και συμπληρώνει την οδηγία 93/42/ΕΚ.

