



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**4<sup>η</sup> Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ**  
**Γ.Ν.Θ. "ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"**

Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Τμήμα Οικονομικό

Γραφείο Διαχείρισης Αποστειρωμένου Υλικού

Τηλ: 2313304483

Fax: 2313304472

e-mail: [sylloges@agpavlos.gr](mailto:sylloges@agpavlos.gr)

Θεσσαλονίκη: 12-09-2018

Αρ.πρωτ.: 14189/17-9-2018

### **Έρευνα αγοράς που αφορά**

Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες, το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τον κωδικό GMDN και τον κωδικό ΕΚΑΠΤΥ των προσφερομένων ειδών αλλά και τον χρόνο παράδοσης τους.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Διαχ/σης Υλικού μέσω fax, e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία εκτύπωσης του fax (για προσφορές που κατατίθενται με τηλεμοιοτυπία) και για προσφορές που κατίθενται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχείρως θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.

**Καταληκτική ημερομηνία : 20/09/2018**

**Καταληκτική ώρα : 15.00**

**Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 4 μήνες**

## Περιγραφή

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 24<sup>Η</sup> ΣΥΝΕΔΡ.31-08-2018 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑΓ10: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ «ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ (ΟΡΝ)», «ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΩΣ 40atm» ΚΑΙ «ΜΙΚΡΟΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ» ΠΙΘΑΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 3.076,00€ ΜΕ Φ.Π.Α.

1. 4τμχ. «ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ (ΟΡΝ)» ΠΙΘΑΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 300,00€/τμχ. ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ (ΟΡΝ) ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΝΔΟΤΙΤΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΑΓΓΕΙΑ
- ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ 0,014"
- Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΠΑΛΟΝΙΟΥ ΝΑ ΦΤΑΝΕΙ ΤΙΣ 35atm ΑΣΦΑΛΩΣ
- ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ 2 ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΠΑΛΟΝΙΟΥ ΓΙΑ ΑΚΡΙΒΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΠΡΟΕΞΟΧΗ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ
- ΜΕΓΕΘΗ 2,5Χ10, 3Χ10,3,5Χ10 ΚΑΙ 4Χ10

2. 4τμχ. «ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΩΣ 40atm» ΠΙΘΑΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 70,00€/τμχ. ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΣΥΡΙΓΓΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ 25ML

3. 2τμχ. «ΜΙΚΡΟΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ» ΠΙΘΑΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 600,00€/τμχ. ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑ – ΟΔΗΓΟΥ ΣΥΡΜΑΤΟΣ.
- ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ 2 ΑΥΛΟΥΣ ΕΝΑΝ RX(18cm) ΚΑΙ ΕΝΑ ΟΤΩ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΑ ΑΚΡΑ
- ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΓΙΔΕΥΣΗΣ ΜΠΑΛΟΝΙΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ 6F ΟΔΗΓΟ ΚΑΘΕΤΗΡΑ



ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΤΕΡΝΑ

Msc ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

MSc ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ