



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
4<sup>η</sup> Υ.Π.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»  
(Εθν. Αντίστασης 161 Τ.Κ. 55134- ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)

Θεσσαλονίκη 20-11-2019

Αριθμ. πρωτ. 18516/21-11-19

ΠΡΟΣ:

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
Γραφείο: Προμηθειών  
Τηλέφωνο: 2413 304461/464  
Φαξ: 2413 304452  
Πληροφορίες: Μακρίδης Θ.  
E-mail: [promagpavlos@outlook.com](mailto:promagpavlos@outlook.com)

**ΘΕΜΑ: Διορθώσεις σχετικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του με αριθ. 2019-057/Σ συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ»**

**ΣΧΕΤ:**

1. Η με αριθ. Β25/29<sup>η</sup> ΣΥΝ/16-09-2019 (ΑΔΑ: ΩΝΣ546906Ι-ΓΑΣ) απόφαση Δ.Σ. του Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση του αριθ. 12930/14-08-2019 τελικού πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών και τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ», σε εφαρμογή του Πίνακα Προγραμματισμού Διαγωνισμών, Προμηθειών και Υπηρεσιών του διαχειριστικού έτους 2019
2. Ο με αριθ. 2019-057/Σ συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ», CPV: 33141114-2, για τις ετήσιες ανάγκες του Γ.Ν.Θ. ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, προϋπολογισθείσας δαπάνης 49.232,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
3. Το με αριθ. πρωτ. 18469/21-11-19 έγγραφο της με αριθ. 1525/03-06-2019 Επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών

Αναφορικά με το Μέρος Β' των Τεχνικών προδιαγραφών της με αριθ. 2019-057/Σ Διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ», σας ενημερώνουμε για τις παρακάτω διορθώσεις:

**Α)** Στην παράγραφο 3. **Υποχρεώσεις Προμηθευτών** των Γενικών απαιτήσεων και στο σημείο 3. αυτής, αναφέρεται μεταξύ άλλων η φράση «...τα προϊόντα της κατασκευάστριας εταιρίας **κατηγορίας Ι** για γάζες απλές και γάζες ακτινοσκοπιές ...», η οποία αντικαθίσταται από τη φράση «...τα προϊόντα της κατασκευάστριας εταιρίας **κατηγορίας ΙΙΑ** για γάζες απλές και γάζες ακτινοσκοπιές ...», ώστε να είναι σύμφωνη με την αριθ. 11465/1-4-1999 Εγκύκλιο – Απόφαση του Ε.Ο.Φ. με Θέμα: «Ταξινόμηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων (Γάζες)»

**Β)** Στον Πίνακα των Τεχνικών προδιαγραφών και στο είδος με Α/Α 5, κωδικό 210601500015004 και περιγραφή «**Ακτινοσκοπιή γάζα 12-ply διπλή 10cm X 20cm (διπλωμένη)**», αφαιρείται η λέξη «**διπλή**». Επομένως η περιγραφή του είδους γίνεται «**Ακτινοσκοπιή γάζα 12-ply 10cm X 20cm (διπλωμένη)**».

**Γ)** Στον Πίνακα των Τεχνικών προδιαγραφών και στο είδος με Α/Α 7, κωδικό 80108000010003 και περιγραφή «**Κομπρέσα γάζας απλή 40cm X 40cm**», προστίθεται η έκφραση «**4-ply**». Επομένως η περιγραφή του είδους γίνεται «**Κομπρέσα γάζας απλή 40cm X 40cm, 4-ply**».

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπληρωματική πληροφορία.

