



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
"ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗ
Τμήμα Οικονομικό
Γραφείο Διαχείρισης Υλικού
Πληροφορίες Σαρηγιαννίδου Μ.
Τηλ: 2313304463
Fax: 2313304481
e-mail: sylloges@agpavlos.gr

Θεσσαλονίκη, 22-01-2020

Αρ.πρωτ.: 1245/24.1.20

Έρευνα αγοράς που αφορά

Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες και σύμφωνα με απόσπασμα πρακτικού της 45^{ης} Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου την 11-12-2019(Θέμα Β8) , το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή , η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ. Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τον κωδικό **GMDN** και τον κωδικό **ΕΚΑΠΤΥ** των προσφερομένων ειδών ,αλλά και τον χρόνο παράδοσης τους, σε διαφορετική περίπτωση δε θα γίνονται δεκτές οι προσφορές.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Διαχ/σης Υλικού μέσω fax, e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία εκτύπωσης του fax (για προσφορές που κατατίθενται με τηλεμοιοτυπία) και για προσφορές που κατέχονται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχείρως θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Σε περίπτωση που ζητηθεί δείγμα, κρίνεται απαραίτητη η προσκόμισή του.

Καταληκτική ημερομηνία 28/01/2020
Καταληκτική ώρα : 15.00

Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 4 μήνες

Περιγραφή

1. Ράμμα συνθετικό, πολύκλωνο, απορροφήσιμο -μέσης απορρόφησης από πολυγλακτίνη 910 με αντιβακτηριακό παράγοντα Irgacare MP που να διαθέτει επικάλυψη από το ίδιο υλικό. Να διατηρεί 40-50% της τάσης του για περίπου 20 ημέρες. Να απορροφάται πλήρως από τον οργανισμό, σε διάστημα περίπου 55-70 ημερών:

1α. Νο 2/0, με βελόνα 26mm στρογγυλή, ½ κύκλου, μήκος ράμματος περίπου 70cm, πιθανές ανάγκες του τμήματος 20τμχ/έτος

1β. Νο 3/0, με βελόνα 26mm στρογγυλή, ½ κύκλου, μήκος ράμματος περίπου 70cm, πιθανές ανάγκες του τμήματος 20τμχ/έτος

1γ. Νο 3/0, με βελόνα 31mm στρογγυλή, ½ κύκλου, μήκος ράμματος περίπου 70cm, πιθανές ανάγκες του τμήματος 20τμχ/έτος

1δ. Νο 1, με βελόνα 48mm αντ. κόπτουσα, ½ κύκλου, μήκος ράμματος περίπου 90cm, πιθανές ανάγκες του τμήματος 20τμχ/έτος

2. Ράμμα συνθετικό, μονόκλωνο, απορροφήσιμο -βραδείας απορρόφησης από πολυδιοξάνη με αντιβακτηριακό παράγοντα Irgacare MP. Να παρέχει στήριξη για περίπου 40 ημέρες μετά την εμφύτευση διατηρώντας το 60% για ράμματα 3/0 και μεγαλύτερα. Να απορροφάται πλήρως από τον οργανισμό, σε διάστημα περίπου 180-240 ημερών:

2α. Νο 1, με βελόνα 48mm στρογγυλή, ½ κύκλου, βαρέως τύπου, μήκος ράμματος περίπου 150cm, θηλειά, κεγχρωσμένο, πιθανές ανάγκες του τμήματος 20τμχ/έτος

2β. Νο 5/0, με βελόνα 13mm στρογγυλή, ½ κύκλου, μήκος ράμματος περίπου 70cm, κεγχρωσμένο, πιθανές ανάγκες του τμήματος 20τμχ/έτος

2γ. Νο 2/0, με βελόνα 26mm στρογγυλή, ½ κύκλου, μήκος ράμματος περίπου 70cm, κεγχρωσμένο, πιθανές ανάγκες του τμήματος 20τμχ/έτος

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

