

Ρεφτ 188



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
"ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Τμήμα Οικονομικό
Γραφείο Διαχείρισης Υλικού
Πληροφορίες Σαρηγιαννίδου Μ.
Τηλ: 2313304463
Fax: 2313304481
e-mail: sylloges@agpavlos.gr

Θεσσαλονίκη, 29-09-2020
Αρ.πρωτ.: 15715/30.9.20

Έρευνα αγοράς που αφορά

Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες και κατόπιν της 10^{ης} Συνεδρίασης τη 09-04-2020 (ΘΕΜΑ Β10) του Διοικητικού Συμβουλίου, το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τον κωδικό **GMDN** και τον κωδικό **ΕΚΑΠΤΥ** των προσφερομένων ειδών, αλλά και τον χρόνο παράδοσης τους, σε διαφορετική περίπτωση δε θα γίνονται δεκτές οι προσφορές.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Διαχ/σης Υλικού μέσω fax, e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία εκτύπωσης του fax (για προσφορές που κατατίθενται με τηλεμοιοτυπία) και για προσφορές που κατίνθενται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχείρως θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Σε περίπτωση που ζητηθεί δείγμα, κρίνεται απαραίτητη η προσκόμισή του.

Καταληκτική ημερομηνία 01/10/2020
Καταληκτική ώρα : 15.00

Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 4 μήνες

Περιγραφή

1.Ράμμα, πολύκλωνο, συνθετικό απορροφήσιμο Νο1 με βελόνη στρογγυλή τυφλή ήπατος 65mm .Το ράμμα να είναι t reg,οι βελόνες να αποτελούνται από κράμα χάλυβα 455 και άνω ή ισοδύναμο. μήκος ράμματος >80cm,GAUSE 4

1. Τα ράμματα πρέπει να έχουν ίδια αναλογία βελόνης-ράμματος (Σε διαφορετική περίπτωση η μεγάλη τρύπα που ανοίγει η βελόνη δεν στερεοποιείται από το λεπτότερο ράμμα με αποτέλεσμα αιμορραγία)
- 2.Η βελόνη να αποτελείται από ισχυρό κράμα χάλυβα(Σε πολλές περιπτώσεις λόγω αθηρωμάτωσης αν η βελόνη είναι μαλακή δεν τρυπάει και σχίζεται η αρτηρία –κίνδυνος αιμορραγίας.
3. Η βελόνη να είναι διαπιτράινουσα (εύκολη διαπέραση τοιχώματος αθηρωματικής αρτηρίας)

(210463350120036)

2. Ράμμα ,μη απορροφήσιμο μονόκλωνο από πολυπροπυλένιο μήκους 60cm Νο 6/0 με βελόνη για ασβεστοποιημένα αγγεία 3/8 κύκλου διπλή στρογγυλή κόπτουσα μήκος βελόνης 13mm

1. Τα ράμματα πρέπει να έχουν ίδια αναλογία βελόνης-ράμματος (Σε διαφορετική περίπτωση η μεγάλη τρύπα που ανοίγει η βελόνη δεν στερεοποιείται από το λεπτότερο ράμμα με αποτέλεσμα αιμορραγία)
- 2.Η βελόνη να αποτελείται από ισχυρό κράμα χάλυβα(Σε πολλές περιπτώσεις λόγω αθηρωμάτωσης αν η βελόνη είναι μαλακή δεν τρυπάει και σχίζεται η αρτηρία –κίνδυνος αιμορραγίας.
3. Η βελόνη να είναι διαπιτράινουσα (εύκολη διαπέραση τοιχώματος αθηρωματικής αρτηρίας)

(210463350120037)

3.Ράμμα ,μη απορροφήσιμο μονόκλωνο από πολυπροπυλένιο μήκους 60cm Νο 6/0 με βελόνη για ασβεστοποιημένα αγγεία 3/8 κύκλου διπλή στρογγυλή κόπτουσα μήκος βελόνης 9mm

1. Τα ράμματα πρέπει να έχουν ίδια αναλογία βελόνης-ράμματος (Σε διαφορετική περίπτωση η μεγάλη τρύπα που ανοίγει η βελόνη δεν στερεοποιείται από το λεπτότερο ράμμα με αποτέλεσμα αιμορραγία)
- 2.Η βελόνη να αποτελείται από ισχυρό κράμα χάλυβα(Σε πολλές περιπτώσεις λόγω αθηρωμάτωσης αν η βελόνη είναι μαλακή δεν τρυπάει και σχίζεται η αρτηρία –κίνδυνος αιμορραγίας.
3. Η βελόνη να είναι διαπιτράινουσα (εύκολη διαπέραση τοιχώματος αθηρωματικής αρτηρίας)

(210463350120038)



Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΚΑΤΣΑΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ