



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
4<sup>η</sup> Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
"ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  
Τμήμα Οικονομικό  
Γραφείο Διαχείρισης Υλικού  
Πληροφορίες Σαρηγιαννίδου Μ.  
Τηλ: 2313304463  
Fax: 2313304481  
e-mail: sylloges@agpavlos.gr

Θεσσαλονίκη, 14-10-2020

Αρ.πρωτ.: 16742

**Έρευνα αγοράς που αφορά**

Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες και κατόπιν της 10<sup>ης</sup> Συνεδρίασης τη 09-04-2020 (ΘΕΜΑ Β11) του Διοικητικού Συμβουλίου, το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τον κωδικό **GMDN** και τον κωδικό **ΕΚΑΠΤΥ** των προσφερομένων ειδών, αλλά και τον χρόνο παράδοσης τους, σε διαφορετική περίπτωση δε θα γίνονται δεκτές οι προσφορές.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Διαχ/σης Υλικού μέσω fax, e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία εκτύπωσης του fax (για προσφορές που κατατίθενται με τηλεμοιοτυπία) και για προσφορές που κατίνθενται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχείρως θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Σε περίπτωση που ζητηθεί δείγμα, κρίνεται απαραίτητη η προσκόμισή του.

**Καταληκτική ημερομηνία 16/10/2020**

**Καταληκτική ώρα : 15.00**

**Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 4 μήνες**

### Περιγραφή

**1. «Σετ ουροδυναμικής μελέτης με 2 καθετήρες»**

Να είναι από ειδικό υλικό PEBAΧ το οποίο πριν τη χρήση του να είναι σκληρό και μόλις έρθει σε επαφή με το επιθήλιο της ουρήθρας να μαλακώσει ώστε να είναι ατραυματικό κατά την ουροδυναμική μελέτη.

Οι καθετήρες να έχουν ενσωματωμένη προέκταση τουλάχιστον 1600mm, ώστε να μην απαιτείται επιπλέον χειρισμός.

Το σετ να είναι έτοιμο προς χρήση και να αποτελείται από δυο(2) καθετήρες. Από ένα καθετήρα κύστης δυο αυλών 6fr με ενσωματωμένη προέκταση 1600 mm Από ένα καθετήρα ορθού ενός αυλού 7,5 fr με ενσωματωμένη προέκταση 1800 mm και μπαλόνη ανοιχτού άκρου με ειδική σχισμή .

(210483980041271)

**2. «Μορφομετατροπείς πίεσης »**

Μορφομετατροπείς πίεσης με OIN-4 για σύνδεση με κάρτα πιέσεων CIM-H4 για το ουροδυναμικό της κλινικής.

(210483980041272)

**3. «Σετ ορού για την αντλία έγχυσης του ουροδυναμικού»**

(210483980041274)

**4. «Σετ έκπλυσης-εξαέρωσης μορφομετατροπέων 4way για το ουροδυναμικό σύστημα»**

(210483980041275)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ



  
ΚΑΤΣΑΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ