



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
“ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ”

Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Τμήμα Οικονομικό
Γραφείο Διαχείρισης Υλικού
Τηλ: 2313304462-2310454354
Fax: 2313304466 - 2310454210
e-mail: diaxeirisi.agpavlos@n3.syzefxis.gov.gr

Θεσσαλονίκη 10 -10-2016

Αρ. Πρωτ. 12489

Έρευνα αγοράς που αφορά SET ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ

Προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες , το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή , η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τον κωδικό GMDN και τον κωδικό ΕΚΑΠΤΥ των προσφερομένων ειδών αλλά και τον χρόνο παράδοσης τους.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Διαχ/σης Υλικού μέσω fax, e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία εκτύπωσης του fax (για προσφορές που κατατίθενται με τηλεμοιοτυπία) και για προσφορές που κατατίθενται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχειρώς θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.

Καταληκτική ημερομηνία : 14-10-2016

Καταληκτική ώρα : 15:00

Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 4 μήνες

A/A	Περιγραφή	Κωδικός Π.Τ	Τμχ
1.	Set Λαρυγγοσκοπίου πολλαπλών χρήσεων για χρήση σε Μαγνητικό Τομογράφο	-	1
2.	Set Λαρυγγοσκοπίου ενηλίκων	-	2

Τεχνικές Προδιαγραφές

A/A 1. :

- Μαγνητικό πεδίο έως 3Tesla
- Να φέρει απομαγνητισμένη λαβή ανοξείδωτου χάλυβα με μπαταρία άνθρακα / ψευδαργύρου και λάμες από απομαγνητισμένο ανοξείδωτο χάλυβα με δυνατότητα εγκατάστασης της οπτικής ίνας.
- Η οπτική ίνα να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα και να διαθέτει πηγή φωτισμού τύπου xenon
- Να προσφέρει σετ λαβή μαζί με τρεις λάμες Macintosh μεγέθους 2,3,4

A/A 2. :

- Να περιλαμβάνουν 1 λαβή & 3 λάμες το καθένα (1 λάμα No 3 , 1 λάμα No 4 & 1 λάμα No 5)
- Να είναι οπτικής ίνας Steinless Steel με ενσωματωμένο λαμπάκι στην λαβή 2,5V
- Οι λάμες να είναι εργονομικά σχεδιασμένες για καλή διασωλήνωση & να είναι συμβατές με τις λαβές των λαρυγγοσκοπίων.
- Να έχουν δυνατότητα κλιβανισμού
- Να είναι βάσει προτύπου ISO

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΑΤΕΡΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
MSc ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
MSc ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ