



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
“ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ”

Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Τμήμα Οικονομικό

Γραφείο Διαχείρισης Υλικού

Πληροφορίες Σαρηγιαννίδου Μ.

Τηλ: 2313304463

Θεσσαλονίκη 19-11-2020

Fax: 2313304481

Αρ.πρωτ.: 18960

e-mail: sylloges@agpavlos.gr

Έρευνα αγοράς που αφορά

Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες και κατόπιν της ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 2802/18-11-2020, το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη σύλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ N.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τον κωδικό GMDN και τον κωδικό ΕΚΑΠΤΥ των προσφερομένων ειδών, αλλά και τον χρόνο παράδοσης τους, σε διαφορετική περίπτωση δε θα γίνονται δεκτές οι προσφορές.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Διαχ/σης Υλικού μέσω fax, e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία εκτύπωσης του fax (για προσφορές που κατατίθενται με τηλεμοιοτυπία) και για προσφορές που κατίθενται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχείρως θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Σε περίπτωση που ζητηθεί δείγμα, κρίνεται απαραίτητη η προσκόμισή του.

Καταληκτική ημερομηνία 20/11/2020

Καταληκτική ώρα : 12.00

Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 4 μήνες

Περιγραφή

1. «Ολοπρόσωπες μάσκες μη επεμβατικού αερισμού (NIV) για χρήση με αναπνευστήρες».

«Οι ολοπρόσωπες μάσκες θα πρέπει να πληρούν ορισμένα κριτήρια, δηλαδή:

- α) Να διαθέτουν περιμετρική εφαρμογή καλύπτοντας όλο το πρόσωπο του ασθενούς(στόμα, μύτη & οφθαλμούς) με μεμβράνη από μαλακή σιλικόνη για αποφυγή νεκρώσεων στα σημεία επαφής με το πρόσωπο του ασθενούς.
- β) Να έχουν κεφαλοδέτη πέντε σημείων σύνδεσης στη μάσκα- για να εξασφαλιστεί η σταθερότητά τους – κατασκευασμένο από ειδικό μαλακό & εύκαμπτο ύφασμα. Δύο εκ των πέντε σημείων σύνδεσης του κεφαλοδέτη με τη μάσκα να φέρουν σύστημα εύκολης & γρήγορης αφαίρεσης / εφαρμογής μάσκας.
- γ) Να διαθέτουν δύο συνδετικά , περιστρεφόμενα κατά 360° για την ελεύθερη κίνηση των σωληνώσεων ασθενούς. Το ένα από τα συνδετικά να έχει ενσωματωμένη βαλβίδα εκπνοής και το άλλο όχι.
- δ) Να μπορούν να δεχθούν συνδετικό κατάλληλο για εκτέλεση βρογχοσκόπησης χωρίς αφαίρεση της μάσκας.
- ε) Να μπορούν να δεχθούν συνδετικό κατάλληλο για σύνδεση με γεννήτρια υψηλής ροής ή αναλώσιμη.
- στ) Να διαθέτουν θύρα για μέτρηση πίεσης ή εμπλουτισμού οξυγόνου.
- ζ) Να διαθέτουν αεροστεγή θύρα για ρινογαστρικό σωλήνα.
- η) Να ελαχιστοποιούν την επανεισπνοή του CO₂ και να μειώνουν στο ελάχιστο τον νεκρό χώρο μέσω της κατασκευής της.
- θ) Να διατίθενται σε όλα τα μεγέθη (SMALL, MEDIUM, LARGE , X-LARGE) κατάλληλες για χρήση και σε παιδιά και σε ενήλικες .

Θα χρειαστούμε τρεις ολοπρόσωπες μάσκες Large, τρεις Medium και δύο Extra Large.»

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

