



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
"ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Τμήμα Οικονομικό
Γραφείο Διαχείρισης Υλικού
Πληροφορίες Αποστολάκη .Ε
Τηλ: 2313304415
Fax: 2313304416
e-mail: diaxeirisi@agpavlos.gr

Θεσσαλονίκη, 27-05-2021

Αρ.πρωτ.: 8732/28-5-2021

Έρευνα αγοράς που αφορά

Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες , το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή , η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τον κωδικό **GMDN** και τον κωδικό **ΕΚΑΠΤΥ** των προσφερομένων ειδών ,αλλά και τον χρόνο παράδοσης τους, σε διαφορετική περίπτωση δε θα γίνονται δεκτές οι προσφορές.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Διαχ/σης Υλικού μέσω fax, e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία εκτύπωσης του fax (για προσφορές που κατατίθενται με τηλεμοιοτυπία) και για προσφορές που κατατίθενται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχείρως θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Σε περίπτωση που ζητηθεί δείγμα, κρίνεται απαραίτητη η προσκόμισή του.

Καταληκτική ημερομηνία 02/05/2020

Καταληκτική ώρα : 12.00

Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 4 μήνες

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

«ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΚΕΝΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΜΕ ΚΑΝΙΣΤΡΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Να έχει αναρροφητική ροή 90 λίτρων το λεπτό, με ισχύ αναρρόφησης 0.90 bar (675 mm/Hg) και επίπεδο θορύβου λιγότερο από 60db.
2. Να φέρει διακόπτη με ενδεικτική λυχνία λειτουργίας και μανόμετρο για την ένδειξη του κενού.
3. Να φέρει περιστρεφόμενο διακόπτη για την ρύθμιση της ισχύος και να μπορεί να λειτουργεί και μέσω ποδοδιακόπτη ON-OFF.
4. Να φέρει δύο φιάλες, άθραυστες, χωρητικότητας 2 λίτρων (η κάθε μία), που να αποστειρώνονται σε υγρό κλίβανο, να μπορεί να δεχθεί φιάλες 4 λίτρων και να λειτουργεί με σακούλες μίας χρήσης των 2 λίτρων χωρίς καμία μετατροπή (βασικός εξοπλισμός).
5. Να είναι τροχήλατη με 4 αντιστατικές ρόδες, με φρένο.
6. Να φέρει σωληνώσεις και ρύγχος από σιλικόνη που να αποστειρώνονται σε υγρό κλίβανο.
7. Το περίβλημα της αναρρόφησης να είναι κατασκευασμένο εξ' ολοκλήρου από ειδικό αντιστατικό και άθραυστο πλαστικό υλικό με μόνωση μεταξύ συσκευής και των γειωμένων συσκευών από την επαφή ζωντανού αγωγού και γείωσης.
8. Να διαθέτει σύστημα προστασίας από υπερχειλίσεις.
9. Να διαθέτει αντιμικροβιακό, αντιβακτηριακό ,υδρόφοβο φίλτρο
10. Να διαθέτουν εμβολοφόρο διαφραγματική αντλία ,χωρίς ιμάντες
11. Να λειτουργεί με το ρεύμα πόλης (220V).
12. Να πληροί όλες τις διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας και κατευθυντήριες οδηγίες.
13. Να παραδοθεί πλήρης, με κατατοπιστικά εγχειρίδια, έτοιμη για χρήση και τεχνική υποστήριξη.
14. Να είναι συμβατή με αναλώσιμα και άλλων κατασκευαστικών οίκων.
15. Η παράδοση του υπό προμήθεια είδους καθορίζεται, στο χώρο εγκατάστασής του στο Νοσοκομείο, με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή.

