

Σκαρφίτς



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
"ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"**

Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Τμήμα Οικονομικό
Γραφείο Διαχείρισης Αποστειρωμένου Υλικού
Τηλ: 2313304483
Fax: 2313304472
e-mail: yganalosimoagpavlos@gmail.com

Θεσσαλονίκη 08-11-2016
Αρ.πρωτ.: 13875/0-11-16

Έρευνα αγοράς που αφορά

Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες , το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή , η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τον κωδικό GMDN και τον κωδικό ΕΚΑΠΤΥ των προσφερομένων ειδών αλλά και τον χρόνο παράδοσης τους.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Διαχ/σης Υλικού μέσω fax, e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία εκτύπωσης του fax (για προσφορές που κατατίθενται με τηλεμοιοτυπία) και για προσφορές που καίθενται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχειρως θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.

**Καταληκτική ημερομηνία 14/11/2016
Καταληκτική ώρα : 15.00**

Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 4 μήνες

Περιγραφή	Κωδικός Π.Τ	Τμχ
<p>ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ -ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ -ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΙΛΙΚΟΝΑΡΙΣΜΕΝΗ ΒΕΛΟΝΑ ΑΝΩΔΥΝΟΥ ΤΡΥΠΗΜΑΤΟΣ -ΕΤΟΙΜΟΙ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ (ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΡΝΑΜΟΛΟΓΗΣΗ) -ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΠΟΚΡΥΨΗΣ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ -ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΛΑΘΟΣ -ΤΟ ΒΑΘΟΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 18mm ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 210 mm ΩΣΤΕ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΝΑ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΜΕΤΡΙΑ ΡΟΗ ΑΙΜΑΤΟΣ</p>		1000

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ



(Handwritten signature)

ΠΑΤΕΡΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

MSc Ιατρικής Φυσικής
MSc Διοίκησης Μονάδων Υγείας