



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
"ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

Εθν. Αντίστασης 161 Τ.Κ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Τμήμα: Οικονομικό

Γραφείο: Διαχείρισης Υλικών

Πληροφορίες: Ε.Αποστολάκη

Τηλ: 2313304415

Fax: 2313304416

E-mail: diaxeirisi@agpavlos.gr

Θεσσαλονίκη: 22-12-2021

Αρ.πρωτ.: 20945 / 23.12.21

Έρευνα αγοράς που αφορά ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ

Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες, το Γ.Ν.Θ. «Άγιος Παύλος» πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών - που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί - με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και την συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ. Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη απαιτείται να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές χρειάζεται να αναφέρονται απαραίτητως οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές να αναφέρουν επίσης τον κωδικό GMDN και τον κωδικό ΕΚΑΠΤΥ των προσφερόμενων ειδών αλλά και τον χρόνο παράδοσής τους.

Οι προσφορές θα αποστέλλονται στη Διαχείριση Διαγνωστικών μέσω fax ή e-mail. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία εκτύπωσης του fax, για προσφορές που κατατίθενται με τηλεομοιοτυπία. Ειδικότερα οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχείρως, θα κατατίθενται προηγουμένως στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Εκείνες που θα κατατίθενται στην Υπηρεσία πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.

Καταληκτική ημερομηνία : 3/01/2022

Καταληκτική ώρα : 12:00 h

Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 4 μήνες

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΩΝ

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΗΣ ΑΕΡΑ

1.ΑΣΦΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Καμία διάχυση ινσ ακτινοβολίας έξω από την συσκευή .Ασφαλής λειτουργία με ταυτόχρονη παρουσία ανθρώπων. Αυτόματη διακοπή λειτουργίας κατά το άνοιγμα της για την συντήρηση.

2.ΕΥΚΟΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Ευκολή πρόσβαση στους λαμπτήρες και τα ηλεκτρονικά .Φωτεινές ενδείξεις κατάστασης λαμπτήρων.

3.ΜΙΚΡΗ ΑΝΑΓΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Λαμπτήρες με διάρκεια ζωής 9000h

4.ΑΘΟΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Αθόρυβο στις μικρές ταχύτητες .Χαμηλός θόρυβος στην μέγιστη ταχύτητα <54db(A).

5.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αποστείρωση στο πρώτο πέρασμα του αέρα.

6.ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ BLUETOOTH

Να μπορεί ελεγχθεί και να προγραμματιστεί ασύρματα με την χρήση του λογισμικού της ABB.

Πιστοποίηση σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΑΤΣΑΚΑΣ