



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
4<sup>η</sup> Υ.Π.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
“ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ”

Εθν. Αντίστασης 161 Τ.Κ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Τμήμα: Οικονομικό

Γραφείο: Διαχείρισης Υλικών

Πληροφορίες: Ε.Αποστολάκη

Τηλ: 2313304415

Θεσσαλονίκη:08-03-2022

Fax: 2313304416

Αρ.πρωτ.: 3115 / 9 - 3 - 2022

E-mail: diaxeirisi@agpavlos.gr

**Έρευνα αγοράς που αφορά ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ**

Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες και σύμφωνα με απόσπασμα πρακτικού της 45ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου την 11-12-2019(Θέμα Β18) το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ N.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη απαιτείται να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές χρειάζεται να αναφέρονται απαραιτήτως οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές να αναφέρουν επίσης τον κωδικό GMDN και τον κωδικό EKAPTY των προσφερόμενων ειδών αλλά και τον χρόνο παράδοσής τους.

Οι προσφορές θα αποστέλλονται στη Διαχείριση Διαγνωστικών μέσω fax ή e-mail. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία εκτύπωσης του fax, για προσφορές που κατατίθενται με τηλεομοιοτυπία. Ειδικότερα οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχείρως, θα κατατίθενται προηγουμένως στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Εκείνες που θα κατατίθενται στην Υπηρεσία πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.

Καταληκτική ημερομηνία :11/03/2022

Καταληκτική ώρα : 15:00 h

Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 4 μήνες

## **ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΩΝ**

Τεχνικές Προδιαγραφές

### **A1: ΠΟΔΙΕΣ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΟΥΣΤΑ ΜΠΛΟΥΖΑ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΜΟΛΥΒΔΟΥ**

Ποδιά ακτινοπροστασίας Ενηλίκου πρόσθιας κάλυψης ελαφρού τύπου:

1. Οι ποδιές να είναι μπροστινής κάλυψης και ειδικά σχεδιασμένες για ολόσωμη προστασία (από ώμους έως γόνατο ) με έμφαση στον εργονομικό τρόπο χρήσης.
2. Να προσφέρουν ισοδυναμία μολύβδου 0,50 mm Pb σε όλο το εμπρός τμήμα του σώματος και τους ώμους.
3. Να κλείνουν με εύκολο τρόπο, με Velcro, και το κλείσιμο να προσαρμόζεται στο σώμα του χρήστη, ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερή κάλυψη.
4. Να είναι κατασκευασμένες από εύκαμπτο Μολυβδούχο ελαστικό υλικό χαμηλού βάρους.
5. Οι ποδιές να έχουν επικάλυψη από αδιάβροχο, μη απορροφητικό, ανθεκτικό υλικό ώστε να καθαρίζονται και να πλένονται με εύκολο και γρήγορο τρόπο.
6. Να διατίθενται σε μεγέθη small, medium και large. Να υπάρχουν διαφορετικές διαστάσεις θώρακα και ύψους, ανάλογα με το μέγεθος, ώστε να ταιριάζουν σε διάφορους σωματότυπους.
7. Να διατίθενται σε διαφορετικούς χρωματισμούς όσον αφορά την εξωτερική τους επιφάνεια-επικάλυψη.
8. . Να είναι τύπου Φούστας - μπλούζας

### **A2: ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΘΥΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟ)**

Κολάρο Ακτινοπροστασίας Ενηλίκου:

1. Να διαθέτουν ισοδύναμη θωράκιση - προστασία μολύβδου 0,5mm Pb .
2. Να κλείνουν με ασφαλή τρόπο και να μην εμποδίζουν τις κινήσεις του λαιμού.
3. Να είναι κατασκευασμένες από εύκαμπτο Μολυβδούχο ελαστικό υλικό χαμηλού βάρους.
4. Να έχουν επικάλυψη από αδιάβροχο , μη απορροφητικό, ανθεκτικό υλικό ώστε να καθαρίζονται και να πλένονται με εύκολο και γρήγορο τρόπο.
5. Να διατίθενται σε διαφορετικούς χρωματισμούς όσον αφορά την εξωτερική τους επιφάνεια-επικάλυψη.

### **Γενικές προδιαγραφές για τα εξαρτήματα ακτινοπροστασίας**

1. Τα προϊόντα να διαθέτουν CE mark.
2. Ως προς την απορροφητικότητα τους να είναι σύμφωνες με τα διεθνή ή ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης ακτινοπροστατευτικού εξοπλισμού ( ενδεικτικά EN 61331 ).
3. Η προσφέρουσα εταιρεία και ο κατασκευαστής να διαθέτουν πιστοποιητικά ποιότητας ISO 9001. Επιπλέον ο κατασκευαστής να διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ISO 13485.
4. Οι ποδιές να δίδονται με εγγύηση τουλάχιστον 12 μηνών για την ποιότητα κατασκευής τους.

### **B1: ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΔΙΩΝ**

**Κρεμάστρες αποθήκευσης βαρέως τύπου.**

1. Ξύλινη ή μεταλλική κρεμάστρα κλασικού τύπου, ανθεκτικής κατασκευής, κατάλληλη για το βάρος ποδιών ακτινοπροστασίας.
2. Να εξασφαλίζει εύκολη και άμεση πρόσβαση στον χρήστη , χωρίς πολλούς χειρισμούς.
3. Να είναι κατάλληλη για διάφορους τύπους ποδιών ακτινοπροστασίας.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΑΤΣΑΚΑΣ