



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
"ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Τμήμα Οικονομικό
Γραφείο Διαχείρισης Υλικού
Τηλ: 2313304463
Fax: 2313304481
e-mail: sylloges@agpavlos.gr

Θεσσαλονίκη 11-03-2022

Αρ.πρωτ.: 3381 / 14-03-2022

Έρευνα αγοράς που αφορά

Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες, το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τον κωδικό **GMDN** και τον κωδικό **EKAΠTY** των προσφερομένων ειδών, αλλά και τον χρόνο παράδοσης τους, σε διαφορετική περίπτωση δε θα γίνονται δεκτές οι προσφορές.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Διαχ/σης Υλικού μέσω fax, e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία εκτύπωσης του fax (για προσφορές που κατατίθενται με τηλεμοιοτυπία) και για προσφορές που κατίνονται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχείρως θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.

Καταληκτική ημερομηνία 15/03/2022

Καταληκτική ώρα : 15.00

Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 4 μήνες

Περιγραφή

1.ΥΓΡΟ ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΟΚΤΟΝΙΑΣ ΜΕ ΓΛΟΥΤΑΡΙΚΗ ΑΛΔΕΥΔΗ 2%,ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ,ΟΠΩΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑ. (60902125010027)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

A) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ



1. Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα να μην είναι βλαπτικά για τον ανθρώπινο οργανισμό κατά τον προτεινόμενο τρόπο χρήσης, να είναι άοσμα ή να έχουν ευχάριστη οσμή και να είναι βιοδιασπώμενα για την ασφαλή απόρριψή τους.
2. Μελέτες βιοδιασπασιμότητας, πιστοποιητικό συμβατότητας με τα απορρυπαντικά για τα απολυμαντικά επιφανειών και δαπέδων, καθώς επίσης και κάθε πλεονέκτημα που δεν αναφέρεται στις προδιαγραφές θα ληφθούν υπόψη.
3. Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα πρέπει να διαθέτουν :
 - α) Πιστοποιητικό χημικής σύνθεσης
 - β) Βιβλιογραφική αναφορά και πίνακες μικροβιοκτόνου αποτελεσματικότητας.
 - γ) Έγκριση από τον κατά περίπτωση αρμόδιο οργανισμό (ΕΟΦ, ΓΧΚ κ.λπ.) και να φέρουν τις ανάλογες σημάνσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας και της ευρωπαϊκής ένωσης.
 - δ) Πιστοποιητικό εγκεκριμένο από διεθνείς οργανισμούς, όπου βεβαιώνεται ότι οι προτεινόμενες από τον κατασκευαστή προς χρήση πυκνότητες δεν είναι επικίνδυνες για τον χρήστη.
4. Να κατατεθεί τεχνικό φυλλάδιο και Ελληνικό δελτίο δεδομένων ασφαλείας και για όλα τα προϊόντα, κατά την ισχύουσα νομοθεσία (ακριβής μετάφραση του ξενόγλωσσου στα Ελληνικά και Αγγλικά, εφ' όσον πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν.
5. Εφόσον απαιτείται αραίωση πριν τη χρήση, αντλία ψεκασμού ή δοσομετρική για τη χρήση του προϊόντος, ή λεκάνη εμβαπτισμού για την απολύμανση ενδοσκοπίων, τα ανάλογα εξαρτήματα θα προσφέρεται απαραίτητα μαζί με το προϊόν.
6. Δείγμα προϊόντος εφ' όσον ζητηθεί από την επιτροπή αξιολόγησης για έλεγχο φυσικών χαρακτηριστικών π.χ. οσμής κ.λπ.
7. Όπου απαιτούνται ταινίες ελέγχου δραστηριότητας του απολυμαντικού ή και ενεργοποιητής του προϊόντος, αυτά να διατίθενται και να συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά και στη σύμβαση.
8. Για τα είδη που απαιτείται αραίωση θα προσκομίζονται και οι πρωτότυπες οδηγίες αραίωσης και ο χρόνος δράσης για νοσοκομειακή χρήση από την κατασκευάστρια εταιρεία, μαζί με την επίσημη ελληνική μετάφραση.
9. Σε κάθε επιμέρους προϊόν (αν πρόκειται για προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε διάλυση), οι προσφέρουσες εταιρείες οφείλουν να καταθέσουν πίνακα που να αναφέρεται το κόστος ανά μονάδα αδιάλυτου προϊόντος, σε ποια συγκέντρωση του απολυμαντικού αυτό είναι δραστικό, σε συγκεκριμένο χρόνο δράσης, για δραστηριότητα σε συγκεκριμένους μικροοργανισμούς, ιούς και για ό,τι άλλο κριθεί από την Επιτροπή απαραίτητο (π.χ. σκληρότητα, θερμοκρασία νερού κλπ), ώστε να είναι αντικειμενικά συγκρίσιμα τα προσφερόμενα είδη ανά κατηγορία.

10. Για τα προσφερόμενα προϊόντα σε υγρή μορφή πρέπει να αναφέρεται η Ελάχιστη Αποτελεσματική Συγκέντρωση (M.E.C.) για κάθε μικροοργανισμό και ο χρόνος επαφής σε συνθήκες υψηλού μικροβιακού φορτίου (dirty conditions) και η μέθοδος ελέγχου (test in practice ή ποσοτική μέθοδος εναιώρισης) ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση των προϊόντων.
11. Ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας ενός απολυμαντικού να πληροί τις προδιαγραφές των ευρωπαϊκών προτύπων. Η αξιολόγηση των αραιώσεων, των ενδείξεων, της αποτελεσματικότητας και του χρόνου επίτευξης του επιθυμητού αποτελέσματος ενός προϊόντος θα γίνει βάση των στοιχείων που αναγράφονται στα επίσημα φυλλάδια της κατασκευάστριας εταιρείας.
12. Για το καθαριστικό απολυμαντικό χειρουργικών εργαλείων χωρίς αλδεΐδες να κατατεθούν πίνακες αποτελεσματικότητας και μελέτες -test- για την κάθε κατηγορία λοιμογόνου παράγοντα χωριστά, κάτω από την παρουσία οργανικού φορτίου.
13. Τα απολυμαντικά ενδοσκοπίων και χειρουργικών εργαλείων που προορίζονται για χειροκίνητη χρήση, να φέρουν πιστοποιητικό συμβατότητας με τα υλικά κατασκευής αυτών. Να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα ότι σε περίπτωση κατακύρωσης σε αυτόν, παρέχει εγγύηση για περίπτωση βλάβης ή καταστροφής των ενδοσκοπίων του Νοσοκομείου, εξ' αιτίας μη συμβατότητας του προσφερόμενου προϊόντος. ο υποψήφιος προμηθευτής οφείλει να ενημερωθεί για τα υπάρχοντα σε λειτουργία ενδοσκόπια από τις υπηρεσίες του νοσοκομείου.
14. Τα απολυμαντικά επιφανειών και δαπέδων να φέρουν πιστοποιητικό συμβατότητας με τα απορρυπαντικά (για την πιθανή πρόσμειξη στα διαδοχικά βήματα της γενικής καθαριότητας).
15. Υποχρεωτικά οι προμηθεύτριες εταιρείες καθώς και οι κατασκευάστριες εταιρείες πρέπει να εφαρμόζουν σύστημα διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας και της Ε.Ε. και να προσκομίσουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.
16. Οι οδηγίες για την χρήση, τη σύνθεση του προϊόντος κτλ. να είναι στην Ελληνική γλώσσα και να προέρχονται από την ακριβή μετάφραση των αρχικών – πρωτότυπων- οδηγιών της εταιρείας, οι οποίες και θα πρέπει να προσκομίζονται.
17. Προσφορά που αναφέρει, κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης, παραπλανητικά στοιχεία (δοσολογίες, φάσμα μικροβιοκτόνου δράσης, συστατικά κτλ. που δεν αναγράφονται ή δεν προκύπτουν από τα φυλλάδια της κατασκευάστριας εταιρείας), θα απορρίπτεται από τον διαγωνισμό στο σύνολό της.
18. Οι συσκευασίες των προϊόντων θα πρέπει να διαθέτουν πώμα ή ταινία ασφαλείας από την κατασκευάστρια εταιρεία, να είναι πρωτότυπα του εργοστασίου παραγωγής τους και να μην έχει προηγηθεί οποιαδήποτε επέμβαση για αλλαγή συσκευασίας των προϊόντων.
19. Εάν το προϊόν χρησιμοποιείται πρώτη φορά και δεν υπάρχει εμπειρία στο νοσοκομείο, έχει δικαίωμα να προσβάλλει τη σύμβαση το νοσοκομείο εφόσον παρουσιαστούν προβλήματα στη χρήση ή στη συνεργασία με την εταιρεία.
20. Να κατατεθεί επί ποινή αποκλεισμού «Φύλλο Συμμόρφωσης» ως προς τους γενικές και ειδικές τεχνικές προδιαγραφές.

ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ – ΨΥΧΡΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ – ΘΕΡΜΟΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ – ΟΡΓΑΝΩΝ

1. Υγρό υψηλού βαθμού απολύμανσης και σποροκτονίας με γλουταρική αλδεΐδη 2% για εργαλεία και θερμοευαίσθητα όργανα όπως: ενδοσκόπια, γαστροσκόπια κλπ.

- Να είναι έτοιμο προς χρήση.
- Να δοθεί ο ελάχιστος χρόνος σποροκτονίας log5.
- Να δοθεί η σταθερότητα του έτοιμου προς χρήση διαλύματος.
- Να είναι δραστικό έναντι: μυκήτων, βακτηρίων (συμπεριλαμβανομένου: *Helicobacter pylori* κλπ.) , ιών (HBV, HCV, HIV) και σπόρων, καθώς και του μυκοβακτηριδίου της φυματίωσης TB (στον μικρότερο δυνατό χρόνο) .
- Να είναι αντιοξειδωτικό, αντιδιαβρωτικό και συμβατό με τα υλικά κατασκευής των θερμοευαίσθητων οργάνων του χειρουργείου, της Μ.Ε.Θ. και του υπερήχου καρδιάς του νοσοκομείου.
- Να διαθέτει πιστοποιητικό συμβατότητας από μία τουλάχιστον εταιρία εύκαμπτων ή άκαμπτων ενδοσκοπίων αντίστοιχα, ότι εγγυάται την ασφαλή χρήση του προϊόντος για όλους τους τύπους εύκαμπτων ή άκαμπτων ενδοσκοπίων και να αναφέρει ρητά τους επιμέρους τύπους των ενδοσκοπίων για τους οποίους δεν ενδείκνυται η χρήση του προϊόντος.
- Να είναι όσο το δυνατό λιγότερο τοξικό για τους χρήστες, άοσμο ή με ευχάριστη οσμή.
- Να έχει σήμανση CE σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
- Συσκευασία έως 5 λίτρα.


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΑΤΣΑΚΑΣ