



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
"ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Τμήμα Οικονομικό
Γραφείο Διαχείρισης Υλικού
Πληροφορίες ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ.Ε.
Τηλ: 2313304415
Fax: 2313304416
e-mail: diaxeirisi@agpavlos.gr

Θεσσαλονίκη: 7-11-2022

Αρ.πρωτ.: 13943

Έρευνα αγοράς που αφορά

Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες, το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ. Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τον κωδικό **GMDN** και τον κωδικό **ΕΚΑΠΤΥ** των προσφερομένων ειδών, αλλά και τον χρόνο παράδοσης τους, σε διαφορετική περίπτωση δε θα γίνονται δεκτές οι προσφορές.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Διαχ/σης Υλικού μέσω fax, e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία εκτύπωσης του fax (για προσφορές που κατατίθενται με τηλεμοιοτυπία) και για προσφορές που κατατίθενται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχείρως θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Σε περίπτωση που ζητηθεί δείγμα, κρίνεται απαραίτητη η προσκόμισή του.

Καταληκτική ημερομηνία 11/11/2021
Καταληκτική ώρα : 12.00

Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 4 μήνες

Περιγραφή

- ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΟΝΟΕΣΤΙΑΚΟ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ.

ΤΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΙ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣ ΟΘΟΝΗ LCD ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΠΛΗΚΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ.
- ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ.
- ΟΙ ΠΑΛΜΟΙ ΕΞΟΔΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 30 – 250 ppm.
- ΟΙ ΠΑΛΜΟΙ ΕΞΟΔΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΨΟΣ 0.1-17 VOLTS.
- ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΡΙΠΗ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΩΣ 1000 ppm.
- ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑΣ.
- ΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ.
- ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ VVI, VOO, VVT.
- ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ON – OFF.
- ΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ LED ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΑΛΜΟ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ.
- ΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ LED ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΥΤΟΧΘΟΝΟ ΠΑΛΜΟ ΠΑΛΜΟ.
- Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 1ms ΚΑΙ Η ΑΝΕΡΕΘΙΣΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 175-250 Ms.
- ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΥΝΕΧΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝ Η ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 100-3000 Ω.
- Η ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΕΤΟΙΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ ΚΑΙ Η ΑΠΙΝΙΔΩΣΕΙΣ.
- ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΣΦΑΛΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ.
- ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΗΚΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ.
- ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΤ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΕ DEMAND Η FIXED RATE.
- Η ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΑΝΙΧΝΕΙΣΗΣ ΤΟΥ R ΚΥΜΑΤΟΣ να είναι 1 έως 20 Mv.
- ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ.
- ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΜΕ ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ.
-

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ



ΚΑΤΣΑΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ