



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
4<sup>η</sup> Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
"ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

ΜΣΘ

Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  
Τμήμα Οικονομικό  
Γραφείο Διαχείρισης Υλικού  
Πληροφορίες : Αγαπίδου Α  
Τηλ: 2313304415  
Fax: 2313304481  
e-mail: sylloges@agpavlos.gr

Θεσσαλονίκη, 01/12/2022

Αρ.πρωτ.: 15069

**Έρευνα αγοράς που αφορά**

Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες, το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τον κωδικό **GMDN** και τον κωδικό **ΕΚΑΠΤΥ** των προσφερομένων ειδών, αλλά και τον χρόνο παράδοσης τους, σε διαφορετική περίπτωση δε θα γίνονται δεκτές οι προσφορές.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Διαχ/σης Υλικού μέσω fax, e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία εκτύπωσης του fax (για προσφορές που κατατίθενται με τηλεμοιοτυπία) και για προσφορές που κατίζενται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχείρως θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Σε περίπτωση που ζητηθεί δείγμα, κρίνεται απαραίτητη η προσκόμισή του.

**Καταληκτική ημερομηνία 06/12/2022**

**Καταληκτική ώρα : 15.00**

**Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 4 μήνες**

### Περιγραφή

ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΟ ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΟ ΘΕΡΜΟΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ PVC  
ΜΕ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ ,ΜΕ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗ 100° ΠΕΡΙΠΟΥ(από 95°  
εως και 105° ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΑΧΕΙΑ ΚΑΙ  
ΜΟΝΙΜΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ,  
ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΘΡΑΥΣΤΟ SOFT SEAL CUFF, Hi Low ΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ, ΩΣΤΕ  
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΝΑ ΑΣΚΕΙ ΠΙΕΣΗ ΣΕ  
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΑΧΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΝΟΗ -ΕΚΠΝΟΗ,  
ΤΟ CUFF ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΟΛΥ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΟΔΗΓΟ ΜΠΑΛΟΝΙ ΜΕ ΑΜΕΣΟ  
ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΠΑΝΩ ΤΟΥ ΤΟ ΝΟΥΜΕΡΟ  
ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ,  
ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΜΕΝΑ ΑΚΡΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ  
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΠΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Seldinger Ο ΟΠΟΙΟΣ ΝΑ ΚΟΥΜΠΩΝΕΙ-  
ΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΣΩΛΗΝΑ  
ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΚΑΜΨΙΑ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΝΑ ΜΗΝ  
ΕΞΕΧΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 1ΕΚ. ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ  
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ ,ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ,ΓΙΑ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗ  
,ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ  
ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΥΜΕΡΑ 6 - 7- 7,5 - 8.  
(210601500029022...)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ



ΚΑΤΣΑΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ