



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
4<sup>η</sup> Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
"ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

Εθν. Αντίστασης 161 Τ.Κ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  
Τμήμα: Οικονομικό  
Γραφείο: Διαχείρισης Υλικών  
Πληροφορίες: Ε.Αποστολάκη  
Τηλ: 2313304463  
Fax: 2313304416  
E-mail: diaxeirisi@agpavlos.gr

Θεσσαλονίκη:09-12-2022

Αρ.πρωτ.: 15586

**Έρευνα αγοράς που αφορά ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ**

Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες, το Γ.Ν.Θ. «Άγιος Παύλος» πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών - που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί - με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και την συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ. Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη απαιτείται να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές χρειάζεται να αναφέρονται απαραίτητως οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές να αναφέρουν επίσης τον κωδικό GMDN και τον κωδικό ΕΚΑΠΤΥ των προσφερόμενων ειδών αλλά και τον χρόνο παράδοσής τους.

Οι προσφορές θα αποστέλλονται στη Διαχείριση Διαγνωστικών μέσω fax ή e-mail. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία εκτύπωσης του fax, για προσφορές που κατατίθενται με τηλεομοιοτυπία. Ειδικότερα οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχείρως, θα κατατίθενται προηγουμένως στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Εκείνες που θα κατατίθενται στην Υπηρεσία πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.

Καταληκτική ημερομηνία :13/12/2022

Καταληκτική ώρα : 14:00 h

Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 4 μήνες

## ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΩΝ

### 1. ΒΕΛΟΝΕΣ ΒΙΟΨΙΑΣ

#### Τεχνικές προδιαγραφές βελόνων λήψης βιοψιών μιας γρήσης (Estacore)

Βελόνα βιοψίας προστάτη 18G 20 & 25cm μ.χ. συμβατή με πιστόλι.

- Η συσκευή να έχει εργονομική λαβή και το βάρος της, ανάλογα με το μήκος της βελόνας, να κυμαίνεται μεταξύ 90-100gr.
- Η φόρτιση και η πυροδότηση της συσκευής πρέπει να είναι απλή και να μπορεί να γίνει με το ένα χέρι.
- Η εξωτερική κάνουλα της βελόνας πρέπει να έχει δείκτες βάθους κάθε 1 cm.
- Η εξωτερική κάνουλα της βελόνας πρέπει να είναι ηχογενής εξασφαλίζοντας αυξημένη ορατότητα με υπερήχους.
- Το μήκος ρίψης πρέπει να είναι 22mm και το μήκος εγκοπής δείγματος πρέπει να είναι 17mm.
- Η συσκευή θα πρέπει να διαθέτει 2 πλήκτρα πυροδότησης σε διαφορετική επιφάνεια : ένα πλαϊνό μέρος και ένα άλλο στο πίσω μέρος της λαβής.
- Να διατίθεται σε μεγέθη 18G και 20-25cm.
- Να διατίθεται σε αποστειρωμένη και μεμονωμένη συσκευασία στην οποία θα αναγράφονται η ημερομηνία αποστείρωσης, ο τύπος της μεθόδου αποστείρωσης, η ημερομηνία λήξης και η παρτίδα του προϊόντος. Κωδικός είδους GEC1820 & GEC1825. Τιμή μονάδος 25€ + ΦΠΑ

