



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
"ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Τμήμα Οικονομικό
Γραφείο Διαχείρισης Αποστειρωμένου Υλικού
Τηλ: 2313304483
Fax: 2313304472
e-mail: yganalosisimoagpavlos@gmail.com

Θεσσαλονίκη 17-01-2017

Αρ.πρωτ.: 517

Έρευνα αγοράς που αφορά

Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες, το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τον κωδικό GMDN και τον κωδικό ΕΚΑΠΤΥ των προσφερομένων ειδών αλλά και τον χρόνο παράδοσης τους.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Διαχ/σης Υλικού μέσω fax, e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία εκτύπωσης του fax (για προσφορές που κατατίθενται με τηλεμοιοτυπία) και για προσφορές που κατίθενται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχείρως θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.


Καταληκτική ημερομηνία 19/01/2017

Καταληκτική ώρα : 15.00

Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 4 μήνες

Περιγραφή	Κωδικός Π.Τ	Τμχ
<p>ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 10CM ΜΗΚΟΥΣ 30CM ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟ, ΒΕΛΟΝΑ ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΔΥΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 17G-18G ΜΗΚΟΥΣ 20CM</p> <p>ΣΥΡΜΑΤΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 8CM ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 0,038" ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΑΚΡΟ ΣΧΗΜΑΤΟΣ J ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ</p> <p>ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΤΕΙΝΩΝ ΤΗ ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 0,039" ΜΗΚΟΥΣ 30CM ΠΕΡΙΠΟΥ</p>		5

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ



ΠΑΤΕΡΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

MSc Ιατρικής Φυσικής
MSc Διοίκησης Μονάδων Υγείας