



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
"ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Τμήμα Οικονομικό
Γραφείο Διαχείρισης Υλικού
Πληροφορίες Α Αγαπίδου
Τηλ: 23133044415
Fax: 2313304481
e-mail: sylloges@agpavlos.gr

8/0
Θεσσαλονίκη, 12-05-23
Αρ.πρωτ.: 5708

Έρευνα αγοράς που αφορά

Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες και κατόπιν της 5ης Συνεδρίασης τη 27-04-23 (ΘΕΜΑ Β10) του Διοικητικού Συμβουλίου(ΑΔΑ:65ΖΘ46906Ι-ΗΘΖ), το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τον κωδικό **GMDN** και τον κωδικό **ΕΚΑΠΤΥ** των προσφερομένων ειδών, αλλά και τον χρόνο παράδοσης τους.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Διαχ/σης Υλικού μέσω fax, e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία εκτύπωσης του fax (για προσφορές που κατατίθενται με τηλεμοιοτυπία) και για προσφορές που κατίνονται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχειρως θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Σε περίπτωση που ζητηθεί δείγμα, κρίνεται απαραίτητη η προσκόμισή του.

Καταληκτική ημερομηνία 17-05-23
Καταληκτική ώρα : 15.00

Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 6 μήνες

Περιγραφή

1 Παροχέτευση τραύματος ρυθμιζόμενη πλήρης σε διαστάσεις 15FR και 19FR τεσσάρων θέσεων (ενσωματωμένων) ΟΚΡα, 37mmHg, 75mmHg και 113mmHg

Να διαθέτει:

- Καθετήρα σιλικόνης τύπου Blake με ειδικές αύλακες στο μέρος που παραμένει εσωτερικά του ασθενούς σε μεγέθη 15FR και 19 FR και καθετήρα flat τύπου κεραμιδάκι πλάτους 11mm.
- Ειδική βαλβίδα αντεπιστροφής που να επιτρέπει εκ νέου δημιουργία κενού στο εσωτερικό της φιάλης με ασφάλεια χωρίς το άνοιγμα αυτής και διατηρώντας το σύστημα κλειστό
- Σκληρό περίβλημα 450-500 ml
- Βελόνα με ειδική κλίση και όχι ευθεία για πιο εργονομική χρήση και τριγωνικό άκρο για την ελαχιστοποίηση τραύματος κατά την εισχώρησή της στον ασθενή (210470100030026)

