



αγρ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Υ.Π.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
“ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ”

Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Τμήμα Οικονομικό
Γραφείο Διαχείρισης Υλικού
Πληροφορίες Αγαπίδου Α
Τηλ: 2313304415
Fax: 2313304481
e-mail: sylloges@agpavlos.gr

Θεσσαλονίκη 10-07-2023
Αρ.πρωτ.: 8081

Έρευνα αγοράς που αφορά

Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες, το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ N.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενά είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τον κωδικό GMDN και τον κωδικό ΕΚΑΠΤΥ των προσφερομένων ειδών, αλλά και τον χρόνο παράδοσης τους.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Διαχ/σης Υλικού μέσω fax, e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία εκτύπωσης του fax (για προσφορές που κατατίθενται με τηλεμοιοτυπία) και για προσφορές που κατίθενται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχείρως θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Σε περίπτωση που ζητηθεί δείγμα, κρίνεται απαραίτητη η προσκόμιση του.

Καταληκτική ημερομηνία 12-07-2023

Καταληκτική ώρα : 15.00

Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 6 μήνες

Περιγραφή

Βελόνα βιοψίας προστάτη μίας χρήσης

18G 20 & 25cm

- Η συσκευή να έχει εργονομική λαβή και το βάρος της, ανάλογα με το μήκος της βελόνας, να κυμαίνεται μεταξύ 90-100gr.
- Η φόρτιση και η πυροδότηση της συσκευής πρέπει να είναι απλή και να μπορεί να γίνει με το ένα χέρι.
- Η εξωτερική κάνουλα της βελόνας πρέπει να έχει δείκτες βάθους κάθε 1 cm.
- Η εξωτερική κάνουλα της βελόνας πρέπει να είναι ηχογενής εξασφαλίζοντας αυξημένη ορατότητα με υπερήχους.
- Το μήκος ρίψης πρέπει να είναι 22mm και το μήκος εγκοπής δείγματος πρέπει να είναι 17mm.
- Η συσκευή θα πρέπει να διαθέτει 2 πλήκτρα πυροδότησης σε διαφορετική επιφάνεια : ένα πλαϊνό μέρος και ένα άλλο στο πίσω μέρος της λαβής.
- Να διατίθεται σε μεγέθη 18G και 20-25cm.
- Να διατίθεται σε αποστειρωμένη και μεμονωμένη συσκευασία στην οποία θα αναγράφονται η ημερομηνία αποστείρωσης, ο τύπος της μεθόδου αποστείρωσης, η ημερομηνία λήξης και η παρτίδα του προϊόντος.

(210188200020119)

