



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Γ.Ν.Θ. "ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Τμήμα Οικονομικό

Γραφείο Διαχείρισης Αποστειρωμένου Υλικού

Πληροφορίες: Α Αγαπίδου

Τηλ: 2313304415

Fax: 2313304481

e-mail: sylloges@agpavlos.gr

Θεσσαλονίκη: 06-09-23

Αρ.πρωτ.: Δ 0041

Έρευνα αγοράς που αφορά

Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες, το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τον κωδικό GMDN και τον κωδικό ΕΚΑΠΤΥ των προσφερομένων ειδών αλλά και τον χρόνο παράδοσης τους.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Διαχ/σης Υλικού μέσω fax, e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία εκτύπωσης του fax (για προσφορές που κατατίθενται με τηλεμοιοτυπία) και για προσφορές που κατατίθενται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχείρως θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.

Καταληκτική ημερομηνία : 11-09-2023

Καταληκτική ώρα : 15.00

Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 6 μήνες

Περιγραφή

1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ ΑΥΛΩΝ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΡΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕΤΗΡΑ . ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΡΕΙΣ ΑΥΛΟΥΣ ΜΗΚΟΥΣ 10cm , ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΑΥΛΟΥ 3-4mm ΑΚΡΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ FLUSH ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΘΡΟΜΒΟΥ. (210483980041194)

2.ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ (T-PIECES) ΜΕ ΑΚΡΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 22M/22F ,ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (210601500030007)

3.ΓΩΝΙΩΔΗ ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΠΙΡΑΛ, ΜΕ ΛΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ - ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΔΙΠΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ (210601500030003)

