



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Υ.Π.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
"ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Τμήμα Οικονομικό
Γραφείο Διαχείρισης Υλικού
Πληροφορίες Σαρηγιαννίδου Μ.
Τηλ: 2313304415
Fax: 2313304481
e-mail: sylloges@agpavlos.gr

Θεσσαλονίκη 06-09-2023

Αρ.πρωτ.: 10094/7-9-2023

Έρευνα αγοράς που αφορά

Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες και κατόπιν της 1^{ης} Συνεδρίασης τη 13 -01-2021 (ΘΕΜΑ Β2) του Διοικητικού Συμβουλίου, το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τον κωδικό **GMDN** και τον κωδικό **ΕΚΑΠΤΥ** των προσφερομένων ειδών, αλλά και τον χρόνο παράδοσης τους.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Διαχ/σης Υλικού μέσω fax, e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία εκτύπωσης του fax (για προσφορές που κατατίθενται με τηλεμοιοτυπία) και για προσφορές που κατίνονται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχείρως θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Σε περίπτωση που ζητηθεί δείγμα, κρίνεται απαραίτητη η προσκόμισή του.

Καταληκτική ημερομηνία 12-09-23
Καταληκτική ώρα : 15.00

Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 6 μήνες

Περιγραφή

1. Αποστειρωμένο κλειστό κύκλωμα βρογχικής αναρρόφησης

Κλειστό σύστημα προστατευόμενης αναρρόφησης με συνδετικό διπλής περιστροφής για ενδοτραχειακό ή σωλήνα τραχειοστομίας, για 7 ημέρες συνεχούς χρήσης, ενιαίο χωρίς ανταλλακτικά μέρη, αποστειρωμένο. Στο συνδετικό διπλής περιστροφής να έχει ειδική βαλβίδα για χορήγηση φαρμάκου σε μορφή μορφή δόσεων αεροζόλ(MDI), υποδοχή με πώμα και βαλβίδα για ασφαλή είσοδο βρογχοσκοπίου, βαλβίδα μίας οδού για την πλύση του άκρου του καθετήρα και διακόπτη ON/OFF προώθησης ή απομόνωσης του καθετήρα. Να διαθέτει βαλβίδα αναρρόφησης με δυνατότητα κλειδώματος και πριν από αυτή διάφανο τμήμα ελέγχου των αναρροφούμενων εκκρίσεων. Να συνοδεύεται από μελέτη αξιολόγησης ασφάλειας χρήσης έως 168 ώρες/7ημέρες.

(210601500029095)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΜΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

