



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Υ.Π.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
"ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Τμήμα Οικονομικό
Γραφείο Διαχείρισης Υλικού
Πληροφορίες ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ.Ε.
Τηλ: 2313304463
Fax: 2313304416
e-mail: diaxeirisi@agpavlos.gr

Θεσσαλονίκη:25-09-2023

Αρ.πρωτ.: 10892

Έρευνα αγοράς που αφορά

Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες, το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τον κωδικό **GMDN** και τον κωδικό **ΕΚΑΠΤΥ** των προσφερομένων ειδών, αλλά και τον χρόνο παράδοσης τους.].

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Διαχ/σης Υλικού μέσω fax, e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία εκτύπωσης του fax (για προσφορές που κατατίθενται με τηλεμοιτυπία) και για προσφορές που κατίνονται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχείρως θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Σε περίπτωση που ζητηθεί δείγμα, κρίνεται απαραίτητη η προσκόμισή του.

Καταληκτική ημερομηνία 27/05/2023

Καταληκτική ώρα : 12.00

Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 6 μήνες

Περιγραφή
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΜΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣΕΤΕ ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:

1.ΣΥΣΚΕΥΗ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ

- Συσκευή νεφελοποίησης κατάλληλη για χρήση με διαφορετικού τύπου αναπνευστήρες της ΜΕΘ.
- Να είναι κατάλληλη για ενήλικους, παιδιά και νεογνά.
- Να είναι συμβατή με γεννήτρια αερολύματος παλλόμενου πετάσματος και η λειτουργία της να μην επηρεάζει τις παραμέτρους του αναπνευστήρα.
- Να λειτουργεί με ρεύμα δικτύου 220V/50Hz, αλλά και μέσω ενσωματωμένης επαναφορτιζόμενης μπαταρίας.
- Να συνοδεύεται με διάταξη στήριξης της συσκευής σε ράγα ή στατό, τροφοδοτικό AC 220V/50Hz και καλώδιο νεφελοποίησης.
- Να διαθέτει χρονοδιακόπτη για νεφελοποίηση για 30 λεπτά καθώς και δυνατότητα συνεχούς νεφελοποίησης
- Να συνοδεύεται με δύο μονάδες νεφελοποίησης παλλόμενου πετάσματος και με τα κατάλληλα συνδετικά για την προσαρμογή τους στο κύκλωμα ασθενούς.
- Οι μονάδες νεφελοποίησης παλλόμενου πετάσματος να είναι κατάλληλες για τουλάχιστον 7 ημέρες συνεχούς χρήσης ή για 28 ημέρες τυπικής χρήσης με 4 νεφελοποιήσεις ανά ημέρα.
- Να είναι κατάλληλες για την εκνέφωση διαλυμάτων, εναιωρημάτων, πρωτεϊνών και πεπτιδίων.
- Να είναι κατάλληλες για χρήση σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες.
- Χωρητικότητα μονάδας νεφελοποίησης, τουλάχιστον 6ml.
- Χαμηλό Επίπεδο ήχου, μικρότερο από 36dB.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ



ΑΤΣΑΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ