



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Υ.Π.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
"ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Τμήμα Οικονομικό
Γραφείο Διαχειρισης
Πληροφορίες:ΠΡΟΚΟΠΗ Π.
Τηλ: 2313304463
Email:sylloges@agpavlos.gr

Θεσσαλονίκη 26-09-2023

Αρ.Πρωτ 10958

Έρευνα αγοράς που αφορά.

Προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες , το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή , η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ N.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τον κωδικό GMDN και τον κωδικό ΕΚΑΠΤΥ των προσφερομένων ειδών αλλά και τον χρόνο παράδοσης τους.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Διαχ/σης Υλικού μέσω fax, e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία εκτύπωσης του fax (για προσφορές που κατατίθενται με τηλεμοιοτυπία) και για προσφορές που κατίθενται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχείρως θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.

Καταληκτική ημερομηνία :28-09-2023

Καταληκτική ώρα : 12:00

Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 6 μήνες

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΜΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣΕΤΕ ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:

1) Βηματοδότες δύο κοιλοτήτων με προσαρμοζόμενη συχνότητα DDDR και με ειδικές θεραπευτικές και διαγνωστικές ικανότητες και με δυνατότητα MRI με ζώνη αποκλεισμού ή FULL BODY MRI με τα αντίστοιχα ηλεκτρόδια και υποκλείδιους εισαγωγείς.

Π.Τ.: 24.2.1

Νέας τεχνολογίας κατασκευής που τους καθιστά ασφαλείς κατά την διενέργεια μαγνητικής τομογραφίας με συνοδεία ειδικών ηλεκτροδίων παθητικής και ενεργητικής πρόσφυσης, κατά την επιλογή του ιατρού, καθώς και υποκλείδιους εισαγωγείς.

Βασικά χαρακτηριστικά:

- Βηματοδότης μικρού μεγέθους <19 γραμμάρια
- Πολικότητα αισθησης και βηματοδότησης
- Δυνατότητα διπολικής και μονοπολικής αίσθησης – βηματοδότησης στον κόλπο και στην κοιλία με θύρες σύνδεσης IS-1
- Δυνατότητα αυτόματης μετατροπής από διπολικό σε μονοπολικό τρόπο βηματοδότησης και αίσθησης
- Βασική συχνότητα : Προγραμματιζόμενη
- Ανώτερη οδηγούμενη συχνότητα (upper tacking and driven rate): Προγραμματιζόμενη
- Τάση παλμού: Προγραμματιζόμενη ανεξάρτητα, για τον κόλπο και την κοιλία
- Δυνατότητα αυτόματης ανίχνευσης ουδού βηματοδότησης στην κοιλία Beat by Beat και στον κόλπο και αυτορρύθμιση της έντασης του χορηγούμενου ερεθίσματος με 5 V παλμό εξόδου ασφαλείας.
- Διάρκεια παλμού: Προγραμματιζόμενη ανεξάρτητα για τον κόλπο και την κοιλία.
- Ευαισθησία: Προγραμματιζόμενη ανεξάρτητα για τον κόλπο και την κοιλία.
- Κολποκοιλιακά διαστήματα: Προγραμματιζόμενα.
- Αλγόριθμοι αναγνώρισης και προτίμησης της ενδογενούς κολποκοιλιακής αγωγής.
- Ανερέθιστη περίοδος κολπική και κοιλιακή: Προγραμματιζόμενες.
- Να δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 8 έτη
- Αναμενομένη διάρκεια ζωής σε 100% DDD βηματοδότηση πάνω από 9,7 χρόνια.
- Διενέργεια αναίμακτης ΗΦΜ (ηλεκτροφυσιολογικής μελέτης) μέσω του βηματοδότη.
- Κοιλιακή βηματοδότηση ασφαλείας .

Ειδικές θεραπευτικές δυνατότητες:

- Αυτόματη αλλαγή τρόπου βηματοδότησης επί αναγνωρίσεως ταχυαρρυθμιών (mode switch)
- Κολποκοιλιακή βηματοδότηση ασφαλείας.
- Διακοπή ταχυκαρδίας σχετιζόμενης με τον βηματοδότη
- Προσαρμογή σε πρώιμη κοιλιακή συστολή
- Αλγόριθμοι ανταπόκρισης σε απότομη μείωση της καρδιακής συχνότητας.
- Αλγόριθμοι ανταπόκρισης σε απότομη μείωση της καρδιακής συχνότητας
- Αλγόριθμοι πρόληψης και ανάταξης κολπικών ταχυαρρυθμιών.

Διαγνωστικές ικανότητες:

- Προβολή στην οθόνη του προγραμματιστή και καταγραφή ηλεκτρογράμματος σε πραγματικό χρόνο.
- Αυτόματη καταγραφή επεισοδίων υπερκοιλιακών και κοιλιακών ταχυκαρδιών.
- Αυτόματη καταγραφή ηλεκτρογράμματος κατά τα επεισόδια αυτά με μνήμη καταγραφής για πάνω από 14 λεπτά.
- Καταγραφή ποσοστών βηματοδότησης και κόλπο και κοιλία.

Αισθητήρας μεταβολής συχνότητας:

Να υπάρχει ένας, ή συνδυασμός των ακολούθων:

Μετρητής επιτάχυνσης ή υπολογισμός αερισμού ανά λεπτό ή μετρητής επιτάχυνσης ή και «φυσιολογικός» αισθητήρας.

Συνοδά υλικά :

1) Ηλεκτρόδια κοιλιακά ενδοφλέβια βηματοδοτικά παθητικής ή ενεργητικής πρόσφυσης, άμεσα συμβατά με την ανωτέρω συσκευή IS-1 και να προσφέρουν όλες τις τεχνικές δυνατότητες του βηματοδότη .

Π.Τ.: 24.2.8 ή 24.2.9

2) Ηλεκτρόδια κολπικά ενδοφλέβια βηματοδοτικά παθητικής ή ενεργητικής πρόσφυσης, άμεσα συμβατά με την ανωτέρω συσκευή IS-1 και να προσφέρουν όλες τις τεχνικές δυνατότητες του βηματοδότη.

Π.Τ.: 24.2.8 ή 24.2.9

3) Θηκάρια υποκλείδιου από 7 έως 11 FR 2 τμχ .

Π.Τ.: 24.2.12

2) Βηματοδότες δύο κοιλοτήτων χωρίς δυνατότητα κολπικής βηματοδότησης με προσαρμοζόμενη κοιλιακή συχνότητα (VDDR)

Π.Τ.: 24.2.5

Βασικά χαρακτηριστικά:

- Να έχει μικρό όγκο και βάρος κάτω από 24 γραμμάρια και μεγάλη διάρκεια ζωής πάνω από 9,5 χρόνια .
- Πολικότητα αίσθησης και βηματοδότησης
- Να διαθέτει τουλάχιστον τους παρακάτω τύπους βηματοδότησης: VDD, VDDR, VVI, VVIR
- Δυνατότητα διπολικής και μονοπολικής αίσθησης – βηματοδότησης στον κόλπο και στην κοιλία με θύρες σύνδεσης IS-1
- Δυνατότητα μετατροπής από διπολικό σε μονοπολικό τρόπο βηματοδότησης και αίσθησης
- Βασική συχνότητα : Προγραμματιζόμενη
- Ανώτερη οδηγούμενη συχνότητα (upper tacking and driven rate): Προγραμματιζόμενη
- Τάση παλμού: Προγραμματιζόμενη
- Δυνατότητα αυτόματης ανίχνευσης ουδού βηματοδότησης Beat by Beat και αυτορρύθμιση της έντασης του χορηγούμενου ερεθίσματος με 5 V παλμό εξόδου ασφάλειας.
- Διάρκεια παλμού: Προγραμματιζόμενη στην κοιλία

- Ευαισθησία: Προγραμματιζόμενη ανεξάρτητα για τον κόλπο (έως 0,1 mv) και την κοιλία
- Κολποκοιλιακά διαστήματα: Προγραμματιζόμενα
- Να δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας του λάχιστον 4 έτη

Ειδικές θεραπευτικές δυνατότητες:

- Αυτόματη αλλαγή τρόπου βηματοδότησης επί αναγνωρίσεως ταχυαρρυθμιών (mode switch).
- Διακοπή ταχυκαρδίας σχετιζόμενης με τον βηματοδότη
- Προσαρμογή σε πρώιμη κοιλιακή συστολή

Διαγνωστικές ικανότητες:

- Προβολή στην οθόνη του προγραμματιστή και καταγραφή ηλεκτρογράμματος σε πραγματικό χρόνο.
- Καταγραφή ποσοστών βηματοδότησης και κόλπο και κοιλία.

Αισθητήρας μεταβολής συχνότητας:

Να υπάρχει ένας, ή συνδυασμός των ακολούθων:

Μετρητής επιτάχυνσης ή υπολογισμός αερισμού ανά λεπτό ή μετρητής επιτάχυνσης ή και «φυσιολογικός» αισθητήρας.

Συνοδά υλικά :

1) Ηλεκτρόδια τύπου VDD ενδοφλέβια βηματοδοτικά παθητικής πρόσφυσης, άμεσα συμβατά με την ανωτέρω συσκευή IS-1 και να προσφέρουν όλες τις τεχνικές δυνατότητες του βηματοδότη.

Π.Τ.: 24.2.11

2) Θηκάρια υποκλείδιου από 7 έως 11 FR .

Π.Τ.: 24.2.12

3) Βηματοδότες δύο κοιλοτήτων με προσαρμοζόμενη συχνότητα DDDR και με ειδικές θεραπευτικές και διαγνωστικές ικανότητες και με δυνατότητα FULL BODY MRI στα 3 Tesla με τα αντίστοιχα ηλεκτρόδια και υποκλείδιους εισαγωγέis.

Π.Τ.: 24.2.15

Νέας τεχνολογίας κατασκευής που τους καθιστά ασφαλείς κατά την διενέργεια μαγνητικής τομογραφίας 3 Tesla με συνοδεία ειδικών ηλεκτροδίων παθητικής και ενεργητικής πρόσφυσης, κατά την επιλογή του ιατρού, καθώς και υποκλείδιους εισαγωγέis.

Βασικά χαρακτηριστικά:

- Πολικότητα αίσθησης και βηματοδότησης
- Δυνατότητα διπολικής και μονοπολικής αίσθησης – βηματοδότησης στον κόλπο και στην κοιλία με θύρες σύνδεσης IS-1
- Δυνατότητα αυτόματης μετατροπής από διπολικό σε μονοπολικό τρόπο βηματοδότησης και αίσθησης

- Βασική συχνότητα : Προγραμματιζόμενη
- Ανώτερη οδηγούμενη συχνότητα (upper tacking and driven rate): Προγραμματιζόμενη
- Τάση παλμού: Προγραμματιζόμενη ανεξάρτητα, για τον κόλπο και την κοιλία
- Δυνατότητα αυτόματης ανίχνευσης ουδού βηματοδότησης στην κοιλία .
- Διάρκεια παλμού: Προγραμματιζόμενη ανεξάρτητα για τον κόλπο και την κοιλία.
- Ευαισθησία: Προγραμματιζόμενη ανεξάρτητα για τον κόλπο και την κοιλία.
- Κολποκοιλιακά διαστήματα: Προγραμματιζόμενα.
- Αλγόριθμοι αναγνώρισης και προτίμησης της ενδογενούς κολποκοιλιακής αγωγής.
- Ανερέθιστη περίοδος κολπική και κοιλιακή: Προγραμματιζόμενες.
- Να δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 8 έτη
- Αναμενομένη διάρκεια ζωής σε 100% DDD βηματοδότηση πάνω από 9,7 χρόνια.
- Διενέργεια αναίμακτης ΗΦΜ (ηλεκτροφυσιολογικής μελέτης) μέσω του βηματοδότη.
- Κοιλιακή βηματοδότηση ασφαλείας .

Ειδικές θεραπευτικές δυνατότητες:

- Αυτόματη αλλαγή τρόπου βηματοδότησης επί αναγνωρίσεως ταχυαρρυθμιών (mode switch)
- Κολποκοιλιακή βηματοδότηση ασφαλείας.
- Διακοπή ταχυκαρδίας σχετιζόμενης με τον βηματοδότη
- Προσαρμογή σε πρώιμη κοιλιακή συστολή
- Αλγόριθμοι ανταπόκρισης σε απότομη μείωση της καρδιακής συχνότητας.
- Αλγόριθμοι ανταπόκρισης σε απότομη μείωση της καρδιακής συχνότητας
- Αλγόριθμοι πρόληψης και ανάταξης κολπικών ταχυαρρυθμιών.

Διαγνωστικές ικανότητες:

- Προβολή στην οθόνη του προγραμματιστή και καταγραφή ηλεκτρογράμματος σε πραγματικό χρόνο.
- Αυτόματη καταγραφή επεισοδίων υπερκοιλιακών και κοιλιακών ταχυκαρδιών.
- Αυτόματη καταγραφή ηλεκτρογράμματος κατά τα επεισόδια αυτά με μνήμη καταγραφής.
- Καταγραφή ποσοστών βηματοδότησης και κόλπο και κοιλία.

Αισθητήρας μεταβολής συχνότητας:

Να υπάρχει ένας, ή συνδυασμός των ακολούθων:

Μετρητής επιτάχυνσης ή υπολογισμός αερισμού ανά λεπτό ή μετρητής επιτάχυνσης ή και «φυσιολογικός» αισθητήρας.

Συνοδά υλικά :

1) Ηλεκτρόδια κοιλιακά ενδοφλέβια βηματοδοτικά παθητικής ή ενεργητικής πρόσφυσης, άμεσα συμβατά με την ανωτέρω συσκευή IS-1 και να προσφέρουν όλες τις τεχνικές δυνατότητες του βηματοδότη .

Π.Τ.: 24.2.8 ή 24.2.9 ή 24.2.21

2) Ηλεκτρόδια κολπικά ενδοφλέβια βηματοδοτικά παθητικής ή ενεργητικής πρόσφυσης , άμεσα συμβατά με την ανωτέρω συσκευή IS-1 και να προσφέρουν όλες τις τεχνικές δυνατότητες του βηματοδότη.

Π.Τ.: 24.2.8 ή 24.2.9 ή 24.2.22

3) Θηκάρια υποκλείδιου από 7 έως 11 FR 2 τμχ .

Π.Τ.: 24.2.12

4).Εμφυτευόμενη συσκευή συνεχούς ΗΚΓφικής καταγραφής τύπου κλειστής αγκύλης (Injectable loop recorders) μικρού όγκου ≤1,4cc (διαστάσεις 49 x 9 x 3 mm)

Τοποθετείται με ειδική συσκευή (η οποία εμπεριέχεται στην συσκευασία), χωρίς χειρουργική επέμβαση. Να έχει δυνατότητα ενεργοποίησης και αποστολής δεδομένων από τον ασθενή, μέσω κινητού τηλεφώνου και ειδικής εφαρμογής APP (στα ελληνικά) και να διαθέτει Bluetooth wireless technology και ικανότητα αυτοενεργοποίησης επί καταγραφής αρρυθμίας (AF , Tachy, Brady, Pause).

Να έχει δυνατότητα προγραμματισμού της διάρκειας καταγραφής για όλα τα επεισόδια (AF - Tachy, - Brady - Pause) πριν το επεισόδιο (Pre-trigger) έως 14 λεπτά και μετά το επεισόδιο (Post-trigger) έως 60 sec.

Να διαθέτει μνήμη καταγραφής 60 Min με δυνατότητα προτεραιότητας επεισοδίου καταγραφής (Episode Priority) καθώς και δυνατότητα προγραμματισμού παραμέτρων που καθορίζουν τη διάρκεια καταγραφής κάθε τύπου αρρυθμίας.

Είναι νέας τεχνολογίας και κατασκευής που την καθιστά ασφαλή κατά την διενέργεια ολόσωμης μαγνητικής τομογραφίας 3 tesla.

Εκτός παρατηρητηρίου τιμών της Ε.Π.Υ.

