



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
4<sup>η</sup> Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
"ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

ΓΝΘ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"  
Αριθμ. Πρωτ.: 8801  
Ημ/νία: 04/07/2024

Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  
Τμήμα Οικονομικό  
Γραφείο Διαχείρισης Υλικού  
Πληροφορίες Αγαπίδου Α  
Τηλ: 2313304415  
e-mail: a.agapidou@agpavlos.gr

Θεσσαλονίκη, 04-07-2024

**Έρευνα αγοράς που αφορά**

Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες, το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τον κωδικό **GMDN** και τον κωδικό **ΕΚΑΠΤΥ** των προσφερομένων ειδών, αλλά και τον χρόνο παράδοσης τους, σε διαφορετική περίπτωση δε θα γίνονται δεκτές οι προσφορές.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Διαχ/σης Υλικού μέσω, e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία e-mail και για προσφορές που κατίθενται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχείρως θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Σε περίπτωση που ζητηθεί δείγμα, κρίνεται απαραίτητη η προσκόμισή του.

**Καταληκτική ημερομηνία 09-07-2024**  
**Καταληκτική ώρα : 15.00**

**Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 6 μήνες**

## Περιγραφή

### 1 ΦΙΛΤΡΑ Α2 ΑΙΜΟΚ(ΜΕΜΒΡ ΡΜΜΑ)(1,8 ΕΠΙΦ)(2104856000018)

ΦΙΛΤΡΑ HIGH FLUX ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 1,8 Μ2 ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΥΜΕΘΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΜΕΘΥΛΙΟΥ (ΡΜΜΑ)

NF-1.8U

Φίλτρο αιμοκάθαρσης High Flux από μεμβράνη ΡΜΜΑ αποστειρωμένο με γ' ακτινοβολία.

ΔΙΥΛΙΣΤΗΣ	NF-1.8U
ΤΥΠΟΣ	Τριχοειδικός
ΜΕΜΒΡΑΝΗ	Polymethylmethacrylate (ΡΜΜΑ)
ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ	30 μm
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΙΝΩΝ	200μm
ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	1,8 m <sup>2</sup>
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ	Γ' Ακτινοβολία
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΥΠΕΡΔΙΗΘΗΣΗΣ	45 ml/h.mmHg
ΟΓΚΟΣ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΑΙΜΑΤΟΣ	118 ml
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΠΟΛΥΣΤΥΡΕΝΙΟ
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ	ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ
ΣΥΝΤΕΛ. ΚΑΘΑΡΣΗΣ ΟΥΡΙΑΣ (K <sub>o</sub> A <sub>urea</sub> )	873

### ΤΙΜΕΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ NF-1.8U

ΚΑΘΑΡΣΕΙΣ	QB=300 mL/min
ΟΥΡΙΑ	254
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ	225
ΦΩΣΦΟΡΟ	208
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β <sub>12</sub>	140
ΙΝΟΥΛΙΝΗ	77

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΚΑΤΣΑΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ

04.07.2024 11:52:59  
ΨΗΦΙΑΚΑ  
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ  
ΑΠΟ  
ΟΔΥΣΣΕΑΣ  
ΚΑΤΣΑΚΑΣ