



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
"ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Τμήμα Οικονομικό
Γραφείο Διαχείρισης Υλικού
Πληροφορίες ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ.Ε.
Τηλ: 2313304463

Θεσσαλονίκη: 30 - 10 -2024
Αρ.πρωτ.:

" " : 14429
μ/ : 30/10/2024

e-mail: apostolaki@agpavlos.gr

Έρευνα αγοράς που αφορά

Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες , το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή , η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών του Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά.

Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τον κωδικό **GMDN** .

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Διαχ/σης Υλικού μέσω e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν για προσφορές που κατίθενται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου.

Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.

Καταληκτική ημερομηνία 4 / 11 /2024

Καταληκτική ώρα : 12.00

Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 6 μήνες

Περιγραφή

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΜΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣΕΤΕ ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:

- 1. ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΠΟΘΕΡΜΙΑ (ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ ΠΕΔΙΑ) ΑΠΟ ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΚΑΙ ΕΝΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΣΤΡΩΜΑ. ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ
210601500056006**
- 2. ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΖΕΣΤΟ ΑΕΡΑ - ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
210601500056003**
- 3. ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΖΕΣΤΟ ΑΕΡΑ - ΑΝΩ ΣΩΜΑΤΟΣ
210601500056004**
 - Να διαχέουν ισομερώς τη θερμότητα σε όλη την επιφάνεια τους από μικροπόρους και όχι τρύπες
 - Να έχουν ασφαλείς υποδοχής σύνδεσης με το σωλήνα θέρμανσης Διαστάσεων ~200x700cm, με διαφανές πεδίο κάλυψης κεφαλής

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΚΑΤΣΑΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ

30.10.2024 11:21:16
ΨΗΦΙΑΚΑ
ΥΠΟΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΑΠΟ
ODYSSEFS
KATSAKAS