



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
"ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

ΓΝΘ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Αριθμ. Πρωτ.: 820
Ημ/νία: 17/01/2025

Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Τμήμα Οικονομικό
Γραφείο Διαχείρισης Υλικού
Πληροφορίες Αγαπίδου Α
Τηλ: 2313304415
e-mail: a.agapidou@agravlos.gr

Θεσσαλονίκη, 16-01-2025

Έρευνα αγοράς που αφορά

Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες, το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών του Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τον κωδικό **GMDN** των προσφερομένων ειδών, αλλά και τον χρόνο παράδοσης τους.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Διαχ/σης Υλικού μέσω, e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία e-mail και για προσφορές που κατίθενται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχειρώς θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Σε περίπτωση που ζητηθεί δείγμα, κρίνεται απαραίτητη η προσκόμισή του.

Καταληκτική ημερομηνία 22-01-2025

Καταληκτική ώρα : 15.00

Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 6 μήνες

Περιγραφή

1. ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ Μ/Χ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ HOSPIVAC 400 (ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ)

210601500030001-Χ/Ο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ HOSPIVAC 400

- Η αναρρόφηση Hospivac 400 είναι κατάλληλη για νοσοκομειακή χρήση.
 - Είναι πολύ μεγάλης ισχύος -0,90 bar και αναρροφητικής ικανότητας 90lit/min.
 - Είναι τροχήλατη, με τέσσερις αντιστατικούς τροχούς και σύστημα πέδησης στους δύο τροχούς, για την εύκολη μεταφορά της.
 - Έχει διακόπτη και ενδεικτική λυχνία λειτουργίας, φέρει κομβίο για την ρύθμιση της ισχύος καθώς και όργανο (μανόμετρο) για την ένδειξη του κενού.
 - Έχει δύο φιάλες άθραυστες των 4lit η κάθε μια και αποστειρώνονται σε κλίβανο.
 - Οι σωληνώσεις και το ρύγχος είναι από σιλικόνη και αποστειρώνονται σε κλίβανο ατμού.
 - Διαθέτει σύστημα προστασίας από υπερχειλίση.
 - Το περίβλημα της αναρρόφησης είναι κατασκευασμένο εξ' ολοκλήρου από ειδικό αντιστατικό και άθραυστο πλαστικό υλικό που αντέχει στα χτυπήματα χωρίς να παραμορφώνεται.
 - Καθαρίζεται και απολυμαίνεται εύκολα
 - Διαθέτει αντλία με πιστόνια νέου τύπου χωρίς ιμάντες.
 - Διαθέτει αντιμικροβιακό φίλτρο.
 - Μπορεί να λειτουργήσει και με σακούλες μιας χρήσης των 2 λίτρων χωρίς καμία απολύτως μετατροπή.
 - Η συσκευή μπορεί να λειτουργεί και μέσω ποδοδιακόπτη ON-OFF.
 - Λειτουργεί με το ρεύμα πόλης 220-230V/50-60Hz.
 - Πληρεί όλες τις διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας και κατευθυντήριες οδηγίες (CE-0470, ISO-9002).
 - Παραδίδεται πλήρης, με κατατοπιστικά εγχειρίδια, έτοιμη για χρήση.
 - Το βάρος της συσκευής να είναι 20 κιλά και οι διαστάσεις της 46x85x42cm.
- Το προσφερόμενο είδος να είναι καινούριο και αμεταχείριστο και να **φέρει το σήμα πιστοποίησης ποιότητας CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ιατροτεχνολογικά προϊόντα σύμφωνα με την οδηγία 93/42 της ΕΕ.**

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΨΗΦΙΑΚΑ
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΑΠΟ
ΟΔΥΣΣΕΥΣ
ΚΑΤΣΑΚΑΣ

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΑΤΣΑΚΑΣ

