



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
4<sup>η</sup> Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
"ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

" " " " " "  
μ. : 1714  
μ/ : 03/02/2025

Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  
Τμήμα Οικονομικό  
Γραφείο Διαχείρισης Υλικού  
Πληροφορίες ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ.Ε  
Τηλ: 2313304463

Θεσσαλονίκη: 3 - 02 -2025  
Αρ.πρωτ.:

e-mail: [apostolaki@agpavlos.gr](mailto:apostolaki@agpavlos.gr)

### Έρευνα αγοράς που αφορά

Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες, το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών του Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τον κωδικό **GMDN** των προσφερομένων ειδών, αλλά και τον χρόνο παράδοσης τους.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Διαχ/σης Υλικού μέσω, e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία e-mail και για προσφορές που κατίνονται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχειρώς θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Σε περίπτωση που ζητηθεί δείγμα, κρίνεται απαραίτητη η προσκόμισή του

Καταληκτική ημερομηνία 7 / 02 /2025  
Καταληκτική ώρα : 12.00

**Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 6 μήνες**

## Περιγραφή

**ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΜΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣΕΤΕ ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:**


### Τεχνικά χαρακτηριστικά ενδοστοματικού ηλεκτροτόμου

#### Χαρακτηριστικά

- ✓ Ηλεκτροτόμος υψηλών συχνοτήτων για περιοδοντική και ενδοστοματική χειρουργική και αιμόσταση
- ✓ Συμβατό με Τάση Παροχής 230V, 50-60Hz
- ✓ Κατάταξη I τύπος ΒΕ
- ✓ Ισχύς συσκευής: 30-50W, 375Ω
- ✓ Συχνότητα: 1,8MHz +/- 1
- ✓ Ευρωπαϊκής Κατασκευής
- ✓ Ο ηλεκτροτόμος συνοδεύεται από λαβή ηλεκτροδίου (electrode holder), από το καλώδιο της λαβής του ηλεκτροδίου (electrode holder cord) , χωρητικός συζεύκτης η βραχιόλι αγωγιμότητας (capacitive coupler), ποδοδιακόπτης
- ✓ Με 10 ηλεκτρόδια για αιμόσταση και κοπή μαλακών ιστών στην οδοντιατρική. Τα μπλε ηλεκτρόδια (διαμέτρου 0.22 mm) είναι κατάλληλα για κοπή. Τα κίτρινα ηλεκτρόδια ( διαμέτρου 0.40mm) είναι για τομή και αιμόσταση. Τα λευκά ηλεκτρόδια (διαμέτρου 0.22 mm) για εκτομή και τα κόκκινα (διαμέτρου 1mm, 2.5mm και 3.2mm) για ηλεκτροθερμοκαυτηρίαση και αιμόσταση.
- ✓ Επιστημονική υποστήριξη πριν και μετά την πώληση
- ✓ Τεχνική υποστήριξη μετά την πώληση
- ✓ Εγγύηση καλής λειτουργίας >=2 έτη
- ✓ Ποιότητα πιστοποιημένη κατά ISO, συμβατό με IEC 601-1, IEC 60-2-2 και 93/42/EEC
- ✓ Μικρό μέγεθος και βάρος (25x25x15 εκ περίπου, 1-1,5Kg περίπου)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΚΑΤΣΑΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ

03.02.2025 13:13:24  
ΨΗΦΙΑΚΑ  
ΥΠΟΓΡΑΜΜΕΝΟ  
ΑΠΟ   
STYLIANOS  
TSOMARIDIS