



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
"ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"**

Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Τμήμα Οικονομικό
Γραφείο Διαχείρισης Υλικού
Πληροφορίες ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ.Ε
Τηλ: 2313304463

ΓΝΘ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Αριθμ. Πρωτ.: 2675
Ημ/νία: 21/02/2025

Θεσσαλονίκη: 20 - 02 -2025
Αρ.πρωτ.:

e-mail: apostolaki@agpavlos.gr

Έρευνα αγοράς που αφορά

Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες, το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών του Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τον κωδικό **GMDN** των προσφερομένων ειδών, αλλά και τον χρόνο παράδοσης τους.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Διαχ/σης Υλικού μέσω, e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία e-mail και για προσφορές που κατίνονται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχείρως θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Σε περίπτωση που ζητηθεί δείγμα, κρίνεται απαραίτητη η προσκόμισή του

Καταληκτική ημερομηνία 26 / 02 /2025
Καταληκτική ώρα : 12.00

Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 6 μήνες

Περιγραφή

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΜΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣΕΤΕ ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:

Πιπέτες αυτόματες

1. Να είναι ακριβείς στην ποσότητα αναρρόφησης του δείγματος με απόκλιση :
 - a. για την πιπέτα μεταβλητού όγκου $100-1000\mu\text{l} \pm 0,6\%$ στα $100\mu\text{l}$ και $\pm 0,2\%$ στα $1000\mu\text{l}$
 - b. για την πιπέτα μεταβλητού όγκου $20-200\mu\text{l} \pm 0,7\%$ στα $20\mu\text{l}$ και $\pm 0,2\%$ στα $200\mu\text{l}$
 - c. για την πιπέτα σταθερού όγκου $1000\mu\text{l} \pm 0,2\%$ στα $1000\mu\text{l}$.
2. Να διαθέτουν ανατομικό σχεδιασμό για την όσο δυνατόν ευκολότερη χρήση
3. Να διαθέτουν μηχανισμούς που να διευκολύνουν τον χρήστη στην:
 - a. εισαγωγή του ρύγχους (πχ ελατήριο)
 - b. εξαγωγή του ρύγχους
 - c. αναρρόφηση του υγρού (ρυθμίσεις αναρρόφησης ανάλογα με το ιξώδες και την πυκνότητά του)
 - d. επιλογή του ρύγχους που θα προσαρμοστεί (διαφορετικό χρώμα στο σώμα της πιπέτας, ανάλογα με το ρύγχος που απαιτείται)
 - e. Μεγέθυνση των ψηφίων σε παράθυρο απεικόνισης στο σώμα της πιπέτας.
4. Να αποδεικνύεται η ανθεκτικότητά τους στη χρήση, με δοκιμές που να αφορούν τόσο στις εισαγωγές – εξαγωγές των ρυγχών, αλλαγές στη ρύθμιση του όγκου υγρού, όσο και στην αποστείρωση. Θα αξιολογηθεί θετικότερα η εταιρεία που θα έχει υποβάλλει το προϊόν στο μεγαλύτερο αριθμό δοκιμών.
5. Να υπάρχει δυνατότητα αποστείρωσής τους χωρίς αποσυναρμολόγηση στους 121°C .
6. Η εταιρεία να διαθέτει τεχνικό προσωπικό εκπαιδευμένο για την τεχνική υποστήριξη και συντήρηση των προσφερόμενων ειδών.
7. Να καταθέτουν πιστοποιητικά για την εκπαίδευση και έγγραφα επίσημης αντιπροσωπείας του προσφερόμενου οίκου.
8. Να διαθέτουν πιστοποιητικά τα εργοστάσια κατασκευής και η εταιρεία διάθεσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων EN ISO 9001: 2015 και EN ISO 13485: 2016.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΚΑΤΣΑΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ

21.02.2025 10:30:37
ΨΗΦΙΑΚΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΜΕΝΟ
ΑΠΟ
STYLIANOS
TSOMARIDIS

