



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
"ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"**

**ΓΝΘ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Αριθμ. Πρωτ.: 2781
Ημ/νία: 24/02/2025**

Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Τμήμα Οικονομικό
Γραφείο Διαχείρισης Υλικού
Πληροφορίες ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ.Ε
Τηλ: 2313304463

Θεσσαλονίκη: 24 - 02 -2025
Αρ.πρωτ.:

e-mail: apostolaki@agpavlos.gr

Έρευνα αγοράς που αφορά

Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες, το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών του Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τον κωδικό **GMDN** των προσφερομένων ειδών, αλλά και τον χρόνο παράδοσης τους.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Διαχ/σης Υλικού μέσω, e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία e-mail και για προσφορές που κατίνονται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχείρως θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Σε περίπτωση που ζητηθεί δείγμα, κρίνεται απαραίτητη η προσκόμισή του

**Καταληκτική ημερομηνία 27 / 02 /2025
Καταληκτική ώρα : 11.00**

Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 6 μήνες

Περιγραφή

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΜΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣΕΤΕ ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:

ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΚΑΡΠΟΥ ΜΕ BLUETOOTH

(ΠΑΓΙΟ)

Το οξύμετρο καρπού πρέπει να είναι:

- Σύγχρονης τεχνολογίας, τελευταίας γενιάς, αμεταχείριστο, μικρό, φορητό, εύκολο στη χρήση
- Κατάλληλο για χρήση σε νοσοκομειακό περιβάλλον, να τοποθετείται ως ρολόι χειρός και να είναι ανθεκτικό και ελαφρύ (<100 gr)
- Να λειτουργεί με απλές αλκαλικές μπαταρίες
- Να έχει αυτονομία τουλάχιστον 24 ωρών
- Να φέρει ευανάγνωστη οθόνη ενδείξεων
- Να έχει δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης
- Να έχει μνήμη για 1000 ώρες καταγραφής
- Να παρέχει υψηλή ακρίβεια σε μετρήσεις οξυγόνωσης και καρδιακού παλμού με ρυθμό δειγματοληψίας υψηλής ανάλυσης 4 sec και δυνατότητα για ρυθμό δειγματοληψίας υψηλής ανάλυσης 1 ή 2 sec
- Να έχει εύρος μέτρησης SPO2 από 0-100% με ακρίβεια από 70-100% και μέτρησης καρδιακού παλμού από 20-300 bpm
- **Να συνοδεύεται από λογισμικό υποστήριξης**
- Το λογισμικό να έχει επιλογές όπως για 6MWT και ολονύκτιας παρακολούθησης της οξυγόνωσης
- Τα δεδομένα να μπορούν να μεταφερθούν μέσω καλωδίου USB και ασύρματα μέσω bluetooth

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΚΑΤΣΑΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ

24.02.2025 15:11:58

ΨΗΦΙΑΚΑ
ΥΠΟΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΑΠΟ
STYLIANOS
TSOMARIDIS

