



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
"ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

ΓΝΘ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Αριθμ. Πρωτ.: 3195
Ημ/νία: 06/03/2025

Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Τμήμα Οικονομικό
Γραφείο Διαχείρισης Υλικού
Πληροφορίες Αγαπίδου Α
Τηλ: 2313304415
e-mail: a.agapidou@agranlos.gr

Θεσσαλονίκη, 31-01-2025

Έρευνα αγοράς που αφορά

Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες, το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη Χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το Ισχύον Παρατηρητήριο Τιμών του Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τον κωδικό **GMDN** των προσφερομένων ειδών, αλλά και τον χρόνο παράδοσης τους.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Διαχ/σης Υλικού μέσω, e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία e-mail και για προσφορές που καίθενται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχείρως θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία

πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Σε περίπτωση που ζητηθεί δείγμα, κρίνεται απαραίτητη η προσκόμισή του.

Καταληκτική ημερομηνία ~~07/03/2025~~ **07/03/2025**
Καταληκτική ώρα : ~~12:00~~ **12:00**

Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 6 μήνες

A/A	Είδος μεμβράνης φίλτρου	Περιγραφή /Είδος μεμβράνης φίλτρου	Επιφάνεια μεμβράνης φίλτρου σε m ²	KUF < ή > των 20ml/h.cm mHg	Καθάρσεις ουσιών (>.....) σε ml/min με Qd300ml/min και Qd500ml/min					KoA >....	Συντελεστής διαβατότητας B2-M	Είδος αποστείρωσης
1	Μεμβράνη Polynephron ή ισοδύναμο 200190675090012	Φίλτρα Αιμοκάθαρσης A2-Μεμβράνη Polynephron ή ισοδύναμο	1,9	78	288	273	258	92	1777	>0,8		Ακτινοβολία
2	Vitasulfone ή ισοδύναμο 21048560000023	Φίλτρα Αιμοκάθαρσης A2-Vitasulfone ή ισοδύναμο	2,1	38	283	267	261		1527	0,8		Ακτινοβολία
3	Πολυμερισμένος πολυεστέρας PEPA ή ισοδύναμο 200190675090011	Φίλτρα Αιμοκάθαρσης A2-Πολυμερισμένος πολυεστέρας PEPA ή ισοδύναμο	2,1	64	260	244	231	170	113	1010	0,88	Ακτινοβολία

4	Πολυσουλφώνη με υδρόφιλο στρώμα γέλης ή ισοδύναμο 210485600000028	Φύλλα Αιμοκτέαρ της Α2-Πολυσουλφώνη με υδρόφιλο στρώμα γέλης ή ισοδύναμο	2.1	90	284	272	257	194	102	1569	0.8	γ Ακτινοβολία
5	Vitamin E interactive polysulfone ή ισοδύναμο 210485600000022	Φύλλα Αιμοκτέαρση Α2-Vitamin E interactive polysulfone ή ισοδύναμο	2.1	81	257	246	235	175			0.8	γ Ακτινοβολία ή σπινός

A/A	Είδος μεμβράνης φίλτρου		Επιφάνεια μεμβράνης φίλτρου σε m ²	KUF < ή > των 20ml/h.m mHg	Καθάρσεις ουσιών (>.....) σε ml/min με Qd300ml/min και Qd500ml/min						KoA >....	Συντελεστής διαβατότητας B2-M	Είδος αποστείρωσης
					Ουρία	Κρεατινίνη	Φωσφορικά	Βιτ.Β12	Ινσουλίνη				
6	Μεμβράνη Πολυηερητον ή ισοδύναμο 200190675090016	Φίλτρα Αιμοκάθαρσ ης B2- Μεμβράνη Πολυηερητο η ή ισοδύναμο	2,1	22	227	260	220	140		1240	<0,5		ξηρή / γ Ακτινοβολία
7	Πολυσουλφόνη με υδρόφιλο στρώμα νέλης ή ισοδύναμο 200190675090013	Φίλτρα Αιμοκάθαρσ ης B2- Πολυσουλφ όνη με υδρόφιλο στρώμα νέλης ή ισοδύναμο	2,1	18	277	268	213	140		1230	<0,5		γ Ακτινοβολία
8	Μεμβράνη helixone ή ισοδύναμο 210485600000005	Φίλτρα Αιμοκάθαρσ ης B2- Μεμβράνη helixone ή ισοδύναμο	1,80	14	263	231	210	138		970	<0,5		ατμοκλιβανος
9	Vitasulfone ή ισοδύναμο 210485600000024	Φίλτρα Αιμοκάθαρσ ης B2- Vitasulfone ή ισοδύναμο	2,10	23	271	255	239	145		1167	<0,5		γ Ακτινοβολία

A/A

10. «Φίλτρα για οξείες δηλητηριάσεις»

210485600000025

Κατάλογος ουσιών που αντιμετωπίζονται σε περιπτώσεις οξείων δηλητηριάσεων

α. Παρασιτοκτόνα - παρακουάτ, εντομοκτόνα

β. Υπερδοσολογία φαρμάκων - μετφορμίνη, δακτυλίτιδα, οπιοειδή

γ. Βιοτοξίνες

δ. Βιομηχανικές τοξίνες

Ειδικό set secondary cross-linking αιμοπροσροφητικής ρητίνης ουδέτερων μακροπόρων, για ασθενείς σε κρίσιμες καταστάσεις που νοσηλεύονται στη ΜΕΘ.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Η ρητίνη να είναι νέας τεχνολογίας secondary cross linking.
- Να είναι αποστειρωμένα με γ ακτινοβολία.
- Παρακαλώ να συμπεριληφθούν μελέτες σχετικές με την βιοσυμβατότητα και την ασφάλεια του set αιμοπροσρόφησης
- Να απομακρύνει αποτελεσματικά μεσολαβητές φλεγμονής, κυτταροκίνες και να βοηθά στην αντιμετώπιση κρίσιμων καταστάσεων όπως:
Σήψη/Σοβαρή οξεία παγκρεατίτιδα/ARDS/Σοβαρά τραύματα/Σοβαρά εγκαύματα/COVID-19

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

06.03.2025 09:00:42

ΨΗΦΙΑΚΑ

ΥΠΟΓΡΑΜΜΕΝΟ

ΑΠΟ

ODYSSEUS

KATSAKAS

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΑΤΣΑΚΑΣ