

0000



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
"ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Τμήμα Οικονομικό
Γραφείο Διαχείρισης Υλικού
Πληροφορίες Αγαπίδου Α
Τηλ: 2313304415

e-mail: a.agapidou@agpavlos.gr

ΓΝΘ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Αριθμ. Πρωτ.: 3631
Ημ/νία: 13/03/2025

Θεσσαλονίκη, 12-03-2025

Έρευνα αγοράς που αφορά

Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες, το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών του Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τον κωδικό **GMDN** των προσφερομένων ειδών, αλλά και τον χρόνο παράδοσης τους.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Διαχ/σης Υλικού μέσω, e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία

e-mail και για προσφορές που κατίνονται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχείρως θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Σε περίπτωση που ζητηθεί δείγμα, κρίνεται απαραίτητη η προσκόμισή του.

Καταληκτική ημερομηνία 17-03-2025

Καταληκτική ώρα : 15.00

Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 6 μήνες

Περιγραφή

1.

**ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ Υ ΜΕ FLASH
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ Υ, ΠΟΥ ΤΟ ΑΚΡΟ
ΤΟΥΣ ΝΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΣΤΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ LUER LOCK**

(210483980041167)

2.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ Υ

Συσκευες ουρολογικές διπλής παροχής σχήματος Υ για ελεγχόμενη χορήγηση υγρών κατά την ουρητηροσκόπηση.

- Να διαθέτει δύο ακίδες σύνδεσης με ασκούς υγρών (διπλής παροχής), θάλαμο flash με βαλβίδα αντεπιστροφής και συνδετικό «Τ» με υποδοχή υπό γωνία 45ο για έγχυση σκιαγραφικού, με δύο στρόφιγγες, και βαλβίδα εισαγωγής ίνας laser ή εργαλείων Tuohy Borst με φλάντζα στεγάνωσης. Να διαθέτει περιστρεφόμενο άκρο και να είναι συμβατό με όλα τα ενδοσκόπια, άκαμπτα και ημιάκαμπτα.

(210483980041273)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

13.03.2025 13:49:32
ΨΗΦΙΑΚΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ
ΑΠΟ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΤΣΟΜΑΡΙΔΙΣ

ΚΑΤΣΑΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ



0000822150

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
"ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Τμήμα Οικονομικό
Γραφείο Διαχείρισης Υλικού
Πληροφορίες Αγαπίδου Α
Τηλ: 2313304415
e-mail: a.agapidou@agpavlos.gr

Ουφ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 13/03/2025
ΓΝΘ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Αριθμ. Πρωτ.: 3539
Ημ/νία: 13/03/2025

Θεσσαλονίκη, 12-03-2025

Έρευνα αγοράς που αφορά

Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες, το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών του Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τον κωδικό **GMDN** των προσφερομένων ειδών, αλλά και τον χρόνο παράδοσης τους.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Διαχ/σης Υλικού μέσω, e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία e-mail και για προσφορές που κατίθενται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχείρως θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Σε περίπτωση που ζητηθεί δείγμα, κρίνεται απαραίτητη η προσκόμισή του.

Καταληκτική ημερομηνία 17-03-2025

Καταληκτική ώρα : 15.00

Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 6 μήνες

Περιγραφή

1.
ΚΑΘΗΤΡΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗΣ *Dufour* 3-WAY, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 18-20-22CH, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ *κίτρινο* LATEX, ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΥΔΡΟΓΕΛΗΣ, ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΜΕ *Spiral* (ΟΡΑΤΟ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΕΓΚΑΡΣΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ) ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΝΤΕΧΕΙ ΣΕ ΠΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΝΑ ΜΗ ΣΥΜΠΙΠΤΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΜΕΝΟ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ, ΜΕ ΔΥΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΥΡΕΙΕΣ ΠΛΑΓΙΕΣ ΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΥΔΡΟΘΑΛΑΜΟ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 30ML

(210435700020024/25)

2.
ΚΑΘΗΤΡΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗΣ *Dufour* 3-WAY, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 18-20-22CH, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ 100% ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΜΕ *Spiral* (ΟΡΑΤΟ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΕΓΚΑΡΣΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ) ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΝΤΕΧΕΙ ΣΕ ΠΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΝΑ ΜΗ ΣΥΜΠΙΠΤΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΜΕΝΟ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ, ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΥΔΡΟΘΑΛΑΜΟ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 80ML

(210435700900141..)

3.
ΚΑΘΗΤΡΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗΣ *Couvelaire* 3-WAY, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 18-20-22CH, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ *κίτρινο* LATEX, ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΥΔΡΟΓΕΛΗΣ, ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΜΕ *Spiral* (ΟΡΑΤΟ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΕΓΚΑΡΣΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ) ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΝΤΕΧΕΙ ΣΕ ΠΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΝΑ ΜΗ ΣΥΜΠΙΠΤΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΜΕΝΟ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ, ΜΕ ΔΥΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΥΡΕΙΕΣ ΠΛΑΓΙΕΣ ΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΥΔΡΟΘΑΛΑΜΟ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 30ML


(210435700020017...)

4.
ΚΑΘΗΤΡΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗΣ *Couvelaire* 3-WAY, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 18-20-22CH, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ σιλικόνη 100%, υδρόφιλος ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΥ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΚΑΙ ΜΕ 4-5 ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΠΕΣ ΚΑΙ ΜΠΑΛΟΝΙ 80ML

(210435700900142...)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΚΑΤΣΑΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ

13.03.2025 15:00:57
ΨΗΦΙΑΚΑ
ΥΠΟΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΑΠΟ: 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΤΣΟΜΑΡΙΔΙΣ



0000822008

αγυ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
"ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

ΓΝΘ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Αριθμ. Πρωτ.: 3599
Ημ/νία: 13/03/2025

Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Τμήμα Οικονομικό
Γραφείο Διαχείρισης Υλικού
Πληροφορίες Αγαπίδου Α
Τηλ: 2313304415
e-mail: a.agapidou@agpavlos.gr

Θεσσαλονίκη, 11-03-2025

Έρευνα αγοράς που αφορά

Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες, το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών του Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τον κωδικό **GMDN** των προσφερομένων ειδών, αλλά και τον χρόνο παράδοσης τους.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Διαχ/σης Υλικού μέσω, e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία e-mail και για προσφορές που κατίθενται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχείρως θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Σε περίπτωση που ζητηθεί δείγμα, κρίνεται απαραίτητη η προσκόμισή του.

Καταληκτική ημερομηνία 17-03-2025
Καταληκτική ώρα : 15.00

Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 6 μήνες

Περιγραφή

1.ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΤΕΡΟΠΛΕΥΡΟΙ 5FR

ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΜΦΟΤΕΡΟΠΛΕΥΡΟΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟ ΚΕΡΚΙΔΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑ, ΑΠΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ Η΄ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ, ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΙ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΑΤΣΑΛΙΝΟ ΠΛΕΓΜΑ ΜΕΧΡΙ 2cm ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΥΝ ΑΡΙΣΤΗ ΜΝΗΜΗ, ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΤΗΤΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΤΗΤΑ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥΣ. ΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΛΑΚΟ ΚΑΙ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΙ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΦΥΣΑΛΙΔΩΝ ΚΑΙ ΘΡΟΜΒΩΝ. ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥΣ 4,5,6F ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΚΑΜΠΥΛΩΝ TIGER I,II, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0,

(210435700050207)

2.ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΘΡΟΜΒΟΥ

(210435700050032/41)

3.ΟΔΗΓΟΙ ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

(2104357000501....)

4.
ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΘΗΤΗΡΑΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ MOTHER & CHILD
ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΑΠΩΤΕΡΟ ΑΚΡΟ ΓΙΑ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΣΥΡΜΑΤΩΝ
ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΟ ΔΕΙΚΤΗ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΡΟ

(210435700050203)

5. ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

(21043570005007...)

6. ΜΙΚΡΟΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΟΛΙΚΩΝ ΑΠΟΦΡΑΞΕΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ

ΜΙΚΡΟΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΟΛΙΚΩΝ ΑΠΟΦΡΑΞΕΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ.
Το σώμα του καθετήρα εξωτερικά να καλύπτεται από υδρόφιλη επικάλυψη. Η πλέξη του να είναι συνδυασμός από πεπλατυσμένες μεταλλικές ίνες και σύρμα. Να διατίθεται σε μήκη 135 και 150cm. Το σώμα του καθετήρα να λεπταίνει από τα 2.7Fr στο εγγύς άκρο στα 2.1Fr στο άπω άκρο του. Η εσωτερική διάμετρος του καθετήρα στο άκρο του να είναι 0,0157".

(210435700020036)

7. ΣΥΡΜΑΤΙΝΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ HI-TORQUE PILOT

Συρμάτινοι Οδηγοί Αγγειοπλαστικής Hi –TORQUE PILOT, οι οποίοι να διατίθενται σε διάφορους τύπους ανάλογα των χαρακτηριστικών της στένωσης και με βάρος άκρου 1,5gr/2,7gr/4,1gr. Το άκρο να καλύπτεται από πολυμερές το οποίο να παρέχει λεία επιφάνεια, επιτρέποντας στο σύρμα συμπεριφορά χαμηλού προφίλ. Το σύρμα να έχει υδρόφιλη επικάλυψη, το οποίο να έλκει το νερό και να δημιουργεί μια ολισθηρή επιφάνεια μειώνοντας τις τριβές και να διευκολύνεται έτσι η προσπέλαση σε δύσκολες βλάβες δηλ. ασβεστωμένα και ελικοειδή αγγεία. Ο πυρήνας του σύρματος μέχρι και το άκρο του, να είναι κατασκευασμένος από υλικό DURASTEEL, ισχυρότερο από το συμβατικό stainless steel, με εξαιρετική αντοχή, παρέχοντας μέση στήριξη και ακριβή καθοδήγηση.

(210435700050323)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΚΑΤΣΑΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ

13.03.2025 10:55:51
ΨΗΦΙΑΚΑ
ΥΠΟΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΑΠΟ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
TSOMARIDIS

