



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
"ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

" " " " " "
μ. : 3913
μ/ : 19/03/2025

Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Τμήμα Οικονομικό
Γραφείο Διαχείρισης Υλικού
Πληροφορίες ΚΑΚΑΝΟΠΟΥΛΟΥ.Φ
Τηλ: 2313304463

Θεσσαλονίκη:18-03 -2025
Αρ.πρωτ.:

e-mail:f.kakanopoulou@agpavlos

Έρευνα αγοράς που αφορά

Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες, το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών του Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τον κωδικό **GMDN** των προσφερομένων ειδών, αλλά και τον χρόνο παράδοσης τους.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Διαχ/σης Υλικού μέσω, e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία e-mail και για προσφορές που κατίνονται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχειρώς θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Σε περίπτωση που ζητηθεί δείγμα, κρίνεται απαραίτητη η προσκόμισή του

Καταληκτική ημερομηνία 24-03-2025
Καταληκτική ώρα : 12.00

Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 6 μήνες

Περιγραφή

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΜΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣΕΤΕ ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:

**ΕΙΔΟΣ: ΓΥΑΛΙΑ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΩΠΙΑΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ
210404160010016**

- ΟΙ ΦΑΚΟΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 0,75mmPb
- Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 0,50 mmPb
- ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΧΑΜΗΛΟ ΒΑΡΟΣ
- ΝΑ ΔΙΑΤΕΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΓΥΑΛΙΑ (ΜΥΩΠΙΑΣ Η ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑΣ)
- ○ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ
- ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
- ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΘΗΚΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΚΑΤΣΑΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ

19.03.2025 07:55:33
ΨΗΦΙΑΚΑ
ΥΠΟΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΑΠΟ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΚΑΤΣΑΚΑΣ