



0000851127

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΑΓΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ"

Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Τμήμα Οικονομικό
Γραφείο Διαχείρισης Υλικού
Πληροφορίες ΠΡΟΚΟΠΗ Π.
Τηλ: 2313304426
e-mail: pprokopi@agravlos.gr

Θεσσαλονίκη: 04-05-2026

Έρευνα αγοράς που αφορά ρολό αποστείρωσης non-woven

Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες, το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που αναφέρονται παρακάτω, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών του Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τον χρόνο παράδοσης τους των προσφερομένων ειδών.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Διαχ/σης Υλικού μέσω, e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία e-mail και για προσφορές που κατατίθενται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχείρως θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Σε περίπτωση που ζητηθεί δείγμα, κρίνεται απαραίτητη η προσκόμισή του.

Καταληκτική ημερομηνία 08-05-2026

Καταληκτική ώρα : 15.00

Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ 6 μήνες

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣΕΤΕ ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΕΙΔΗ:

1. ΡΟΛΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ NON-WOVEN 200mmX100m 210483980024050

Με τις εξής προδιαγραφές:

- ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟΥΣ ΑΤΜΟΥ.
- ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ISO ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.
- ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΥΠΩΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΧΑΡΤΙΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΠΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΜ.
- Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΡΑΦΤ ΧΑΡΤΙ (NON WOVEN) ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΝΑ ΕΧΕΙ ΒΑΡΟΣ 56gr/m² ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ (23sec EN ISO 868-3) ΜΕ ΡΗ 6,5 (ISO 6588-2) ΜΕ ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΟΡΩΝ 24μm (EN ISO 868-3) ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΣΤΟ ΦΙΛΜ ΤΡΙΩΝ ΣΕΙΡΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 6mm (ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΣΤΟΥΣ 170-180^o C) ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΜ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ/ΠΟΛΥΠΡΟΠΕΛΑΝΗΣ 12/40 ΡΕΤ/ΡΡ ΚΑΙ ΠΑΧΟΥΣ 54μm ΕΛΑΦΡΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΟ (ΜΠΛΕ Ή ΠΡΑΣΙΝΟ). ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕ ΤΟ EN 868-5.
- ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝΟΝΤΑΙ ΙΝΙΔΙΑ.
- Η ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΩΝ
- ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΣΥΝΕΧΗΣ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ (3 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ).
- ΣΕ ΚΑΘΕ ΡΟΛΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΥΠΩΜΕΝΟ ΤΟ LOT ΚΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΝΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗ.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ