



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΑΓΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ"

Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Τμήμα Οικονομικό
Γραφείο Διαχείρισης Υλικού
Πληροφορίες ΠΡΟΚΟΠΗ Π.
Τηλ: 2313304426
e-mail: pprokorpi@agpavlos.gr

Θεσσαλονίκη: 18-05-2026

Έρευνα αγοράς που αφορά τα παρακάτω είδη αυτοκόλλητες διαθερμ. Πλάκες γείωσης ενηλίκων

Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες, το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που αναφέρονται παρακάτω, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών του Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τον χρόνο παράδοσης τους των προσφερομένων ειδών.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Διαχ/σης Υλικού μέσω, e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία e-mail και για προσφορές που κατατίθενται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχείρως θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Σε περίπτωση που ζητηθεί δείγμα, κρίνεται απαραίτητη η προσκόμισή του.

Καταληκτική ημερομηνία 22-05-2026

Καταληκτική ώρα : 15.00

Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ 6 μήνες
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣΕΤΕ ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΕΙΔΗ:

1. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙ.ΠΛΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
210601500050001

Να φέρουν ειδική διηλεκτρική επίστρωση που να επιτρέπει την ομοιόμορφη κατανομή του ρεύματος σε όλη την επιφάνεια της πλάκας για μεγαλύτερη ασφάλεια κατά την διάρκεια των επεμβάσεων. Για ενήλικες ασθενείς .

Να υπάρχει και μονής και διπλής αγώγιμης επιφάνειας. Χωρίς καλώδιο μιας χρήσης. Με πιστοποιητικά κατά του εγκαύματος.

Να είναι συμβατές με τα παρακάτω μηχανήματα του Νοσοκομείου:

COVIDIEN AG VLFT10GEN/ S/N:T8J27513DX

COVIDIEN AG VLFT10GEN/ S/N:T2B54005DX

COVIDIEN AG VLFT10GEN/ S/N:T8J27394DX

KLS MARTINME MB2/ S/N: MEMB2M000003D272

EXCELL 400MDSe/S/N:6356 (ALSA)

GIMA DIATERMO MB200/S/N: 1822219201

ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ