



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
“ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ”

Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Τμήμα Οικονομικό

Γραφείο Διαχείρισης Υλικού

Πληροφορίες ΠΡΟΚΟΠΗ Π.

Τηλ: 2313304426

e-mail: pprokopi@agravlos.gr

Θεσσαλονίκη 25-05-2026

Έρευνα αγοράς που αφορά

ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ Μ/Χ (230X100 ΕΩΣ 140)

Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες, το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών του Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση **CE**. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τον κωδικό **EMDN** των προσφερόμενων ειδών, αλλά και το χρόνο παράδοσής τους.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Διαχ/σης Υλικού μέσω e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία e-mail και για προσφορές που κατατίθενται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχειρώς θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Σε περίπτωση που ζητηθεί δείγμα, κρίνεται απαραίτητη η προσκόμισή του.

Καταληκτική ημερομηνία 29-05-2026

Καταληκτική ώρα : 15.00

Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 6 μήνες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ Μ/Χ (230Χ100 ΕΩΣ 140)

210601500052010

για το εξεταστικό κρεβάτι CT

Με τα εξής χαρακτηριστικά:

Να είναι κατασκευασμένο από υλικό 3 στρωμάτων.

A) Στρώμα με μαλακή καπιτονέ επιφάνεια από φύλλο βισκόζης που προστατεύει τους ασθενείς από την υγρασία.

B) Στρώμα αδιαπέραστο από το αίμα και τα σωματικά υγρά

Γ) Στρώμα με υπέρ απορροφητικό υλικό (έως 8 λίτρα) με πολυαιθυλένιου για την γρήγορη απορρόφηση των υγρών και την αποτροπή της συγκέντρωσης αυτών.

Να είναι από υποαλλεργικά υλικά και να μην περιέχει latex.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ