



0000853481

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
4<sup>η</sup> Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
"ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

ΓΝΘ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

Αριθμ. Πρωτ.: 7839

Ημ/νία: 09/06/2026

Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Τμήμα Οικονομικό

Γραφείο Διαχείρισης Υλικού

Πληροφορίες Αγαπίδου Α

Τηλ: 2313304415

e-mail: a.agapidou@agpavlos.gr

Θεσσαλονίκη, 04-06-2026

### Έρευνα αγοράς που αφορά

Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες, το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών του Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τον κωδικό **GMDN** των προσφερόμενων ειδών, αλλά και το χρόνο παράδοσής τους.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Διαχ/σης Υλικού μέσω e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία e-mail και για προσφορές που κατατίθενται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχειρώς θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Σε περίπτωση που ζητηθεί δείγμα, κρίνεται απαραίτητη η προσκόμισή του.

Καταληκτική ημερομηνία ~~1-06-2026~~

12-06-2026

Καταληκτική ώρα : 15.00

Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 6 μήνες

**Περιγραφή**

**1. ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΜΕ ΡΥΓΧΟΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ  
(ΤΥΠΟΥ ΜΙΝΙ ΣΡΙΚΕ)ΤΟ ΟΠΟΙΟ  
ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ,  
ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΣΤΟ  
ΦΙΑΛΙΔΙΟ(ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ) ΚΑΙ  
ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΚΑΠΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
(210601500030017)**

**Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**

09.06.2026 14:44:16  
ΨΗΦΙΑΚΑ  
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ  
ΑΠΟ  
ΙΩΑΝΝΑ  
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ

**ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ**



0000853563

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
4<sup>η</sup> Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
"ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

9  
ΓΝΘ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"  
Αριθμ. Πρωτ.: 7841  
Ημ/νία: 09/06/2026

Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  
Τμήμα Οικονομικό  
Γραφείο Διαχείρισης Υλικού  
Πληροφορίες Αγαπίδου Α  
Τηλ: 2313304415  
e-mail: a.agapidou@agpavlos.gr

Θεσσαλονίκη, 04-06-2026

### Έρευνα αγοράς που αφορά

Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες, το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών του Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τον κωδικό **GMDN** των προσφερόμενων ειδών, αλλά και το χρόνο παράδοσής τους.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Διαχ/σης Υλικού μέσω e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία e-mail και για προσφορές που κατατίθενται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχείρως θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Σε περίπτωση που ζητηθεί δείγμα, κρίνεται απαραίτητη η προσκόμισή του.

Καταληκτική ημερομηνία ~~11-06-2026~~  
Καταληκτική ώρα : 15.00

12-06-2026

Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 6 μήνες

## Περιγραφή

### **1. ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ 2000cc ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (210483980011001)**

Ουροσυλλέκτες απλοί μιας χρήσης χωρητικότητας 2.000ml, με ευκρινή διαβάθμιση ανά 100 ml και υποδοχή για καθετήρα από PVC, διπλής συρραφής. Να είναι διαφανείς έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα παρατήρησης των ούρων. Να έχουν μήκος σωλήνα σύνδεσης 90cm έως 100cm ο οποίος να καταλήγει σε ρύγχος που να προστατεύεται με κάλυμμα. Να διαθέτουν τρύπες, ώστε να επιτρέπουν την προσαρμογή ειδικής κρεμάστρας

### **2. ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ 2000cc ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ (210483980011002)**

Ουροσυλλέκτης με κάνουλα και βαλβίδα μη παλινδρόμησης του περιεχομένου του σάκου στην ουροδόχο κύστη. Να είναι μη τοξικός και μη πυρογενής. Περιεκτικότητας 2.000ml. Με γραμμική διαγράμμιση ανά 100 ml. Διαφανής ώστε να διακρίνεται η χροιά των ούρων. Να έχουν μήκος σωλήνα σύνδεσης 90cm έως 100cm ο οποίος να καταλήγει σε ρύγχος που να προστατεύεται με κάλυμμα. Να διαθέτουν τρύπες, ώστε να επιτρέπουν την προσαρμογή ειδικής κρεμάστρας.

### **3. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΩΡΙΑΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΥΡΩΝ 500 ML (210483980011004)**

Συσκευές ωριαίας μέτρησης ούρων αποστειρωμένες. Να φέρουν ογκομετρικό θάλαμο να είναι χωρητικότητας τουλάχιστον 500ml. Η διαβάθμιση του ογκομετρικού θαλάμου να είναι ευκρινής ανά 10ml. Να συνδέονται με ουροσυλλέκτη χωρητικότητας 2.000ml ο οποίος να διαθέτει στρόφιγγα εκκένωσης των ούρων. Να έχουν μήκος σωλήνα σύνδεσης 120cm έως 170cm ο οποίος να καταλήγει σε ρύγχος που προστατεύεται με κάλυμμα. Ο σωλήνας να φέρει βαλβίδα δειγματοληψίας για καλλιέργεια ούρων. Να διαθέτουν εύχρηστη κρεμάστρα της συσκευής.

### **ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜ ΕΝΑ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ 60 ml - 120 ml (210601435028006)**

Ποτήρια πλαστικά αποστειρωμένα με βιδωτό καπάκι. Χωρητικότητας από 60 ml έως 120 ml. Να υπάρχει διαβάθμιση. Μη τοξικό κατάλληλο για την παραγωγή ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

09.06.2026 15:00:25  
ΨΗΦΙΑΚΑ  
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ  
ΑΠΟ  
ΙΩΑΝΝΑ  
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ