



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

«ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

(Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)

Διεύθυνση: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Τμήμα: Οικονομικού Γραφείο: Προμηθειών Πληροφορίες: Αντωνίου Θωμαή Τηλέφωνο: 2313 304 461/464 Email: <a href="mailto:promagpavlos@outlook.com">promagpavlos@outlook.com</a>	ΠΡΟΣ:	ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ Νο 1 (ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ): 1. «SANTAIR A.E.» 2. «AVIEN CARE ΙΚΕ»  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ Νο 2 ΚΑΙ Νο 3 (ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ): 1. «BMG EQUIPMENT MON. ΙΚΕ» 2. «ΔΙΓΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ι.Κ.Ε - ΔΙΓΚΑΣ Γ ΙΑΤΡΙΚΑ»
---	-------	--

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2026-39/ΣΠ  
«ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ» (τμχ. 3) CPV: 33182100-0**

Πρόσκληση συλλογής προσφορών αναφορικά με την προμήθεια του είδους «ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ» (τμχ. 3) CPV:33182100-0, για την κάλυψη των αναγκών της Στεφανιαίας Μονάδας, της Καρδιολογικής κλινικής και της Νευρολογικής Κλινικής του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», προϋπολογισθείσας δαπάνης 14.900,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και 18.476,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής σε εφαρμογή του Ετήσιου Προγράμματος Συμβάσεων, του Μητρώου Κεντρικών Προμηθειών της Ε.Κ.Α.Π.Υ για το διαχειριστικό έτος 2026, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 118 του ν. 4412/2016.

Το Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1. Το ν. 4412 (ΦΕΚ 147/α'/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το με αριθ. πρωτ. 14291/13-04-2018 έγγραφο της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας Θράκης (αριθ. εισερχ. 6076/16-04-2018) «Τροποποιήσεις- Επαυξήσεις Προγραμμάτων Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας».
3. Το ν. 4865/21 (ΦΕΚ Α' 238/04-12-2021) Σύσταση και οργάνωση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας», στρατηγική κεντρικών προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη δημόσια υγεία και την κοινωνική πρόνοια.
4. Το με αριθ. πρωτ. 11492/05-12-2025 έγγραφο της «Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας» (αριθ. εισερχ 17060/08-12-2025) «Έναρξη Διαδικασίας Υποβολής Ετήσιων Προγραμμάτων Συμβάσεων (Ετήσιος Προγραμματισμός) των φορέων του άρθρου 7 του ν.4865/2021, μέσω της ψηφιακής εφαρμογής της Ε.Κ.Α.Π.Υ.».

Β. Τις αποφάσεις – έγγραφα:

1. Την με αριθ. Β2/5ης ΣΥΝ/11-03-2026 (ΑΔΑ: 9ΑΞ446906Ι-4Ι2) Απόφαση ΔΣ του ΓΝΘ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» έγκρισης της πρώτης τροποποίησης του πρώτου υποβληθέντος αρχείου του Ετήσιου Προγράμματος Συμβάσεων, στο Μητρώο Κεντρικών Προμηθειών της Ε.Κ.Α.Π.Υ. για το διαχειριστικό έτος 2026, οποία εγκρίθηκε με την με αριθ. 128/409ης ΣΥΝ/17-03-2026 απόφαση του ΔΣ της ΕΚΑΠΥ.

2. Το με αριθ. 850653/04-05-2026 πρωτογενές αίτημα του Διευθυντή της Καρδιολογικής Κλινικής για το τμήμα της Στεφανιαίας Μονάδας του Νοσοκομείου, με επικαιροποιημένες επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές-τεχνοοικονομική μελέτη αναφορικά με την προμήθεια του είδους «ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ» (τμχ. 1) CPV: 33182100-0 για την κάλυψη των αναγκών του τμήματος της Στεφανιαίας Μονάδας του Γ.Ν.Θ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ».

3. Το με αριθ. 850684/12-05-2026 πρωτογενές αίτημα του Διευθυντή της Καρδιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου, με επικαιροποιημένες επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές-τεχνοοικονομική μελέτη αναφορικά με την προμήθεια του είδους «ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ» (τμχ. 1) CPV: 33182100-0 για την κάλυψη των αναγκών της Καρδιολογικής Κλινικής του Γ.Ν.Θ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ».

4. Το με αριθ. 852094/22-05-2026 πρωτογενές αίτημα της Διευθύντριας της Νευρολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου, με επικαιροποιημένες επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές-τεχνοοικονομική μελέτη αναφορικά με την προμήθεια του είδους «ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ» (τμχ. 1) CPV: 33182100-0 για την κάλυψη των αναγκών της Νευρολογικής Κλινικής του Γ.Ν.Θ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ».

2. Την με αριθ. πρωτ. 7707/09-06-2026 (ΑΔΑ:ΡΗΕ646906Ι-7ΧΓ), Απόφαση Διοικήτριας του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» έγκρισης του με αριθ. α) του με αριθ. 850653/04-05-2026 πρωτογενούς αιτήματος του Διευθυντή της Στεφανιαίας Μονάδας, β) του με αριθ. 850684/12-05-2026 πρωτογενούς αιτήματος του Διευθυντή της Καρδιολογικής Κλινικής και γ) του με αριθ. 852094/22-05-2026 πρωτογενούς αιτήματος της Διευθύντριας της Νευρολογικής Κλινικής, όλα με επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές-τεχνοοικονομικές μελέτες αναφορικά με την προμήθεια του είδους «ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ» (τμχ. 3) CPV:33182100-0, για την κάλυψη των αναγκών των ανωτέρω κλινικών του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ».

3. Την απόφαση δέσμευσης δαπάνης με αριθ. πρωτ. 7870/10-06-2026 (ΑΔΑ:9ΩΕΠ46906Ι-Θ0Κ) με α/α 618 η οποία θα βαρύνει τον ΑΛΕ 31201890000001.

Το Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», κατόπιν της με αριθ. πρωτ. 7707/09-06-2026 (ΑΔΑ:ΡΗΕ646906Ι-7ΧΓ), Απόφασης Διοικήτριας, προβαίνει σε πρόσκληση υποβολής προσφορών των παρακάτω οικονομικών φορέων:

1. «SANTAIR Α.Ε.» και «AVIEN CARE ΙΚΕ», για την προμήθεια του είδους «ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ» (τμχ. 1) της Στεφανιαίας Μονάδας,

2. «ΒΜG EQUIPMENT ΜΟΝ. ΙΚΕ» και «ΔΙΓΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ι.Κ.Ε - ΔΙΓΚΑΣ Γ ΙΑΤΡΙΚΑ», για την προμήθεια του είδους «ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ» (τμχ. 2) της Καρδιολογικής και Νευρολογικής Κλινικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του ν. 4412/2016, για την κάλυψη των αναγκών της Στεφανιαίας Μονάδας, της Καρδιολογικής και Νευρολογικής κλινικής του Νοσοκομείου, προϋπολογισθείσας δαπάνης 18.476,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (24%) και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

Αντικείμενο του διαγωνισμού-συνοπτικά στοιχεία

Είδος διαγωνισμού	Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 118 του ν. 4412/2016
Αριθμός διαγωνισμού	2026-39/ΣΠ
Αντικείμενο διαγωνισμού	«ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ» (τμχ. 3)
Κωδικός CPV	33182100-0

Κριτήριο κατακύρωσης	Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.
Προϋπολογισθείσα δαπάνη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ	18.476,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (24%)
Προϋπολογισθείσα δαπάνη άνευ ΦΠΑ	14.900,00€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (24%)
Αναλυτικός Λογαριασμός Εξόδων (ΑΛΕ)	31201890000001
Έναρξη υποβολής προσφορών	Τετάρτη 17-06-2026
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών	Τετάρτη 24-06-2026 ώρα 14.30 μ.μ.
Τόπος – τρόπος υποβολής προσφορών	Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», Έντυπα στη διεύθυνση του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» (Εθνικής Αντίστασης 161, Τ.Κ. 55134, Θεσσαλονίκη) στο Γραφείο της Γραμματείας ( <b>πρωτόκολλο</b> ).
Χρόνος διενέργειας	Πέμπτη 25-06-2026, ώρα 13:00
Τόπος διενέργειας	Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» Εθνικής Αντίστασης 161, ΤΚ 55134 Θεσσαλονίκη.
Διάρκεια σύμβασης	Δύο (2) μήνες
Κρατήσεις επί της τιμής των ειδών	Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις.
Χρόνος Ισχύος Προσφοράς	Έξι (6) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών
Διεύθυνση Ιστοσελίδας Ανάρτησης Τεύχους Πρόσκλησης	<a href="http://www.agpavlos.gr">www.agpavlos.gr</a>

#### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

#### 1. ΔΙΦΑΣΙΚΟΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ ΜΕ ΜΟΝΙΤΟΡ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ (ΤΜΧ. 1) ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ

##### ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ο νέος απινιδωτής θα πρέπει να έχει :

1. Συμβατότητα με υπάρχοντα μόνιτορ:
  - Να μπορεί να συνδεθεί με τα υφιστάμενα συστήματα παρακολούθησης ασθενών ( ECG, NIBP ,EtCO2).
2. Ασφάλεια για τον ασθενή:
  - Λειτουργία με ελεγχόμενη εκτόξευση ενέργειας (biphasic waveform) για τη μείωση βλάβης στο μυοκάρδιο.
3. Ευκολία χρήσης και συντήρησης.

##### ΟΡΟΙ

- Εκπαίδευση προσωπικού στη χρήση και συντήρηση.
- Τακτική συντήρηση και έλεγχος λειτουργίας για διασφάλιση διαθεσιμότητας.

**2. ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΦΑΣΙΚΟΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ ΜΕ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (ΤΜΧ. 2)  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΛΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ**

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΟΡΟΙ**

Ο απινιδωτής να είναι διφασικής τεχνολογίας και να αποδίδει ενέργεια μέχρι 360 Joules, επιλεγόμενη σε είκοσι ένα προκαθορισμένα βήματα τα οποία να αναφερθούν αναλυτικά.

Να είναι κατάλληλος για ενήλικες , παιδιά και νεογνά

Να εκτελεί χειροκίνητη ασύγχρονη απινίδωση, χειροκίνητη σύγχρονη απινίδωση και απινίδωση AED .

Να διαθέτει ειδικό κομβίον επιλογής ασθενή ( ενήλικας – παιδί ) στην πρόσοψη της συσκευής ( φυσικό κομβίον - όχι μέσω επιλογής του μενού της οθόνης )

Για διφασική περικομμένη εκθετική κυματομορφή (BTE), οι παράμετροι κυματομορφής να μπορούν να αντισταθμιστούν αυτόματα σύμφωνα με την αντίσταση του ασθενούς

Να έχει την δυνατότητα εξωτερικής και εσωτερικής απινίδωσης με χρήση Paddles ( external και internal ). Τα εξωτερικά paddles να έχουν δείκτη επαφής ασθενούς ώστε να επιβεβαιώνεται η σωστή εφαρμογή τους καθώς και κομβία φόρτισης και εκτέλεσης απινίδωσης.

Να έχει την δυνατότητα ημιαυτόματης εξωτερικής απινίδωσης με χρήση αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων PADS.

Να φέρει ενσωματωμένες σε ενιαία συσκευή τις εξής μονάδες :

- Μονάδα απινίδωσης
  - Μόνιτορ παρακολούθησης
  - Καταγραφικό
  - Μονάδα αναίμακτης διαθωρακικής βηματοδότησης.
- &

Να μπορεί να αναβαθμιστεί μελλοντικά με ενσωματωμένους ενισχυτές :

- Μονάδα κορεσμού οξυγόνου .( OPTION )
- Μονάδα αναίμακτης μέτρησης αρτηριακής πίεσης .( OPTION )
- Μονάδα μέτρησης θερμοκρασίας ( 2 ) .( OPTION )
- Μονάδα καπνογραφίας (EtCO2).( OPTION )

Ο χρόνος φόρτισης με πλήρη φορτισμένη μπαταρία να είναι μικρότερος από 5 δευτερόλεπτα για 200 joule αποδιδόμενη ενέργεια & μικρότερος από 8 δευτερόλεπτα για 360 joule αποδιδόμενη ενέργεια .

Να λειτουργεί με ρεύμα δικτύου 220V/50Hz και επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου. Με την μπαταρία σε πλήρη φόρτιση να αποδίδει τουλάχιστον 100 απινιδώσεις στη μέγιστη ενέργεια. ή τουλάχιστον τρεις ώρες βηματοδότησης ή τουλάχιστον πέντε ώρες παρακολούθησης Ο χρόνος φόρτισης της μπαταρίας με ρεύμα να μην υπερβαίνει τις 3 ώρες.

Η χρήση του απινιδωτή να είναι απλή στην χειροκίνητη απινίδωση και να πραγματοποιείται σε τρία απλά βήματα.

Να διαθέτει οπτική και ακουστική καθοδήγηση CPR σύμφωνα με την τελευταία έκδοση AHA και Οδηγίες ERC

Να διαθέτει λαβή απορρόφησης κραδασμών και οθόνη διπλής στρώσης για αντοχή σε χτυπήματα και πτώση ( IP54 ) έτσι ώστε να τον καθιστά κατάλληλο για επείγουσα περίθαλψη και εκτός νοσοκομείου χρήση.

Ο εξωτερικός αναίμακτος βηματοδότης να λειτουργεί σε demand & fixed modes. Να έχει δυνατότητα παροχής 40-170 παλμών/λεπτό περίπου με μεταβλητό ρεύμα 0-200mA.

Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη TFT τουλάχιστον 7' υψηλής ανάλυσης τουλάχιστον 800x480 pixels, τριών καναλιών, στην οποία να απεικονίζονται κυματομορφές και ψηφιακές τιμές παραμέτρων ρυθμιζόμενων από τον χρήστη, ενέργεια απινίδωσης, όρια συναγερμών, λειτουργίες βηματοδότη και διάφορα άλλα προειδοποιητικά μηνύματα.

Το ΗΚΓφημα να λαμβάνεται τόσο μέσω 3-πολικού, 5-πολικού, είτε μέσω των ηλεκτροδίων με ρύθμιση ευαισθησίας 2.5 mm/mV, 5 mm/mV, 10 mm/mV, 20 mm/mV, 40 mm/mV και ταχύτητα σάρωσης 50 mm/s, 25 mm/s, 12.5 mm/s, 6.25 mm/s. Να μετρά τον καρδιακό ρυθμό 15-300 bpm για ενήλικες & 15-350 bpm για παιδιά & νεογνά με ρυθμιζόμενα όρια συναγερμών.

Να διαθέτει ρύθμιση των συναγερμών άπνοιας 10s, 15s, 20s, 25s, 30s, 35s, 40s.

Να διαθέτει καταγραφικό θερμικού τύπου υψηλής ανάλυσης, με ταχύτητες καταγραφής 12.5 mm/s, 25 mm/s και 50 mm/s. Να έχει δυνατότητα καταγραφής τουλάχιστον τριών κυματομορφών ταυτόχρονα καθώς και πινάκων trend, λίστας επεισοδίων, αποτελεσμάτων λειτουργικού ελέγχου κλπ.

Να διαθέτει ρύθμιση του χρόνου εκτύπωσης, ( 8s – 4s πριν & 4s μετά το συμβάν ), ( 16s - 8s πριν & 8s μετά το συμβάν ) & ( 32s – 16s πριν & 16s μετά το συμβάν )

Να εκφορτίζεται αυτόματα ( με δυνατότητα επιλογής 30s, 60s, 90s ή 120s ) σε περίπτωση μη εκτέλεσης της απινίδωσης.

Να διαθέτει ρύθμιση του χρόνου CPR Time σε 30s, 60s, 90s, 120s, 150s ή 180s και συμπίεσεων 30:2" & "15:2

Να διαθέτει μνήμη αποθήκευσης επεισοδίων με δυνατότητα ανασκόπησης και εξαγωγής αυτών

Να διαθέτει απαραίτητα σύστημα διενέργειας αυτοδιαγνωστικών tests περιοδικά με ένδειξη ετοιμότητας του απινιδωτή προς χρήση καθώς και δυνατότητα διενέργειας ελέγχου καλής λειτουργίας από το χρήστη.

Να διαθέτει θύρα επικοινωνίας USB και συνδεσιμότητα Wi-Fi.

Να διαθέτει χειρολαβή και βάρος μικρότερο από 5,8 kg μαζί με την μπαταρία για την εύκολη μεταφορά του.

Να διαθέτει τροχήλατο του κατασκευαστικού οίκου του απινιδωτή ( option ).

Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας (2) ετών και δυνατότητα service και ανταλλακτικών για δέκα (10) χρόνια.

Να κατατεθούν πιστοποιητικά ISO 9001:2015 & ISO 13485:2016 του προμηθευτή καθώς και ISO 9001:2015 & ISO 13485:2016 του κατασκευαστικού οίκου & Δ3(α)/4822/2025 του προμηθευτή με πεδίο πιστοποίησης την διανομή ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Να διαθέτει η προμηθεύτρια εταιρεία οργανωμένο συνεργείο ( Service ), « αποκλειστικότητα » ( exclusive agency ) από την κατασκευάστρια εταιρεία όσον αφορά την διάθεση και service στην ελληνική επικράτεια των προσφερόμενων προϊόντων.

Να κατατεθούν πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE,- MDR ώστε να ικανοποιούνται οι αντίστοιχες απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε (οδηγία 93/42/EOK, όπως ισχύει σήμερα) για την υπό προμήθεια ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό

Να κατατεθούν πιστοποιητικά Εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών ( ΕΜΠΑ ) & Βεβαίωση Συμμετοχής σε Εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΗΗΕ (σύμφωνα με το Ν. 2939/2001 και το Π.Δ 117/2004 και 15/2006).

Να συνταχθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης ως προς τις ζητούμενες προδιαγραφές με σαφείς παραπομπές στα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου

**ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

1. Η προμηθεύτρια εταιρία να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015 και Υ.Α.4822:2025, η δε κατασκευάστρια εταιρία να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 13485:2016.
2. Η προμηθεύτρια εταιρία να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 χρόνια η οποία θα περιλαμβάνει:
  - Τυχόν προληπτική συντήρηση
  - Τεχνική υποστήριξη
  - Το σύνολο των ανταλλακτικών, στα πλαίσια της χρηστής χρήσης του εξοπλισμού.
3. Η προμηθεύτρια εταιρία να διαθέτει οργανωμένο τεχνικό προσωπικό συντήρησης (service) στην εταιρεία της το οποίο να μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες του.
4. Να ορίζεται ο χρόνος διαθεσιμότητας ανταλλακτικών και υποστήριξης από την οριστική παραλαβή των μονάδων.
5. Τα προϊόντα να συνοδεύονται κατά την παράδοσή τους από επίσημα εγχειρίδια χρήσης (USER MANUAL) και συντήρησης (SERVICE MANUAL) στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα.
6. Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν υποχρεωτικά στις τεχνικές τους προσφορές:
  - τη χώρα παραγωγής του προσφερόμενου προϊόντος,
  - την κατασκευαστική μονάδα στην οποία παράγεται το προσφερόμενο προϊόν,
  - τον τόπο εγκατάστασής της κατασκευαστικής μονάδας,
 καθώς θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/745, (αριθ. πρωτ. 2501/3-8-2022 Εγκύκλιος της Ε.Κ.Α.Π.Υ.).
7. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στην τεχνική τους προσφορά:
  - α) πιστοποιητικά σήμανσης CE ή MDR από κοινοποιημένο φορέα για τα προσφερόμενα είδη (ανά REF. NUMBER) εφόσον αυτά είναι σε ισχύ.  
 Στην περίπτωση που έχει παύσει η ισχύς του πιστοποιητικού CE που εκδόθηκε κατά το προϊσχύσαν καθεστώς, αλλά συντρέχουν οι προϋποθέσεις παράτασης της ισχύος αυτού δυνάμει των α 120 του Κανονισμού 2017/745 και 110 του Κανονισμού 2017/746, όπως τροποποιήθηκαν υπό το πρίσμα του Κανονισμού 2023/607, να υποβληθεί αυτοδήλωση (που μπορεί να βασίζεται σε υπόδειγμα που καταρτίσθηκε από κοινού από τις AESGP, COCIR, EuromContact, EUROM VI και MedTech Europe), μεταφρασμένη στα ελληνικά ή/και πρόσθετα αποδεικτικά μέσα όπως μια «επιβεβαιωτική επιστολή» που εκδίδεται από τον κοινοποιημένο οργανισμό και μνημονεύει αφενός την παραλαβή της αίτησης του κατασκευαστή για αξιολόγηση της συμμόρφωσης του προϊόντος στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τη σύναψη γραπτής συμφωνίας μεταξύ του κατασκευαστή και του κοινοποιημένου οργανισμού, αφετέρου τα προϊόντα που διέπονται από την παράταση και τα σχετικά πιστοποιητικά (η εν λόγω επιβεβαιωτική επιστολή μπορεί να στηρίζεται σε υπόδειγμα που ενέκρινε η ομάδα συντονισμού κοινοποιημένων οργανισμών, NBCG-Med). Σημειώνεται ότι ο κατασκευαστής δύναται να αποδείξει ότι έχει υποβάλει αίτηση για αξιολόγηση της συμμόρφωσης ή/και έχει συνάψει γραπτή συμφωνία με κοινοποιημένο οργανισμό και με έτερα πρόσφορα μέσα, όπως αντίγραφο των σχετικών εγγράφων.
  - β) τον κωδικό EMDN των προσφερόμενων ειδών, εφόσον υπάρχει αντιστοίχιση.
8. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει, με δικές του δαπάνες, πρόγραμμα εκπαίδευσης για τη χρήση του προσφερόμενου είδους. Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στον χώρο εγκατάστασης του είδους ή σε χώρο που θα υποδείξει η αναθέτουσα αρχή, σε χρόνο που θα συμφωνηθεί μετά την παράδοση.

Η παραπάνω προμήθεια θα βαρύνει τον ΑΛΕ 31201890000001 του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

**ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ-ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:**

Οι προσφορές, όσων επιθυμούν να συμμετέχουν, υποβάλλονται έντυπα στη διεύθυνση του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» (Εθνικής Αντίστασης 161, Τ.Κ. 55134 Θεσσαλονίκη) στο Γραφείο της Γραμματείας (πρωτόκολλο), **μέχρι και την Τετάρτη 24-06-2026 ώρα 14.30 μ.μ.**

Σε κλειστό φάκελο εξωτερικά θα αναγράφεται:

Ο τίτλος: φάκελος προσφοράς για την πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια του είδους «ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ» (τμχ. 3) CPV: 33182100-0.

- Ο Αριθ. Πρόσκλησης: 2026-39/ΣΠ

- Τα στοιχεία της εταιρείας
- Η διευκρίνιση: «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

Διευκρινίζεται ότι οι προσφορές που τυχόν υποβληθούν εκπρόθεσμα, δεν θα γίνουν αποδεκτές.

### **ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:**

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει:

1. Δικαιολογητικά συμμετοχής στον οποίο θα περιέχονται τα εξής:

α) **Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής των όρων** της πρόσκλησης.

β) **Απόσπασμα του σχετικού ποινικού μητρώου** έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

γ) Για την καταβολή **φόρων**, αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο εφόσον είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.

δ) Για την **καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης**, πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή του ελληνικού κράτους, ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του φορέα, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (θα αφορά την κύρια και την επικουρική ασφάλιση), *εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους*, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχουν εκδοθεί *έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους*.

ε) **Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου** – αριθμός καταχώρησης στο ΓΕΜΗ (παρ. 2 άρθρου 75) του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό, καθώς και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, οι εκάστοτε τροποποιήσεις του καταστατικού, *εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους*.

στ) Για την **απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης**, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης *εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους* (όπως πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. τροποποιήσεων του καταστατικού ΦΕΚ σύστασης και εκπροσώπησης σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου).

ζ) **Υπεύθυνη Δήλωση** του, ανά περίπτωση, νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου/οντότητας, στην οποία δηλώνει ότι το νομικό πρόσωπο/οντότητα, το οποίο εκπροσωπεί νόμιμα, δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα **αδικήματα δωροδοκίας του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016**, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 134-135 του ν. 5090/2024.

### **2. Τεχνική προσφορά**

Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν στην τεχνική τους προσφορά συμπληρωμένο τον Πίνακα Συμμόρφωσης σύμφωνα με το Υπόδειγμα, το οποίο αναρτάται στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου.

### **3. Οικονομοτεχνική προσφορά**

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιέχει την οικονομοτεχνική προσφορά, δηλαδή τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς που πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση, καθώς και τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς του (συμπλήρωση **πίνακα οικονομικής προσφοράς**).

Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η οικονομική προσφορά, θα περιέχει συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΜΧ.	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%	ΦΠΑ 24%	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%
1	«ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ» ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ	1				10.540,00€
2	«ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ	2				7.936.00€
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>					<b>18.476,00€</b>

Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε ευρώ. Στις τιμές θα συμπεριλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ, ο οποίος θα αναφέρεται ξεχωριστά.

Οικονομική Προσφορά που είναι ανώτερη της προϋπολογισθείσας δαπάνης απορρίπτεται.

Η κατακύρωση θα γίνει στον ανάδοχο που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής στο σύνολο των ειδών, με την προϋπόθεση ότι με την προσφορά του ικανοποιούνται οι όροι της πρόσκλησης.

#### **ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις **25 Ιουνίου 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00** στο Γραφείο προμηθειών του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», ενώπιον αρμόδιας επιτροπής, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, εφόσον το επιθυμούν.

Διευκρινίζεται ότι οι νόμιμοι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των συμμετεχόντων εταιρειών, μπορούν να λάβουν γνώση για το σύνολο των κατατεθειμένων προσφορών του διαγωνισμού, εφόσον προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία με τον αρμόδιο υπάλληλο του γραφείου προμηθειών ώστε να οριστεί συγκεκριμένη ημέρα και ώρα αυτού.

#### **ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ**

Η αρμόδια επιτροπή αποσφραγίζει τις προσφορές στον ορισμένο από την παρούσα χρόνο και προβαίνει στην αξιολόγηση των προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών, συντάσσοντας πρακτικό με το οποίο γνωμοδοτεί για τον ανάδοχο, το οποίο επικυρώνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες.

Επισημαίνεται ότι αν παρουσιαστούν ελλείψεις ή ήσσονος αξίας ατέλειες ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα η Επιτροπή μπορεί να καλέσει εγγράφως τους προσφέροντες να τα διευκρινίσουν, σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ. 4 του ν.4412/2016.

Σε περίπτωση ισοτιμίας, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές.

Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των ορίων του [άρθρου 118](#), περί απευθείας ανάθεσης, όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την ακύρωση πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, καθώς και την αναστολή εκτέλεσης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 45 έως 56 του π.δ.18/1989 (Α' 8), το οποίο αποφαινεται αμετακλήτως χωρίς να επιτρέπεται η προηγούμενη άσκηση άλλης ειδικής ή ενδικοφανούς διοικητικής προσφυγής.

Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής ορίζεται στο άρθρο 372 παρ.5 του ν.4412/2016

#### **ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού.

Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους υποψήφιους μαζί με τις προσφορές τους, δε δημιουργεί καμία δέσμευση για την αναθέτουσα αρχή.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόσει τη σύμβαση από την υπογραφή της και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και σύμφωνα με όσα αναγράφονται σ' αυτή.

Η σύμβαση που θα προκύψει θα είναι διάρκειας δύο (2) μηνών.

Μη εμπρόθεσμη παροχή των υπηρεσιών από τον Ανάδοχο επάγεται την κήρυξη αυτού ως έκπτωτου.

#### **ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ**

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής και καλής εκτέλεσης δεν απαιτούνται.

#### **ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ**

Ως τόπος παράδοσης ορίζεται η έδρα του Νοσοκομείου: Εθνικής Αντίστασης 161, Τ.Κ. 55134 Θεσσαλονίκη.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόσει τη σύμβαση από την υπογραφή της και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και σύμφωνα με όσα αναγράφονται σ' αυτή.

Η παραλαβή των παραδοτέων γίνεται από αρμόδια επιτροπή, η οποία ορίζεται με απόφαση της Α.Α. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται από την επιτροπή ο απαιτούμενος έλεγχος και εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης, συντάσσει και υπογράφει εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.

#### **ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

#### **ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ**

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο:

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση από τον Ανάδοχο των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να παραλαμβάνει και να επεξεργάζεται και ηλεκτρονικά τιμολόγια που είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων, όπως αυτό ορίζεται στην περίπτωση 12 του άρθρου 149 του ν. 4601/2019 (Α' 44) και των, κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 154 του νόμου αυτού, κανονιστικών αποφάσεων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

[ilektronika.timologia@agpavlos.gr](mailto:ilektronika.timologia@agpavlos.gr), με κωδικό τιμολόγησης «1015.E00224.0001».

Ο ανάδοχος συμπληρώνει στο πεδίο «BT-11: Στοιχείο αναφοράς αγαθού/υπηρεσίας/μελέτης/έργου» το «ΑΔΑ Ανάληψης».

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Ο Φ.Π.Α. επί της αξίας του τιμολογίου βαρύνει το Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ».

**ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ:**

- Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για έξι (6) μήνες από την επόμενη μέρα της διενέργειας της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
- Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στη διαδρομή (URL) <http://www.agpavlos.gr/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ/ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ>. Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκέπτονται την ως άνω ιστοσελίδα του Νοσοκομείου για να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές.
- Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ισχύουν οι διατάξεις των νόμων και προεδρικών διαταγμάτων, όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ