



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

«ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

(Εθν. Αντίστασης 161 - ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)

Διεύθυνση:	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ	ΠΡΟΣ:	1. «SANTAIR Α.Ε.»
Τμήμα :	Οικονομικού		2. «ΚΥΦΙΔΗΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ Ο.Ε.»
Γραφείο:	Προμηθειών		
Πληροφορίες:	Αντωνίου Θωμαή		
Τηλέφωνο :	2313 304 461-4		
Email:	promagpavlos@outlook.com		

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΜΕ ΑΡΙΘ. 2026-49/ΣΠ

«ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ»

CPV:39522510-5

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναφορικά με την προμήθεια του είδους «ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ» CPV: 39522510-5 για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», προϋπολογισθείσας δαπάνης 24.353,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, σε εφαρμογή του Ετήσιου Προγράμματος Συμβάσεων, του Μητρώου Κεντρικών Προμηθειών της Ε.Κ.Α.Π.Υ για το διαχειριστικό έτος 2026.

Το Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1. Το ν. 4412 (ΦΕΚ 147/α'/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το με αριθ. πρωτ. 14291/13-04-2018 έγγραφο της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας Θράκης (αριθ. εισερχ. 6076/16-04-2018) «Τροποποιήσεις- Επαυξήσεις Προγραμμάτων Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας».
3. Το ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
4. Το με αριθ. πρωτ. 11492/05-12-2025 έγγραφο της «Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας» (αριθ. εισερχ 17060/08-12-2025) «Έναρξη Διαδικασίας Υποβολής Ετήσιων Προγραμμάτων Συμβάσεων (Ετήσιος Προγραμματισμός) των φορέων του άρθρου 7 του ν.4865/2021, μέσω της ψηφιακής εφαρμογής της Ε.Κ.Α.Π.Υ.».

Β. Τις αποφάσεις – έγγραφα:

1. Την με αριθ. Β7/16ης ΣΥΝ/18-05-2026 (ΑΔΑ:ΡΥ6346906Ι-6ΛΖ) Απόφαση ΔΣ του ΓΝΘ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» έγκρισης της δεύτερης τροποποίησης του πρώτου υποβληθέντος αρχείου του Ετήσιου Προγράμματος Συμβάσεων, στο Μητρώο Κεντρικών Προμηθειών της Ε.Κ.Α.Π.Υ. για το διαχειριστικό έτος 2026, οποία εγκρίθηκε με την με αριθ. 254/424ης ΣΥΝ/27-05-2026 απόφαση του ΔΣ της ΕΚΑΠΥ.
2. Το με αριθ. 850505/29-04-2026 πρωτογενές αίτημα της Διευθύντριας της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας με επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές-τεχνοοικονομική μελέτη αναφορικά με την προμήθεια του είδους «ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ» CPV: 39522510-5 για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», προϋπολογισθείσας δαπάνης 24.353,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
3. Την με αριθ. Β2/19ης ΣΥΝ/15-06-2026 (ΑΔΑ:ΡΡ8Π46906Ι-ΘΑ3) Απόφαση Δ.Σ. του Νοσοκομείου, αναφορικά με την προμήθεια του είδους «ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ» CPV: 39522510-5 για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», προϋπολογισθείσας δαπάνης 24.353,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και τη διενέργεια συλλογής προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 118 του ν. 4412/2016.
4. Την απόφαση δέσμευσης δαπάνης με αριθ. πρωτ. 8606/23-06-2026 (ΑΔΑ:9ΥΗΡ46906Ι-Μ9Χ) με α/α 661 η οποία θα βαρύνει τον ΑΛΕ 31201890000001.

Το Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», κατόπιν της με αριθ. πρωτ. Β2/19ης ΣΥΝ/15-06-2026 (ΑΔΑ:ΡΡ8Π46906Ι-ΘΑ3) Απόφαση Δ.Σ. του Νοσοκομείου, προβαίνει σε πρόσκληση υποβολής προσφορών των παρακάτω οικονομικών φορέων:

1. «SANTAIR Α.Ε.» και «ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΥΦΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» για την προμήθεια του είδους «ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ» CPV: 39522510-5 για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», προϋπολογισθείσας δαπάνης 24.353,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

Αντικείμενο του διαγωνισμού-συνοπτικά στοιχεία

Είδος διαγωνισμού	Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 118 του ν. 4412/2016
Αριθμός διαγωνισμού	2026-49/ΣΠ
Αντικείμενο διαγωνισμού	«ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ»
Κωδικός CPV	39522510-5
Κριτήριο κατακύρωσης	Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.
Προϋπολογισθείσα δαπάνη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ	24.353,60€ συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ
Προϋπολογισθείσα δαπάνη άνευ ΦΠΑ	19.640,00€ χωρίς ΦΠΑ
Αναλυτικός Λογαριασμός Εξόδων (ΑΛΕ)	31201890000001
Έναρξη υποβολής προσφορών	Δευτέρα 06-07-2026
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών	Δευτέρα 13-07-2026 ώρα 14.30 μ.μ.

Τόπος – τρόπος υποβολής προσφορών	Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», Έντυπα στη διεύθυνση του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» (Εθνικής Αντίστασης 161, Τ.Κ. 55134, Θεσσαλονίκη) στο Γραφείο της Γραμματείας (πρωτόκολλο).
Χρόνος διενέργειας	Τρίτη 14-07-2026, ώρα 12:30
Τόπος διενέργειας	Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» Εθνικής Αντίστασης 161, ΤΚ 55134 Θεσσαλονίκη.
Διάρκεια σύμβασης	Τρεις (3) μήνες
Κρατήσεις επί της τιμής των ειδών	Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις.
Διεύθυνση Ιστοσελίδας Ανάρτησης Τεύχους Πρόσκλησης	www.agpavlos.gr

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα προς προμήθεια συστήματα αεροστρωμάτων θα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, κατάλληλα για νοσοκομειακή χρήση και να συμμορφώνονται με τις κατευθυντήριες οδηγίες ΕΡUΑΡ / ΝΡΙΑΡ για την πρόληψη και θεραπεία κατακλίσεων.

1. ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ (ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ)

Γενικά χαρακτηριστικά:

- το σύστημα να αποτελείται από αερόστρωμα και αντλία αέρος
- να είναι απόλυτα εναρμονισμένο με τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΕΡUΑΡ (European Pressure Ulcer Advanced Panel) ως προς την πρόληψη και θεραπεία των κατακλίσεων
- να έχει δυνατότητα ρύθμισης της πίεσης ανάλογα με το βάρος, τη θέση και τον σωματότυπο του ασθενούς επί της κλίνης
- να υπάρχει μηχανισμός διατήρησης της πίεσης για περιπτώσεις διακοπής του ρεύματος ή μεταφοράς του ασθενούς για τουλάχιστον 12 ώρες
- να είναι κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση σε ασθενείς για την πρόληψη και για τη θεραπεία όλων των βαθμών κατακλίσεων
- με το πάτημα ενός κουμπιού να επιτυγχάνεται μέγιστη πληρότητα σε όλες τις κυψελίδες, για τη διευκόλυνση εργασιών καθαρισμού ή μεταφοράς του ασθενή. Για την ασφάλεια του ασθενή, να απενεργοποιείται αυτόματα και να επιστρέφει στην προηγούμενη λειτουργία του μετά το πέρασ 30 λεπτών περίπου.
- να εκτελεί εναλλαγές της πίεσης στις κυψέλες με συχνότητα 1 προς 2 ανά κύκλο λειτουργίας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται μηδενική πίεση στο 50% της επιφάνειας του αεροστρώματος σε κάθε σημείο του κύκλου.
- να διαθέτει μηχανισμό γρήγορης απασφάλισης CPR πάνω στο αερόστρωμα

- να διαθέτει τσάντα μεταφοράς και αποθήκευσης
- τα υλικά κατασκευής να διασφαλίζουν αντοχή στη συνεχή και μακροχρόνια χρήση (κατά προτίμηση πολυουρεθάνη)
- να διασφαλίζεται η ασφαλής σταθεροποίηση του στο κρεβάτι με ιμάντες στερέωσης
- να μπορεί να προσαρμοστεί στις αλλαγές θέσης της νοσοκομειακής κλίνης
- να αντικαθιστά πλήρως το συμβατικό στρώμα
- προτεινόμενο μέγεθος λειτουργικής επιφάνειας περίπου 200*85 cm (Μ*Π) και το ύψος του, κατά τη λειτουργία, να είναι τουλάχιστον 20 cm
- να αποτελείται από περίπου 20 διαπνεόμενους αεροθαλάμους για τη διαχείριση μικροκλίματος (υγρασία και θερμότητα)
- οι αεροθάλαμοι στο τμήμα της κεφαλής να είναι σταθεροί χωρίς να εκτελούν καμία κίνηση κατά τη λειτουργία
- να διαθέτει δύο τρόπους λειτουργίας προς επιλογή i) εναλλασσόμενης και ii) συνεχούς χαμηλής πίεσης
- κατά την εναλασσόμενη λειτουργία ο κύκλος θεραπείας να είναι σταθερός με επιλογή 10 λεπτά, ώστε να διασφαλίζεται η επαρκής αιμάτωση των ιστών
- να υπάρχει δυνατότητα αλλαγής των αεροθαλάμων μεμονωμένα
- στην είσοδο του αέρα στο στρώμα να υπάρχει φίλτρο για να αποτρέπεται η εισαγωγή μολυσμένου αέρα στο στρώμα
- κατάλληλο για ασθενείς βάρους τουλάχιστον 200 kg
- να διαθέτει σύστημα διαχείρισης των καλωδίων

Το κάλυμμα του αεροστρώματος: να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό υλικό αδιάβροχο, βραδύκαυστο, με αντιμικροβιακές, βακτηριοστατικές και αντιμυκητιακές ιδιότητες και να αποσπάται πλήρως για τον εύκολο καθαρισμό και απολύμανσή του

Αντλία Αέρος:

- να είναι μικρού μεγέθους και να διαθέτει αξιόπιστο σύστημα στερέωσης, για να κρεμαστεί από τη μετώπη της κλίνης ή να τοποθετηθεί δίπλα στο κρεβάτι
- να διαθέτει ηχητικούς και οπτικούς συναγερμούς σε περίπτωση έλλειψης τροφοδοσίας, χαμηλότερης πίεσης ή/ και βλάβης στη λειτουργία της αντλίας
- να διαθέτει κουμπί σίγασης των συναγερμών

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001 και ISO 13485, να πληροί την Υ.Α ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ/1384/04. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά

- η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει, μόνιμα, κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό με πιστοποιητικό ειδικής εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό οίκο για τη συντήρηση και την επισκευή του προσφερόμενου εξοπλισμού (να κατατεθεί πιστοποιητικό)
- ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001 και ISO 13485 και ο προσφερόμενος εξοπλισμός να φέρει πιστοποίηση CE (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά)
- να φέρει εγχειρίδιο χρήσης με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη συντήρηση και τον καθαρισμό του (κατά προτίμηση στην ελληνική γλώσσα)
- να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για τις αντλίες 2 (δύο) ετών και επάρκεια ανταλλακτικών τουλάχιστον για 10 δέκα έτη
- ο προσφερόμενος εξοπλισμός να συμμορφώνεται με το πρότυπο ηλεκτρικής ασφάλειας IEC 60601-1
- απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σύνταξη φύλλου συμμόρφωσης σε πλήρη ανταπόκριση με τις τεχνικές προδιαγραφές, με αντίστοιχες παραπομπές στα τεχνικά φυλλάδια και πρωτότυπα έντυπα του κατασκευαστικού οίκου για τεκμηρίωση
- ασάφειες και αοριστίες ως προς την τεκμηρίωση θα θεωρούνται ως ουσιώδεις αποκλίσεις και η προσφορά θα απορρίπτεται

2. ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΑ (OVERLAY)

Γενικά χαρακτηριστικά συστήματος:

- το σύστημα να αποτελείται από αερόστρωμα και αντλία αέρος
- να είναι απόλυτα εναρμονισμένο με τις κατευθυντήριες οδηγίες του EPUAP (European Pressure Ulcer Advanced Panel) ως προς την πρόληψη και θεραπεία των κατακλίσεων
- να είναι κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση σε ασθενείς για την πρόληψη και για τη θεραπεία όλων των βαθμών κατακλίσεων
- να διαθέτει σύστημα αποφόρτισης πίεσης στην περιοχή των πτερνών
- να έχει δυνατότητα αυτόματης ρύθμισης της πίεσης ανάλογα με το βάρος, τη θέση και γενικά τον σωματότυπο του ασθενούς στο κρεβάτι

Λειτουργίες:

- να υπάρχει μηχανισμός διατήρησης λειτουργίας σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος ή μεταφοράς του ασθενούς για τουλάχιστον 12 ώρες
- με το πάτημα ενός κουμπιού να επιτυγχάνεται μέγιστη πληρότητα σε όλες τις κυψελίδες, για τη διευκόλυνση εργασιών καθαρισμού ή μεταφοράς του ασθενή. Για την ασφάλεια του ασθενή, να απενεργοποιείται αυτόματα και να επιστρέφει στην προηγούμενη λειτουργία του μετά το πέρας 30 λεπτών περίπου.
- στη λειτουργία εναλλασσόμενης πίεσης να εκτελεί εναλλαγές της πίεσης στις κυψέλες με συχνότητα 1 προς 2 ανά κύκλο λειτουργίας, δηλαδή σε κάθε στιγμή του κύκλου το 50% του

σώματος του ασθενή να μη δέχεται πίεση βοηθώντας με αυτό τον τρόπο την επαναιμάτωση των ιστών

- να διαθέτει μηχανισμό γρήγορης απασφάλισης CPR πάνω στο αερόστρωμα
- να διαθέτει τσάντα μεταφοράς και αποθήκευσης
- τα υλικά κατασκευής: να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό υλικό Polyurethane (PU) , και να διασφαλίζουν αντοχή στη συνεχή και μακροχρόνια χρήση
- να έχει ειδική σχεδίαση ώστε να διατηρούν τον ασθενή σταθερό στο κέντρο του στρώματος
- να έχει τη δυνατότητα να τοποθετείται πλήρως πάνω στο συμβατικό στρώμα και να σταθεροποιείται με ιμάντες στερέωσης

Διαστάσεις:

- το προτεινόμενο μέγεθος της λειτουργικής επιφάνειας να είναι κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση, περίπου ~ 200 X 90 (πλάτος) cm ενώ το ύψος, κατά τη λειτουργία να έχει επαρκή θεραπευτική υποστήριξη, τουλάχιστον ≥ 11 cm
- να αποτελείται από περίπου 20 διαπνεόμενους ραβδωτούς αεροθαλάμους με δυνατότητα μεμονωμένης αντικατάστασης τους σε περίπτωση διάτρησης κάποιων απ' αυτών χωρίς να χρειάζεται η πλήρη αντικατάσταση ολόκληρου του αεροστρώματος
- οι αεροθάλαμοι στο τμήμα της κεφαλής να είναι σταθεροί χωρίς να εκτελούν καμία κίνηση κατά τη λειτουργία θεραπείας
- να διαθέτει δύο τρόπους λειτουργίας προς επιλογή i) εναλλασσόμενης και ii) συνεχούς χαμηλής πίεσης
- -κατά την εναλλασσόμενη λειτουργία: ο κύκλος θεραπείας να είναι σταθερός με επιλογή 10 λεπτά, ώστε να διασφαλίζεται η επαρκής αιμάτωση των ιστών ως πρόληψη απ' τη δημιουργία ελκών πίεσης
- -κατά την επιλογή λειτουργίας σε συνεχή χαμηλή πίεση η επιφάνεια του αεροστρώματος να διαπνέει ώστε να γίνεται καλύτερα η διαχείριση της υγρασίας και της θερμότητας (διαχείριση μικροκλίματος)
- στην είσοδο του αέρα στο στρώμα να υπάρχει φίλτρο για να αποτρέπεται η εισαγωγή μολυσμένου αέρα στο στρώμα.
- κατάλληλο για ασθενείς βάρους τουλάχιστον 250 kg
- να διαθέτει σύστημα διαχείρισης των καλωδίων

Κάλυμμα αεροστρώματος:

- να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό συνθετικό υλικό αδιάβροχο, βραδύκαυστο, διαπνεόμενο, μαλακό, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο BS 7175 και να φέρει μόνιμη αντιμικροβιακή επικάλυψη.
- να αποσπάται πλήρως για τον εύκολο καθαρισμό και απολύμανσή του

Αντλία αέρος:

- να είναι μικρού μεγέθους, αθόρυβη ($\leq 30\text{dB(A)}$), και να διαθέτει αξιόπιστο σύστημα στερέωσης, για να κρεμαστεί από τη μετόπη της κλίνης ή να τοποθετηθεί δίπλα στο κρεβάτι.
- η αντλία να διαθέτει προστασία από τυχόν εισροή υγρών και στερεών τουλάχιστον IP21
- να διαθέτει ηχητικούς και οπτικούς συναγερμούς για καταστάσεις πίεσης, σε περίπτωση έλλειψης τροφοδοσίας, χαμηλότερης πίεσης ή/ και βλάβης στη λειτουργία της αντλίας
- να διαθέτει κουμπί σίγασης των συναγερμών
- να διαθέτει λειτουργία αναμονής
- να διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία σε περιπτώσεις πτώσης του ρεύματος (εφεδρική τροφοδοσία) ή μεταφοράς του ασθενή επί του αεροστρώματος για λειτουργία τουλάχιστον τρεις (3) ώρες.
- η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001 και ISO 13485, να πληροί την Υ.Α ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ/1384/04. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά)
- η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει, μόνιμα, κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό με πιστοποιητικό ειδικής εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό οίκο για τη συντήρηση και την επισκευή του προσφερόμενου εξοπλισμού (να κατατεθεί πιστοποιητικό)
- Πιστοποιητικά κατά EN ISO 13485/2016 των κατασκευαστών των προϊόντων με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων
- ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001 και ISO 13485
- Ο προσφερόμενος εξοπλισμός να φέρει πιστοποιητικά σήμανσης CE ή MDR από κοινοποιημένο φορέα για τα προσφερόμενα είδη (ανά REF. NUMBER) εφόσον αυτά είναι σε ισχύ.
- Στην περίπτωση που έχει παύσει η ισχύς του πιστοποιητικού CE που εκδόθηκε κατά το προ ισχύσαν καθεστώς, αλλά συντρέχουν οι προϋποθέσεις παράτασης της ισχύος αυτού δυνάμει των α 120 του Κανονισμού 2017/745 και 110 του Κανονισμού 2017/746, όπως τροποποιήθηκαν υπό το πρίσμα του Κανονισμού 2023/607, να υποβληθεί *αυτοδήλωση* (που μπορεί να βασίζεται σε υπόδειγμα που καταρτίστηκε από κοινού από τις AESGP, COCIR, EuromContact, EUROM VI και MedTech Europe), μεταφρασμένη στα ελληνικά ή/και πρόσθετα αποδεικτικά μέσα όπως μια «*επιβεβαιωτική επιστολή*» που εκδίδεται από τον κοινοποιημένο οργανισμό και μνημονεύει αφενός την παραλαβή της αίτησης του κατασκευαστή για αξιολόγηση της συμμόρφωσης του προϊόντος στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τη σύναψη γραπτής συμφωνίας μεταξύ του κατασκευαστή και του κοινοποιημένου οργανισμού, αφετέρου τα προϊόντα που διέπονται από την παράταση και τα σχετικά πιστοποιητικά (η εν λόγω επιβεβαιωτική επιστολή μπορεί να στηρίζεται σε υπόδειγμα που ενέκρινε η ομάδα συντονισμού κοινοποιημένων οργανισμών, NBCG-Med). Σημειώνεται ότι ο κατασκευαστής δύναται να αποδείξει ότι έχει υποβάλει αίτηση για αξιολόγηση της συμμόρφωσης ή/και έχει συνάψει γραπτή συμφωνία με κοινοποιημένο οργανισμό και με έτερα πρόσφορα μέσα, όπως αντίγραφο των σχετικών εγγράφων.
- να φέρει εγχειρίδιο χρήσης με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη συντήρηση και τον καθαρισμό του (στην ελληνική γλώσσα)

- να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για τις αντλίες 2 (δύο) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών τουλάχιστον για 10 δέκα έτη
- ο προσφερόμενος εξοπλισμός να συμμορφώνεται με το πρότυπο ηλεκτρικής ασφάλειας IEC 60601-1
- απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σύνταξη φύλλου συμμόρφωσης σε πλήρη ανταπόκριση με τις τεχνικές προδιαγραφές, με αντίστοιχες παραπομπές στα τεχνικά φυλλάδια και πρωτότυπα έντυπα του κατασκευαστικού οίκου για τεκμηρίωση. Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης (επί ποινή αποκλεισμού)
- ασάφειες και αοριστίες ως προς την τεκμηρίωση θα θεωρούνται ως ουσιώδεις αποκλίσεις και η προσφορά θα απορρίπτεται

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ-ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

Οι προσφορές, όσων επιθυμούν να συμμετέχουν, υποβάλλονται έντυπα στη διεύθυνση του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» (Εθνικής Αντίστασης 161, Τ.Κ. 55134 Θεσσαλονίκη) στο Γραφείο της Γραμματείας (πρωτόκολλο), μέχρι και τη Δευτέρα 13-07-2026 και ώρα 14.30

Σε κλειστό φάκελο εξωτερικά θα αναγράφεται:

Ο τίτλος: φάκελος προσφοράς για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ» CPV: 39522510-5.

- Ο Αριθ. Πρόσκλησης: 2026-49/ΣΠ
- Τα στοιχεία της εταιρείας
- Η διευκρίνιση: «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

Διευκρινίζεται ότι οι προσφορές που τυχόν υποβληθούν εκπρόθεσμα, δεν θα γίνουν αποδεκτές.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει:

1. Δικαιολογητικά συμμετοχής στον οποίο θα περιέχονται τα εξής:

α) Απόσπασμα του σχετικού ποινικού μητρώου έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

β) Για την καταβολή φόρων, εφόσον είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο.

γ) Για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή του ελληνικού κράτους, εφόσον είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, ότι

έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του φορέα, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (θα αφορά την κύρια και την επικουρική ασφάλιση).

δ) Πιστοποιητικό/ βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου – αριθμός καταχώρησης στο ΓΕΜΗ (παρ. 2 άρθρου 75) του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό, καθώς και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, οι εκάστοτε τροποποιήσεις του καταστατικού, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους.

ε) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση **νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους** (όπως πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. τροποποιήσεων του καταστατικού ΦΕΚ σύστασης και εκπροσώπησης σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου).

στ) Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής των όρων της πρόσκλησης, του χρόνου ισχύος προσφοράς και εκτέλεσης της σύμβασης σε περίπτωση επιλογής αναδόχου.

2. Τεχνική προσφορά

Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν στην τεχνική τους προσφορά συμπληρωμένο τον Πίνακα Συμμόρφωσης σύμφωνα με το Υπόδειγμα, το οποίο αναρτάται στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου.

3. Οικονομικοτεχνική προσφορά

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιέχει την οικονομικοτεχνική προσφορά, δηλαδή τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς που πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση, καθώς και τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς του.

Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η οικονομική προσφορά, θα περιέχει συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα:

ΣΧΕΔΙΟ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΜΧ)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ 24%	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ
1	Αεροστρώματα με αντλία πρόληψης & θεραπείας κατακλίσεων	12				18.153,60€
2	Αεροστρώματα τύπου overlay με αντλία	2				6.200,00€
	ΣΥΝΟΛΟ	14				24.353,60€

Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε ευρώ. Στις τιμές θα συμπεριλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ, ο οποίος θα αναφέρεται ξεχωριστά.

Επίσης θα συμπληρώνεται και ο κωδικός και η τιμή Παρατηρητηρίου του προσφερόμενου υλικού, εφόσον αυτό αντιστοιχεί.

Οικονομική Προσφορά που είναι ανώτερη της προϋπολογισθείσας δαπάνης ή της τιμής Παρατηρητηρίου απορρίπτεται.

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα είδη και για το σύνολο των αντίστοιχων ποσοτήτων του διαγωνισμού.

Η κατακύρωση θα γίνει στον ανάδοχο που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής, με την προϋπόθεση ότι με την προσφορά του ικανοποιούνται οι όροι της πρόσκλησης.

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις **14 Ιουλίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ.** στο Γραφείο προμηθειών του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», ενώπιον αρμόδιας επιτροπής.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Η αρμόδια επιτροπή αποσφραγίζει τις προσφορές στον ορισμένο από την παρούσα χρόνο και προβαίνει στην αξιολόγηση των προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών, συντάσσοντας πρακτικό με το οποίο γνωμοδοτεί για τον ανάδοχο, το οποίο επικυρώνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες.

Επισημαίνεται ότι αν παρουσιαστούν ελλείψεις ή ήσσονος αξίας ατέλειες ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα η Επιτροπή μπορεί να καλέσει εγγράφως τους προσφέροντες να τα διευκρινίσουν, σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ. 4 του ν.4412/2016.

Σε περίπτωση ισοτιμίας, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές.

Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των ορίων του [άρθρου 118](#), περί απευθείας ανάθεσης, όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την ακύρωση πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, καθώς και την αναστολή εκτέλεσης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 45 έως 56 του π.δ.18/1989 (Α' 8), το οποίο αποφάινεται αμετακλήτως χωρίς να επιτρέπεται η προηγούμενη άσκηση άλλης ειδικής ή ενδικοφανούς διοικητικής προσφυγής. Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής ορίζεται ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού. Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους υποψήφιους μαζί με τις προσφορές τους, δε δημιουργεί καμία δέσμευση για την αναθέτουσα αρχή.

Η σύμβαση που θα προκύψει θα έχει διάρκεια τριών (3) μηνών.

ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Ως τόπος παράδοσης ορίζεται η έδρα του Νοσοκομείου: Εθνικής Αντίστασης 161, Τ.Κ. 55134 Θεσσαλονίκη.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόσει τη σύμβαση από την υπογραφή της και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και σύμφωνα με όσα αναγράφονται σ' αυτή.

Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να παραδώσει στους χώρους των αποθηκών του Νοσοκομείου με δικά του μεταφορικά μέσα και εργατικά, μετά από έγγραφη παραγγελία και η παραλαβή θα γίνεται από 3μελή επιτροπή, που θα εκδίδει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής.

Τα παραδιδόμενα είδη συνοδεύονται απαραίτητα από τιμολόγια ή δελτία αποστολής, αναγράφονται τα χαρακτηριστικά στοιχεία, τον κωδικό αριθμό της σύμβασης, τους κωδικούς αριθμούς της κατάστασης για κάθε είδος την ποσότητα και την τιμή αυτών. Τα άνωθεν παραστατικά θα εκδίδονται προς το Νοσοκομείο.

Η παραλαβή των παραδοτέων γίνεται από αρμόδια επιτροπή, η οποία ορίζεται με απόφαση της Α.Α.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ:

- Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για έξι (6) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
- Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται.
- Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στη διαδρομή (URL) <http://www.agravlos.gr./ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ/ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ>. Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκέπτονται την ως άνω ιστοσελίδα του Νοσοκομείου για να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές.
- Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ισχύουν οι διατάξεις των νόμων και προεδρικών διαταγμάτων, όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν την Πρόσκληση από την ιστοσελίδα του νοσοκομείου μας [http:// www.agravlos.gr](http://www.agravlos.gr).

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ

