



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

«ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

(Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)

Διεύθυνση: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Τμήμα: Οικονομικού Γραφείο: Προμηθειών Πληροφορίες: Αντωνίου Θωμαή Τηλέφωνο: 2313 304 461/464 Email: <a href="mailto:promagpavlos@outlook.com">promagpavlos@outlook.com</a>	ΠΡΟΣ:	1. «ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.» 2. «SOL HELLAS Α.Ε.»

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ**  
**2026-31/ΣΠ**  
**«ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ» CPV: 24111500-0**

Πρόσκληση συλλογής προσφορών αναφορικά με την προμήθεια του είδους «ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ» CPV: 24111500-0, για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», χρονικής διάρκειας δύο (2) ετών, προϋπολογισθείσας δαπάνης 8.959,50€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και 11.109,78€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για ένα (1) έτος και 17.919,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και 22.219,56€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για τα δύο (2) έτη, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Το Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1. Το ν. 4412 (ΦΕΚ 147/α'/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το με αριθ. πρωτ. 14291/13-04-2018 έγγραφο της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας Θράκης (αριθ. εισερχ. 6076/16-04-2018) «Τροποποιήσεις- Επαυξήσεις Προγραμμάτων Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας».
3. Το ν. 4865/21 (ΦΕΚ Α' 238/04-12-2021) Σύσταση και οργάνωση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας», στρατηγική κεντρικών προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη δημόσια υγεία και την κοινωνική πρόνοια.
4. Το με αριθ. πρωτ. 11492/05-12-2025 έγγραφο της «Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας» (αριθ. εισερχ 17060/08-12-2025) «Έναρξη Διαδικασίας Υποβολής Ετήσιων Προγραμμάτων Συμβάσεων (Ετήσιος Προγραμματισμός) των φορέων του άρθρου 7 του ν.4865/2021, μέσω της ψηφιακής εφαρμογής της Ε.Κ.Α.Π.Υ.».

Β. Τις αποφάσεις – έγγραφα:

1. Το με αριθ. πρωτ. 6266/12-05-2026 (ορθή επανάληψη) πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών και τεchnοοικονομικής μελέτης αναφορικά με την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ» CPV: 24111500-0, για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ».
2. Την με αριθ. Β4/16<sup>Η</sup> ΣΥΝ/18-05-2026 (ΑΔΑ:Ψ25446906Ι-ΕΧ4), Απόφαση Δ.Σ. του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» έγκρισης του με αριθ. πρωτ. 6266/12-05-2026 (ορθή επανάληψη) πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών και τεchnοοικονομικής

μελέτης αναφορικά με την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ» CPV: 24111500-0, για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ».

3.Την απόφαση δέσμευσης δαπάνης με αριθ. πρωτ. 8594/23-06-2026 (ΑΔΑ:ΨΑ5Κ46906Ι-06Λ) με α/α 653 η οποία θα βαρύνει τον ΑΛΕ 32302030000001.

4. Την απόφαση δέσμευσης δαπάνης με αριθ. πρωτ. 8664/26-06-2026 (ΑΔΑ:Ρ9ΕΩ46906Ι-ΕΙ9) με α/α 685 η οποία θα βαρύνει τον ΑΛΕ 24409890000001 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ).

Το Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», κατόπιν της με αριθ.. Β4/16Η ΣΥΝ/18-05-2026 (ΑΔΑ:Ψ25446906Ι-ΕΧ4), Απόφαση Δ.Σ. του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», προβαίνει σε πρόσκληση υποβολής προσφορών των οικονομικών φορέων «ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.» και «SOL HELLAS Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του ν. 4412/2016, για την προμήθεια του είδους «ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ» CPV: 24111500-0, για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», χρονικής διάρκειας δύο (2) ετών, προϋπολογισθείσας δαπάνης 8.959,50€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και 11.109,78€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για ένα (1) έτος και 17.919,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και 22.219,56€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για τα δύο (2) έτη, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

### Αντικείμενο του διαγωνισμού-συνοπτικά στοιχεία

Είδος διαγωνισμού	Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 118 του ν. 4412/2016
Αριθμός διαγωνισμού	2026-31/ΣΠ
Αντικείμενο διαγωνισμού	«ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ»
Κωδικός CPV	24111500-0
Κριτήριο κατακύρωσης	Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.
Προϋπολογισθείσα δαπάνη για ένα (1) έτος συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%	11.109,78€ με ΦΠΑ 24%, με επιμερισμό σε: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8.654,58€ για την προμήθεια ιατρικών αερίων</li> <li>• 2.455,20€ για την ενοικίαση φιαλών</li> </ul>
Προϋπολογισθείσα δαπάνη για ένα (1) έτος μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%	8959,50€ χωρίς ΦΠΑ, με επιμερισμό σε: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6.979,50€ για την προμήθεια ιατρικών αερίων</li> <li>• 1.980,00€ για την ενοικίαση φιαλών</li> </ul>
Προϋπολογισθείσα δαπάνη για δύο (2) έτη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%	22.219,56€ με ΦΠΑ 24%, με επιμερισμό σε: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 17.309,16€ για την προμήθεια ιατρικών αερίων</li> <li>• 4.910,40€ για την ενοικίαση φιαλών</li> </ul>
Προϋπολογισθείσα δαπάνη για δύο (2) έτη μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%	17.919,00€ χωρίς ΦΠΑ, με επιμερισμό σε: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 13.959,00€ για την προμήθεια ιατρικών αερίων</li> <li>• 3.960,00€ για την ενοικίαση φιαλών</li> </ul>
Αναλυτικός Λογαριασμός Εξόδων (ΑΛΕ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 32302030000001 για την προμήθεια ιατρικών αερίων και</li> <li>• 24409890000001 για την ενοικίαση φιαλών</li> </ul>
Έναρξη υποβολής προσφορών	Τρίτη 07-07-2026
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών	Τρίτη 14-07-2026 ώρα 14.30 μ.μ.
Τόπος – τρόπος υποβολής προσφορών	Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», Έντυπα στη διεύθυνση του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» (Εθνικής Αντίστασης 161, Τ.Κ. 55134, Θεσσαλονίκη) στο Γραφείο της

	Γραμματείας (πρωτόκολλο).
Χρόνος διενέργειας	Τετάρτη 15-07-2026, ώρα 13:00
Τόπος διενέργειας	Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» Εθνικής Αντίστασης 161, ΤΚ 55134 Θεσσαλονίκη.
Διάρκεια σύμβασης	Δύο (2) έτη με μονομερές δικαίωμα προαίρεσης για ένα έτος ακόμη με τους ίδιους όρους και τιμές που θα προκύψουν με βάση την παρ. 9α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016.
Κρατήσεις επί της τιμής των ειδών	Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις.
Χρόνος Ισχύος Προσφοράς	Ένα (1) έτος - Τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Διεύθυνση Ιστοσελίδας Ανάρτησης Τεύχους Πρόσκλησης	<a href="http://www.agpavlos.gr">www.agpavlos.gr</a>

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

#### «ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ»

#### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα Ιατρικά Αέρια που περιλαμβάνονται στον παρόντα διαγωνισμό είναι:

1. ΑΕΡΙΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΙΑΤΡΙΚΟ
2. ΑΕΡΙΟ ΑΖΩΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
3. ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΑΕΡΑΣ
4. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ
5. ΜΕΙΓΜΑΤΑ ΑΕΡΙΩΝ με περιεκτικότητα σε συμπυκνωμένο αέριο (εισπνεύσιμα):
  - α. Οξυγόνο 50% + Άζωτο 50%
  - β. Οξυγόνο 50% + Ήλιο 50 %
  - γ. Οξυγόνο 30% + Ήλιο 70%
6. ΑΣΕΤΥΛΙΝΗ (βιομηχανική χρήση)

Στον παρόντα διαγωνισμό περιλαμβάνονται επίσης οι τεχνικές προδιαγραφές για την ενοικίαση φιαλών, καθώς και τεχνικοί όροι για τις απαιτούμενες σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, υδραυλικές δοκιμές των φιαλών ιδιοκτησίας του νοσοκομείου που τυχόν θα απαιτηθούν πριν την επαναπλήρωσή τους, καθώς και για την αντικατάσταση των καλύπτρων ασφαλείας σε περίπτωση απώλειας και των κλείστρων σε περίπτωση βλάβης αυτών, το χρωματισμό και την καταστροφή ακατάλληλων φιαλών.

#### Α. Τεχνικές προδιαγραφές Ιατρικών αερίων

Οι προμηθευτές ιατρικών αερίων πρέπει να πληρούν τους παρακάτω όρους και να καταθέσουν με ποινή απόρριψης με την προσφορά τους τα σχετικά δικαιολογητικά:

- Άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Ανάπτυξης
- Άδεια παραγωγής, εμφιάλωσης και κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ για κάθε ένα από τα προσφερόμενα ιατρικά αέρια.
- Πιστοποιητικό κατά ISO 9001:2015 για παραγωγή και διάθεση τεχνικών, ιατρικών και ειδικών αερίων.

Εφόσον η παραγωγή γίνεται από τρίτους ή σε χώρα του εξωτερικού, θα προσκομισθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά

- Πιστοποιητικό κατά ISO 13485:2012 για εμπορία, διακίνηση και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικών προϊόντων στον τομέα της παροχής και διανομής ιατρικών αερίων.
- Πιστοποιητικό έγκρισης συστήματος ποιότητας από την EBETAM για υδραυλικές δοκιμές των φιαλών..

- Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με την Υπουργική απόφαση 1348/2004 για Εμπορία και διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων στον τομέα της παροχής και διανομής ιατρικών αερίων.
- Υπεύθυνη δήλωση τεχνικής υποστήριξης.
- Υπεύθυνη δήλωση τήρησης όλων των διαδικασιών, μεταφορά /φορτοεκφόρτωσης του εν ισχύ ADR επικινδύνων υλικών.
- Υπεύθυνη δήλωση δυνατότητας άμεσης παράδοσης των ιατρικών αερίων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
- Υπεύθυνη δήλωση απόσυρσης προϊόντος από την αγορά , σε περίπτωση που η χρήση του θέτει σε κίνδυνο την υγεία ή και την ασφάλεια των ασθενών, των χρηστών ή ενδεχομένως και άλλων προσώπων καθώς και την ασφάλεια πραγμάτων και εξοπλισμού.
- Υπεύθυνη δήλωση δυνατότητας διάθεσης επαρκούς ποσότητας των ειδών καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του Νοσοκομείου.

Η καθαρότητα των ιατρικών αερίων θα είναι όπως αυτή καθορίζεται από τον Ε.Ο.Φ και τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες:

- Ιατρικό Οξυγόνο:  $O_2 \geq 99,5\%$ ,  $CO_2 \leq 300ppm$ ,  $CO \leq 5ppm$ ,  $H_2O \leq 67ppm$
- Ιατρικό Άζωτο:  $N_2 \geq 99,5\%$ ,  $CO_2 \leq 300ppm$ ,  $CO \leq 5ppm$ ,  $H_2O \leq 67ppm$ ,  $O_2 \leq 50ppm$
- Ιατρικός Συνθετικός Αέρας:  $O_2$  19,95-23,63% (υπόλοιπο  $N_2$ ),  $H_2O \leq 67ppm$  χωρίς προσμίξεις ελαίων κ.λ.π.
- Ιατρικό διοξείδιο του άνθρακα:  $CO_2 \geq 99,995\%$ ,  $CO \leq 5ppm$ ,  $NO_x \leq 2ppm$ ,  $H_2O \leq 67ppm$ , Total Sulphur  $\leq 1ppm$ .
- Ιατρικό ήλιο :  $N_2 \geq 99,5\%$ ,  $CH_4 \leq 50 ppm$ ,  $O_2 \leq 50 ppm$ ,  $H_2O \leq 67ppm$

Η τιμή που θα δοθεί για τα ιατρικά αέρια θα είναι σε € ανά  $m^3$  ή ανά φιάλη ή ανά κιλό ή ανά λίτρα σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα. Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το ΦΠΑ, για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Η μεταφορά των φιαλών θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό επικινδύνων φορτίων (ADR)

ΕΙΔΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΤΙΜΗ
ΑΕΡΙΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΙΑΤΡΙΚΟ	Έως $1m^3$	€/φιάλη
ΑΕΡΙΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΙΑΤΡΙΚΟ	$4,4-10,7 m^3$	€/ $m^3$
ΑΕΡΙΟ ΑΖΩΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	$10 m^3$	€/ $m^3$
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΑΕΡΑΣ	$10 m^3$	€/ $m^3$
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ	$10 L(7,5Kgr)$	€/κιλό
ΜΕΙΓΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ με περιεκτικότητα σε συμπυκνωμένο αέριο:		
α. Οξυγόνο 50% + Άζωτο 50%	$50 L(7,5m^3)$	€/ $m^3$
β. Οξυγόνο 50% + Ήλιο 50 %	$50 L(7,5m^3)$	€/ $m^3$
γ. Οξυγόνο 30% + Ήλιο 70%	$50 L(7,5m^3)$	€/ $m^3$
ΑΣΕΤΥΛΙΝΗ (Βιομηχανικής χρήσης)	$50 L(7,5m^3)$	€/κιλό

Δεν προβλέπεται επιπλέον χρέωση που σχετίζεται με την πλήρωση, διαχείριση μεταφορά και παράδοση των φιαλών. Η μεταφορά των φιαλών θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό επικινδύνων φορτίων (ADR).

#### Β. Φιάλες Ιατρικών Αερίων

Οι φιάλες τις οποίες θα προσφέρει ο προμηθευτής έναντι ενοικίου με σκοπό την κάλυψη των αναγκών των διαφόρων τμημάτων του Νοσοκομείου θα πρέπει να είναι αχρησιμοποίητες, του τελευταίου δωδεκαμήνου και θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό του κατασκευαστή. Θα έχουν χωρητικότητα:

- α) 20 φιάλες των 10L ή 50L λίτρων, που θα χρησιμοποιούνται για διαφορετικά αέρια ανάλογα με τις ανάγκες του νοσοκομείου
- β) 10 φιάλες ιατρικού οξυγόνου των 5 λίτρων με ενσωματωμένο ρυθμιστή πίεσης και ταχυσύνδεσμο

Οι φιάλες θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- Θα είναι κατασκευασμένες από ειδικό χάλυβα, κυλινδρικές για την αποθήκευση του αερίου σε αμιγώς αέρια μορφή ή υγροποιημένο υπό πίεση.
- Θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής νομοθεσίας καθώς και την ΑΠ Β 10451/929/88 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 370/Τεύχος Β' /9-6-88).
- Η πίεση λειτουργίας των φιαλών, ανάλογα με το είδος των ιατρικών αερίων που περιέχουν, τα οποία βρίσκονται σε αέρια μορφή θα πρέπει να είναι σύμφωνη με την τεχνική οδηγία ΤΕΕ 2491/86.
- Οι φιάλες Θα φέρουν ειδικά κλείστρα ασφαλή και σημάνσεις (χρωματισμένες και αναγραφόμενες ενδείξεις) σχετικές με την τυποποίηση των φιαλών και τα αέρια που περιέχουν σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1089-3 και της Τ.Ο.ΤΕ.Ε. 2491/86 και την Υ.Α 10451/929/88 ΦΕΚ 370/Β/9-6-88 όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.
- Κάθε φιάλη θα πρέπει να φέρει εγχάρακτο το όνομα του ιδιοκτήτη της σύμφωνα με το σημείο 3.4. β της Υ.Α. Β/10451/929/88 (ΦΕΚ 370), οι υποχρεώσεις του οποίου (ιδιοκτήτη) προκύπτουν από το ΦΕΚ 2039(Β/12436/706/2011) όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

Χρωματισμός φιαλών:

1. Οξυγόνο: Λευκό χρώμα (λαιμός και σώμα)
2. Άζωτο: Μαύρος λαιμός - Λευκό σώμα.
3. Φαρμακευτικό Διοξείδιο του άνθρακα: Γκρι λαιμός-λευκό σώμα.
4. Ήλιον: καφέ λαιμός-σώμα γκρι.
5. Ιατρικός Συνθετικός Αέρας: Λευκό-μαύρη οριζόντια ρίγα στο λαιμό- λευκό σώμα.

Χαρακτηριστικά κλείστρων:

- Οξυγόνο: Θηλυκό δεξιόστροφο διαμέτρου 22,91 mm και βήματος 1,814 mm.
- Άζωτο: αρσενικό δεξιόστροφο διαμέτρου 21,7 mm και βήματος 1,814 mm.
- Φαρμακευτικό Διοξείδιο του άνθρακα: αρσενικό δεξιόστροφο διαμέτρου 21,7 mm και βήματος 1,814 mm.
- Ήλιον: αρσενικό δεξιόστροφο διαμέτρου 21,7 mm και βήματος 1,814 mm.
- Ιατρικός Συνθετικός Αέρας: αρσενικό δεξιόστροφο διαμέτρου 24 mm και βήματος 2 mm.

Η τιμή του μισθώματος των φιαλών θα δοθεί σε €/φιάλη αναλόγως του μεγέθους της φιάλης σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΜΕΓΕΘΟΣ ΦΙΑΛΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ
10 L ή 50 L	€/φιάλη
5 L με ενσωματωμένο ρυθμιστή πίεσης και ταχυσύνδεσμο	€/φιάλη

#### Γ. Έλεγχοι φιαλών ιατρικών αερίων

Οι φιάλες είτε είναι ιδιοκτησίας του Νοσοκομείου είτε του αναδόχου, θα πρέπει να υπόκεινται σε έλεγχο πριν την εμφιάλωσή τους προκειμένου να διαπιστώνεται η καταλληλότητά τους σύμφωνα με την ΥΑ 14165/Φ17.4/373/28.7.93 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 15), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Στις περιπτώσεις αυτές θα πραγματοποιούνται οι εξής εργασίες:

- Έλεγχος υδραυλικής δοκιμής
- Αντικατάσταση κλείστρου με καινούρια, αμεταχείριστα που να πληρούν τους κανόνες καλής λειτουργίας και ασφάλειας και τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ.
- Τοποθέτηση/Αντικατάσταση καλύπτρου ασφαλείας κλείστρου φιάλης
- Χρωματισμός φιάλης με το κατάλληλο κωδικό χρώμα όπως προβλέπεται από τον ΕΛΟΤ
- Υποχρεωτική καταστροφή ακατάλληλων φιαλών ιατρικών αερίων βάσει της Υ.Α. Αριθ. α.π. Β 10451/929/88 κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης του Νοσοκομείου ώστε να προβεί στις απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες καταστροφής και αντικατάστασης αυτών.

Στην οικονομική προσφορά θα δοθούν:

1. τιμές για όλα τα είδη των κλείστρων που ενδέχεται να προμηθευτεί το Νοσοκομείο. Στην τιμή του κλείστρου θα περιλαμβάνεται και η δαπάνη αντικατάστασής τους.
2. τιμή για υδραυλική δόκιμη φιαλών σε €/ φιάλη για τις φιάλες ιδιοκτησίας του Νοσοκομείου. Οι υδραυλικές δοκιμές φιαλών του αναδόχου βαρύνουν τον ίδιο.
3. τιμή για τα καλύμματα των κλείστρων που λόγω πιθανής απώλειας θα προμηθεύεται το Νοσοκομείο

#### Ε. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- Ο προμηθευτής που θα αναδειχθεί υποχρεούται να παραδίδει τις ποσότητες των αερίων εντός φιαλών (όπως αυτές περιγράφονται παραπάνω) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ύστερα από έγγραφη παραγγελία. Η εκτέλεση των παραγγελιών θα γίνεται ανάλογα με το είδος του προϊόντος. Για τις φιάλες οξυγόνου, αζώτου, διοξειδίου και πεπιεσμένου αέρα ιδιοκτησίας του Νοσοκομείου, η εκτέλεση των παραγγελιών θα γίνεται το πολύ σε 5 εργάσιμες ημέρες (συνολικός χρόνος για την παραλαβή, γέμιση και επιστροφή) και 2 εργάσιμες ημέρες για τις ενοικιαζόμενες με το σύστημα της γεμάτης έναντι κενής. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης παράδοσης. Επίσης στην περίπτωση που οι φιάλες ιδιοκτησίας του Νοσοκομείου χρήζουν εργασιών όπως περιγράφονται στην παράγραφο Γ', ο χρόνος παράδοσης αυξάνεται ανάλογα με την απαιτούμενη υπηρεσία.
- Για λόγους ασφαλούς διακίνησης οι διακινούμενες φιάλες προς αναγόμωση θα πρέπει να φέρουν πάντα το ειδικό κάλυπτρο ασφαλείας του κλείστρου αυτών. Σε περίπτωση απώλειας του καλύπτρου από το Νοσοκομείο, θα γίνεται από τον ανάδοχο νέα τοποθέτηση καλύπτρου με χρέωση του Νοσοκομείου αφού προηγηθεί έγγραφη ενημέρωση.
- Για τη διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας προϊόντων (ιατρικά αέρια) και μέσω (φιαλών), ο προμηθευτής εμφιαλωμένων ιατρικών αερίων θα πρέπει σε κάθε παράδοση να μπορεί να γνωστοποιήσει στο Νοσοκομείο τον αριθμό των φιαλών που βρίσκονται σε αυτό (είτε ιδιόκτητων είτε χορηγημένων), αναφέροντας: α) τον σειριακό αριθμό αυτών, β) την ημερομηνία διενέργειας της τελευταίας υδραυλικής δοκιμής αυτών και γ) την ημερομηνία λήξης του περιεχόμενου ιατρικού αερίου αυτών.
- Ο προμηθευτής οφείλει να διαθέτει κατάλληλα οργανωμένο και στελεχωμένο τεχνικό τμήμα στην περιοχή της έδρας του Νοσοκομείου, το οποίο παρέχει ταχεία και αποτελεσματική τεχνική εξυπηρέτηση. Ο προμηθευτής οφείλει να προσκομίζει κάθε πρόσφορο στοιχείο, από το οποίο θα αποδεικνύεται ότι πληροί τις πιο πάνω απαιτήσεις (διεύθυνση της εγκατάστασης, απόσπασμα κατάστασης απασχολούμενου προσωπικού από την επιθεώρηση εργασίας τεχνικά μέσα κ.λ.π). Οι επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν τεχνικό τμήμα στην περιοχή της έδρας του Νοσοκομείου (ή τουλάχιστον στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας), οφείλουν να εκθέτουν στην προσφορά τους τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ανταποκριθούν έγκαιρα στις εκάστοτε ανακύπτουσες ανάγκες του Νοσοκομείου.
- Οι συμμετέχοντες οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους βεβαίωση ή άλλο αντίστοιχο έγγραφο του οίκου κατασκευής του προσφερόμενου είδους, από το οποίο θα προκύπτει ότι η προσφέρουσα εταιρία είναι εξουσιοδοτημένη για την παροχή πλήρους τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης αυτού ή ότι έχει τέτοια δυνατότητα.
- Το Νοσοκομείο έχει δικαίωμα να επιθεωρήσει τις εγκαταστάσεις των συμμετεχόντων, ώστε να βεβαιωθούν για την δυνατότητα αυτών να ανταποκριθούν σε όσα ζητούνται με την διακήρυξη.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
1	ΟΞΥΓΟΝΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΦΙΑΛΗ ΕΩΣ 1m <sup>3</sup>	ΦΙΑΛΗ	650	3,35	2.177,50	2.700,10
2	ΟΞΥΓΟΝΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΦΙΑΛΗ ΑΠΟ 4,4m <sup>3</sup> ΕΩΣ 10,7m <sup>3</sup> (15 φιάλες των 10m <sup>3</sup> )	ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ	150	1,53	229,50	284,58
3	ΑΕΡΙΟ ΑΖΩΤΟ ΒΙΟΧΗΜΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΙΑΛΗ 10 m <sup>3</sup> (50 L) (5 φιάλες των 10 m <sup>3</sup> )	ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ	50	2,90	145,00	179,80
4	ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΑΕΡΑΣ ΦΙΑΛΗ 10m <sup>3</sup> (10 φιάλες των 10m <sup>3</sup> )	ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ	100	2,67	267,00	331,08
5	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΦΙΑΛΗ 10L (7.5 kg/φιάλη), 24φιάλες των 10L	ΚΙΛΑ	180	8,50	1.530,00	1.897,20
6	ΜΕΙΓΜΑ (ΙΑΤΡΙΚΟ) ΑΖΩΤΟ 50% ΜΕ 50% ΟΞΥΓΟΝΟ ΦΙΑΛΗ 7.5m <sup>3</sup> (50L) (3 φιάλες των 50 L)	ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ	22,5	25,00	562,50	697,50
7	ΜΕΙΓΜΑ (ΙΑΤΡΙΚΟ) ΗΛΙΟ 70% ΜΕ 30% ΟΞΥΓΟΝΟ ΦΙΑΛΗ 7.5m <sup>3</sup> (50L) (3 φιάλες των 50L)	ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ	22,5	42,00	945,00	1.171,80
8	ΜΕΙΓΜΑ (ΙΑΤΡΙΚΟ) ΗΛΙΟ 50% ΜΕ 50% ΟΞΥΓΟΝΟ ΦΙΑΛΗ 50L (3 φιάλες των 50L)	ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ	22,5	42,00	945,00	1.171,80
9	ΑΣΕΤΥΛΙΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 50L* (10 Kg/φιάλη) (2 φιάλες των 50L)	ΚΙΛΑ	20	8,90	178,00	220,72
10	Ενοίκια 20 φιαλών 10L ή 50L	ΦΙΑΛΗ / ΜΗΝΑ	240	6,00	1.440,00	1.785,60
11	Ενοίκια 5 μικρών φιαλών 5L με ενσωματωμένο ρυθμιστή πίεσης και ταχυσύνδεσμο	ΦΙΑΛΗ / ΜΗΝΑ	60	9,00	540,00	669,60
	<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ</b>				<b>8.959,50</b>	<b>11.109,78</b>

\* Η τιμή ανά κιλό ασετυλίνης περιλαμβάνει και την επιβάρυνση του ανθρακασβεστίου (1 ευρώ/κιλό) για περιβαλλοντικούς λόγους

Η παραπάνω προμήθεια θα βαρύνει τους ΑΛΕ: •32302030000001 για την προμήθεια ιατρικών αερίων και  
 •24409890000001 για την ενοίκιαση φιαλών  
 του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ».

**ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ-ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:**

Οι προσφορές, όσων επιθυμούν να συμμετέχουν, υποβάλλονται έντυπα στη διεύθυνση του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» (Εθνικής Αντίστασης 161, Τ.Κ. 55134 Θεσσαλονίκη) στο Γραφείο της Γραμματείας (πρωτόκολλο), **μέχρι και την Τρίτη 14-07-2026 ώρα 14.30 μ.μ.**

Σε κλειστό φάκελο εξωτερικά θα αναγράφεται:

Ο τίτλος: φάκελος προσφοράς για την πρόσκληση συλλογής προσφορών αναφορικά με την προμήθεια του είδους «ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ» CPV: 24111500-0.

Ο Αριθ. Πρόσκλησης: 2026-31/ΣΠ

- Τα στοιχεία της εταιρείας
- Η διευκρίνιση: «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

Διευκρινίζεται ότι οι προσφορές που τυχόν υποβληθούν εκπρόθεσμα, δεν θα γίνουν αποδεκτές.

**ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:**

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει:

1. Δικαιολογητικά συμμετοχής στον οποίο θα περιέχονται τα εξής:

α) **Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής των όρων** της πρόσκλησης.

β) **Απόσπασμα του σχετικού ποινικού μητρώου** έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

γ) Για την καταβολή **φόρων**, αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο εφόσον είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.

δ) Για την **καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης**, πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή του ελληνικού κράτους, ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του φορέα, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (θα αφορά την κύρια και την επικουρική ασφάλιση), *εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.*

ε) **Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου** – αριθμός καταχώρησης στο ΓΕΜΗ (παρ. 2 άρθρου 75) του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό, καθώς και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, οι εκάστοτε τροποποιήσεις του καταστατικού, *εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους.*

στ) Για την **απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης**, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης *εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους* (όπως πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. τροποποιήσεων του καταστατικού ΦΕΚ σύστασης και εκπροσώπησης σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου).

ζ) **Υπεύθυνη Δήλωση** του, ανά περίπτωση, νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου/οντότητας, στην οποία δηλώνει ότι το νομικό πρόσωπο/οντότητα, το οποίο εκπροσωπεί νόμιμα, δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα **αδικήματα δωροδοκίας του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016**, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 134-135 του ν. 5090/2024.

**2. Οικονομοτεχνική προσφορά**

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιέχει την οικονομοτεχνική προσφορά, δηλαδή τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς που πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση, καθώς και τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς του (συμπλήρωση **πίνακα οικονομικής προσφοράς**).

Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η οικονομική προσφορά, θα περιέχει συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ 24%	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%
1	ΟΞΥΓΟΝΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΦΙΑΛΗ ΕΩΣ 1m <sup>3</sup>	ΦΙΑΛΗ	650				2.700,10
2	ΟΞΥΓΟΝΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΦΙΑΛΗ ΑΠΟ 4,4m <sup>3</sup> ΕΩΣ 10,7m <sup>3</sup> (15 φιάλες των 10m <sup>3</sup> )	ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ	150				284,58
3	ΑΕΡΙΟ ΑΖΩΤΟ ΒΙΟΧΗΜΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΙΑΛΗ 10 m <sup>3</sup> (50 L) (5 φιάλες των 10 m <sup>3</sup> )	ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ	50				179,80
4	ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΑΕΡΑΣ ΦΙΑΛΗ 10m <sup>3</sup> (10 φιάλες των 10m <sup>3</sup> )	ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ	100				331,08
5	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΦΙΑΛΗ 10L (7.5 kg/φιάλη), 24φιάλες των 10L	ΚΙΛΑ	180				1.897,20
6	ΜΕΙΓΜΑ (ΙΑΤΡΙΚΟ) ΑΖΩΤΟ 50% ΜΕ 50% ΟΞΥΓΟΝΟ ΦΙΑΛΗ 7.5m <sup>3</sup> (50L) (3 φιάλες των 50 L)	ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ	22,5				697,50
7	ΜΕΙΓΜΑ (ΙΑΤΡΙΚΟ) ΗΛΙΟ 70% ΜΕ 30% ΟΞΥΓΟΝΟ ΦΙΑΛΗ 7.5m <sup>3</sup> (50L) (3 φιάλες των 50L)	ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ	22,5				1.171,80
8	ΜΕΙΓΜΑ (ΙΑΤΡΙΚΟ) ΗΛΙΟ 50% ΜΕ 50% ΟΞΥΓΟΝΟ ΦΙΑΛΗ 50L (3 φιάλες των 50L)	ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ	22,5				1.171,80
9	ΑΣΕΤΥΛΙΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 50L* (10 Kg/φιάλη) (2 φιάλες των 50L)	ΚΙΛΑ	20				220,72
10	Ενοίκια 20 φιαλών 10L ή 50L	ΦΙΑΛΗ / ΜΗΝΑ	240				1.785,60
11	Ενοίκια 5 μικρών φιαλών 5L με ενσωματωμένο ρυθμιστή πίεσης και ταχυσύνδεσμο	ΦΙΑΛΗ / ΜΗΝΑ	60				669,60
	<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ</b>						<b>11.109,78</b>

\* Η τιμή ανά κιλό ασετυλίνης περιλαμβάνει και την επιβάρυνση του ανθρακασβεστίου (1 ευρώ/κιλό) για περιβαλλοντικούς λόγους

Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε ευρώ. Στις τιμές θα συμπεριλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ, ο οποίος θα αναφέρεται ξεχωριστά.

Οικονομική Προσφορά που είναι ανώτερη της προϋπολογισθείσας δαπάνης απορρίπτεται.

Η κατακύρωση θα γίνει στον ανάδοχο που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής, με την προϋπόθεση ότι με την προσφορά του ικανοποιούνται οι όροι της πρόσκλησης.

#### **ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις **15 Ιουλίου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00** στο Γραφείο προμηθειών του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», ενώπιον αρμόδιας επιτροπής.

Διευκρινίζεται ότι οι νόμιμοι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των συμμετεχόντων εταιρειών, μπορούν να λάβουν γνώση για το σύνολο των κατατεθειμένων προσφορών του διαγωνισμού, εφόσον προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία με τον αρμόδιο υπάλληλο του γραφείου προμηθειών ώστε να οριστεί συγκεκριμένη ημέρα και ώρα αυτού.

#### **ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ**

Η αρμόδια επιτροπή αποσφραγίζει τις προσφορές στον ορισμένο από την παρούσα χρόνο και προβαίνει στην αξιολόγηση των προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών, συντάσσοντας πρακτικό με το οποίο γνωμοδοτεί για τον ανάδοχο, το οποίο επικυρώνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες.

Επισημαίνεται ότι αν παρουσιαστούν ελλείψεις ή ήσσονος αξίας ατέλειες ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα η Επιτροπή μπορεί να καλέσει εγγράφως τους προσφέροντες να τα διευκρινίσουν, σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ. 4 του ν.4412/2016.

Σε περίπτωση ισοτιμίας, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές.

Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των ορίων του [άρθρου 118](#), περί απευθείας ανάθεσης, όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την ακύρωση πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, καθώς και την αναστολή εκτέλεσης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 45 έως 56 του π.δ.18/1989 (Α' 8), το οποίο αποφαινεται αμετακλήτως χωρίς να επιτρέπεται η προηγούμενη άσκηση άλλης ειδικής ή ενδικοφανούς διοικητικής προσφυγής.

Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής ορίζεται στο άρθρο 372 παρ.5 του ν.4412/2016

#### **ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού.

Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους υποψήφιους μαζί με τις προσφορές τους, δε δημιουργεί καμία δέσμευση για την αναθέτουσα αρχή.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόσει τη σύμβαση από την υπογραφή της και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και σύμφωνα με όσα αναγράφονται σ' αυτή.

Η σύμβαση που θα προκύψει θα είναι διάρκειας δύο (2) ετών.

Το Νοσοκομείο διατηρεί μονομερές δικαίωμα προαίρεσης για ένα ακόμα έτος με τους ίδιους όρους και τιμές που θα προκύψουν με βάση την παρ. 9α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016.

#### **ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ**

Ως τόπος παράδοσης ορίζεται η έδρα του Νοσοκομείου: Εθνικής Αντίστασης 161, Τ.Κ. 55134 Θεσσαλονίκη.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόσει τη σύμβαση από την υπογραφή της και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και σύμφωνα με όσα αναγράφονται σ' αυτή.

Η παραλαβή των παραδοτέων γίνεται από αρμόδια επιτροπή, η οποία ορίζεται με απόφαση της Α.Α. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται από την επιτροπή ο απαιτούμενος έλεγχος και εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης, συντάσσει και υπογράφει εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.

**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

**ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ**

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο:

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση από τον Ανάδοχο των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να παραλαμβάνει και να επεξεργάζεται και ηλεκτρονικά τιμολόγια που είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων, όπως αυτό ορίζεται στην περίπτωση 12 του άρθρου 149 του ν. 4601/2019 (Α'44) και των, κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 154 του νόμου αυτού, κανονιστικών αποφάσεων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

[ilektronika.timologia@agpavlos.gr](mailto:ilektronika.timologia@agpavlos.gr), με κωδικό τιμολόγησης «1015.E00224.0001».

Ο ανάδοχος συμπληρώνει στο πεδίο «ΒΤ-11: Στοιχείο αναφοράς αγαθού/υπηρεσίας/μελέτης/έργου» το «ΑΔΑ Ανάληψης».

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Ο Φ.Π.Α. επί της αξίας του τιμολογίου βαρύνει το Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ».

**ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ:**

- Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για ένα (1) έτος από την επόμενη μέρα της διενέργειας της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
- Εγγυητική επιστολή συμμετοχής και καλής εκτέλεσης, δεν απαιτείται.
- Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στη διαδρομή (URL) <http://www.agpavlos.gr/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ/ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ>. Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκέπτονται την ως άνω ιστοσελίδα του Νοσοκομείου για να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές.
- Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ισχύουν οι διατάξεις των νόμων και προεδρικών διαταγμάτων, όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ

