



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
"ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

9
ΓΝΘ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Αριθμ. Πρωτ.: 9584
Ημ/νία: 13/07/2026

Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Τμήμα Οικονομικό
Γραφείο Διαχείρισης Υλικού
Πληροφορίες Αγαπίδου Α
Τηλ: 2313304415
e-mail: a.agapidou@agpavlos.gr

Θεσσαλονίκη, 09-07-2026

Έρευνα αγοράς που αφορά

Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες, το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών του Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τον κωδικό **GMDN** των προσφερόμενων ειδών, αλλά και το χρόνο παράδοσής τους.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Διαχ/σης Υλικού μέσω e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία και e-mail και για προσφορές που κατατίθενται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχειρώς θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Σε περίπτωση που ζητηθεί δείγμα, κρίνεται απαραίτητη η προσκόμισή του.

Καταληκτική ημερομηνία **17-07-2026**
Καταληκτική ώρα : 15.00

Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 6 μήνες

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Με υπεροξικό οξύ
 2. Έτοιμο προς χρήση και σε περίπτωση που απαιτείται χρήση με προσθήκη ενεργοποιητή, αυτός να περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
 3. Δραστικό έναντι:
 - Gram (+) και Gram (-) βακτηριδίων, σύμφωνα με την EN 13727 και EN 14561
 - Μυκήτων, σύμφωνα με την EN 13624 και EN 14562
 - Μυκοβακτηριδίων, σύμφωνα με την EN 14348 και EN 14563
 - Πλήρως ιοκτόνο έναντι ιών με περίβλημα και χωρίς (POLIO, ADENO, NORO) σύμφωνα με την EN 14476 και EN 17111
 - Σποροκτόνο σύμφωνα με την EN 17126
 4. Ο χρόνος για το παραπάνω ζητούμενο φάσμα να μην υπερβαίνει τα 5'-10' λεπτά max. Να κατατεθούν οι μελέτες αποτελεσματικότητας.
 5. Για θερμοευαίσθητα όργανα και εξοπλισμό (αναισθησιολογικού, ενδοσκόπια κ.α.)
 6. Συμβατό με τα ενδοσκόπια του νοσοκομείου.
 7. Με ουδέτερο pH (6,5 -7,5 ± 0,5) μετά την ενεργοποίηση.
 8. Ελεύθερο ερεθιστικών αναθυμιάσεων οξικού οξέος.
 9. Με σταθερότητα διαλύματος 14-28 ημερών, χωρίς περιορισμό εμβαπτίσεων στη χρήση.
 10. Η δραστηριότητα του απολυμαντικού θα ελέγχεται **με δείκτες**, οι οποίοι πρέπει:
 - Να είναι ελεγμένοι και πιστοποιημένοι από τον κατασκευαστή του διαλύματος ως προς τα ελάχιστα αποδεκτά όρια της δραστικής ουσίας μέσα στο απολυμαντικό διάλυμα (να κατατεθεί η μελέτη του παραγωγού).
 - Να είναι πρακτικοί στη χρήση τους, με εύκολο και ευανάγνωστο αποτέλεσμα (ενεργό - μη ενεργό) της δραστικότητας του διαλύματος.
 - Να έχουν έντονη αλλαγή χρώματος ώστε να αντιλαμβάνεται ο χρήστης με σαφήνεια εάν το διάλυμα παραμένει ενεργό ή έχει απενεργοποιηθεί.
 - Να διαθέτουν CE mark.
 11. Σε συσκευασία πέντε λίτρων έως 5 λίτρα.
- Στην προσφορά του, κάθε συμμετέχων οικονομικός φορέας θα πρέπει να συμπεριλάβει:
- Φυλλάδιο με τα χαρακτηριστικά του απολυμαντικού υγρού, στην αγγλική και στην ελληνική γλώσσα (πιστή μετάφραση).
 - Την καταχώρηση του σκεύασματος στον ΕΟΦ στο μητρώο Ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
 - Τον αριθμό καταχώρησης στο ΕΜΧΠ.
 - Πιστοποιητικά συμβατότητας κατασκευαστών ενδοσκοπίων.
 - Τη βιβλιογραφική τεκμηρίωση του σκεύασματος.
 - Το ισχύον πιστοποιητικό CE του προϊόντος από τον κοινοποιημένο Οργανισμό.
 - Το ξενόγλωσσο φυλλάδιο με τα χαρακτηριστικά των δεικτών του απολυμαντικού υγρού.
 - Πιστή μετάφραση του φυλλαδίου των δεικτών, στα ελληνικά.
 - Σχετική μελέτη ελέγχου και πιστοποίησης δεικτών από τον κατασκευαστή του διαλύματος.
 - Το ισχύον πιστοποιητικό CE των δεικτών του διαλύματος.

ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΑΠΟ ΔΕΛΤΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ(MSDS)

13.07.2026 16:06:49
ΨΗΦΙΑΚΑ
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΑΠΟ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
"ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

ΓΝΘ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Αριθμ. Πρωτ.: 9585
Ημ/νία: 13/07/2026

Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Τμήμα Οικονομικό
Γραφείο Διαχείρισης Υλικού
Πληροφορίες Αγαπίδου Α
Τηλ: 2313304415
e-mail: a.agapidou@agpavlos.gr

Θεσσαλονίκη, 09-07-2026

Έρευνα αγοράς που αφορά

Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες του Ορθοπαιδικού Τμήματος, το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών του Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τον κωδικό **GMDN** των προσφερόμενων ειδών, αλλά και το χρόνο παράδοσής τους.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Διαχ/σης Υλικού μέσω e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία e-mail και για προσφορές που κατατίθενται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχειρώς θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Σε περίπτωση που ζητηθεί δείγμα, κρίνεται απαραίτητη η προσκόμισή του.

Καταληκτική ημερομηνία
Καταληκτική ώρα : 15.00

17-07-2026

Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 6 μήνες

Περιγραφή

1. Αυτοκόλλητη αποστειρωμένη υποαλλεργική γάζα τύπου merore. Σε ατομική συσκευασία.

**ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ : 10X30,10X35
(210483980020011/12)**

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

13.07.2026 16:13:25
ΨΗΦΙΑΚΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΜΕΝΟ
ΑΠΟ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ



χ/κλ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
"ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

ΓΝΘ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Αριθμ. Πρωτ.: 9586
Ημ/νία: 13/07/2026

Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Τμήμα Οικονομικό
Γραφείο Διαχείρισης Υλικού
Πληροφορίες Αγαπίδου Α
Τηλ: 2313304415
e-mail: a.agapidou@agpavlos.gr

Θεσσαλονίκη, 09-07-2026

Έρευνα αγοράς που αφορά

Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες της MTN , το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή , η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών του Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τον κωδικό **GMDN** των προσφερόμενων ειδών ,αλλά και το χρόνο παράδοσής τους.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Διαχ/σης Υλικού μέσω e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία e-mail και για προσφορές που κατατίθενται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχείρως θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Σε περίπτωση που ζητηθεί δείγμα, κρίνεται απαραίτητη η προσκόμισή του.

Καταληκτική ημερομηνία 1
Καταληκτική ώρα : 15.00

17-07-2026

Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 6 μήνες

Περιγραφή

**(ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΟ) ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ (≥ 122 ΕΚ)
210188250100012**

**ΣΕΤ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΥΠΕΡΗΧΟΥ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΠΟ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ
ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΡΕ, ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥΣ,
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ, 20ml ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΓΕΛΗ
ΥΠΕΡΗΧΩΝ, ΔΙΠΛΩΜΕΝΟ ΣΕ ΠΕΔΙΟ ΓΙΑ ΑΣΗΠΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΣΕ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 15cmX122cm**

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

13.07.2026 16:14:33
ΨΗΦΙΑΚΑ
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΑΠΟ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
"ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

9
ΓΝΘ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Αριθμ. Πρωτ.: 9587
Ημ/νία: 13/07/2026

Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Τμήμα Οικονομικό
Γραφείο Διαχείρισης Υλικού
Πληροφορίες Αγαπίδου Α
Τηλ: 2313304415
e-mail: a.agapidou@agpavlos.gr

Θεσσαλονίκη, 10-07-2026

Έρευνα αγοράς που αφορά

Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες της κεντρικής αποθήκης, το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών του Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τον κωδικό **GMDN** των προσφερόμενων ειδών, αλλά και το χρόνο παράδοσής τους.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Διαχ/σης Υλικού μέσω e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία e-mail και για προσφορές που κατατίθενται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχείρως θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Σε περίπτωση που ζητηθεί δείγμα, κρίνεται απαραίτητη η προσκόμισή του.

Καταληκτική ημερομηνία
Καταληκτική ώρα : 15.00

17-07-2026

Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 6 μήνες

Περιγραφή

1.ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΧΑΡΤΙΝΗ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 2,5CM και 5CM

Αυτοκόλλητη επιδεσμική ταινία, η οποία είναι κατασκευασμένη από χαρτί και συγκολλάτε απαλά και σταθερά στο δέρμα, χωρίς να αφήνει υπολείμματα κόλλας κατά την αφαίρεση. Να είναι υποαλλεργική, να επιτρέπει τη διαπνοή του δέρματος και να μην περιέχει καθόλου λάτεξ.

(210483980010011/12)

2.ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΞΩΤΗ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 2,5CM και 5CM

Υποαλλεργική αυτοκόλλητη ταινία στερέωσης, από λευκό συνθετικό μετάξι. Να αφήνει το δέρμα να αναπνέει ώστε να μην προκαλείται εφίδρωση και να απωθεί το νερό, χωρίς να αφήνει υπολείμματα κόλλας κατά την αφαίρεση.

(210483980010013/14)

3.ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ (ΤΥΠΟΥ TENSORPLAST) 10CM

Αυτοκόλλητη υφασμάτινη επιδεσμική ταινία στο χρώμα του δέρματος με υποαλλεργική συνθετική κόλλα . Να επιτρέπουν την κυκλοφορία του νερού και των υδρατμών, να κολλούν με ασφάλεια να είναι σταθερές και μεγάλης αντοχής. Να αφαιρούνται εύκολα και δεν αφήνουν υπολείμματα. Να είναι αδιάβροχες. Να κόβονται εύκολα και να διαθέτουν πτυχή ζιγκ-ζαγκ. Διαστάσεις 7,5Χ5.

(210601500058003)

4. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣΠΛΑΤΟΥΣ 7,5ΜΧ5Μ

(210483980041189)

5. ΑΥΤΟΚΟΛ. ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ 13mmΧ102mm

Αυτοκόλλητα ταινίες σύγκλισης τραυμάτων για την ατραυματική επανόρθωση τραυμάτων. Να είναι διαπερατές από τον αέρα και στους υδρατμούς. Να εφαρμόζουν με ασφάλεια, να αφαιρούνται ανώδυνα και χωρίς να αφήνουν υπολείμματα. Διαστάσεων 13mm X 102mm

(210601500064011)

6. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ 6Χ38ΜΜ

Αυτοκόλλητα ταινίες σύγκλισης τραυμάτων για την ατραυματική επανόρθωση τραυμάτων. Να είναι διαπερατές από τον αέρα και στους υδρατμούς. Να εφαρμόζουν με ασφάλεια, να αφαιρούνται ανώδυνα και χωρίς να αφήνουν υπολείμματα. Διαστάσεων 6mm X 38mm

(210601500064012)

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

13.07.2026 16:15:38
ΨΗΦΙΑΚΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΜΕΝΟ
ΑΠΟ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
"ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134
Τμήμα Οικονομικό
Γραφείο Διαχείρισης Υλικού
Πληροφορίες Αγαπίδου Α
Τηλ: 2313304415
e-mail: a.agapidou@agpavlos.gr

9 ΓΝΘ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Αριθμ. Πρωτ.: 9588
Ημ/νία: 13/07/2026

Θεσσαλονίκη, 10-07-2026

Έρευνα αγοράς που αφορά

Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες της κεντρικής αποθήκης, το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών του Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τον κωδικό **GMDN** των προσφερόμενων ειδών, αλλά και το χρόνο παράδοσής τους.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Διαχ/σης Υλικού μέσω e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία

e-mail και για προσφορές που κατατίθενται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχείρως θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Σε περίπτωση που ζητηθεί δείγμα, κρίνεται απαραίτητη η προσκόμισή του.

Καταληκτική ημερομηνία : 17-07-2026

Καταληκτική ώρα : 15.00

Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 6 μήνες

Περιγραφή
1. ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 22GX25mm (210435700070001) Περιφερικοί φλεβικοί καθετήρες 22G μήκους 3,3cm περίπου με πτερύγια και επιστόμιο χορήγησης φαρμάκων (με βαλβίδα μη επιστροφής, με σύνδεση luer lock)
2. ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 20G 1,1X30mm (210435700070002) Περιφερικοί φλεβικοί καθετήρες 20G μήκους 3,3cm περίπου με πτερύγια και επιστόμιο χορήγησης φαρμάκων (με βαλβίδα μη επιστροφής, με σύνδεση luer lock).
3. ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 18G 1,3X33mm (210435700070003) Περιφερικοί φλεβικοί καθετήρες 18G μήκους 3,3cm περίπου με πτερύγια και επιστόμιο χορήγησης φαρμάκων (με βαλβίδα μη επιστροφής, με σύνδεση luer lock).
4. ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 20G 1,1X48mm (210435700070004) Περιφερικοί φλεβικοί καθετήρες 20G, 5cm περίπου με πτερύγια και επιστόμιο χορήγησης φαρμάκων (με βαλβίδα μη επιστροφής, με σύνδεση luer lock).
5. ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 18GX48mm (210435700070005) Περιφερικοί φλεβικοί καθετήρες 18G, 5cm περίπου με πτερύγια και επιστόμιο χορήγησης φαρμάκων (με βαλβίδα μη επιστροφής, με σύνδεση luer lock).
6.ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 16GX48MM (210435700070006) Περιφερικοί φλεβικοί καθετήρες 16G, 5cm περίπου με πτερύγια και επιστόμιο χορήγησης φαρμάκων (με βαλβίδα μη επιστροφής, με σύνδεση luer lock).
7.ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 16GX33mm (210435700070007) Περιφερικοί φλεβικοί καθετήρες 16G μήκους 3,3cm περίπου με πτερύγια και επιστόμιο χορήγησης φαρμάκων (με βαλβίδα μη επιστροφής, με σύνδεση luer lock).

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

13.07.2026 16:17:25
 ΨΗΦΙΑΚΑ
 ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
 ΑΠΟ
 ΙΩΑΝΝΑ
 ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ



0000856149

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
"ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Τμήμα Οικονομικό

Γραφείο Διαχείρισης Υλικού

Πληροφορίες Αγαπίδου Α

Τηλ: 2313304415

e-mail: a.agapidou@agpavlos.gr

9
ΓΝΘ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

Αριθμ. Πρωτ.: 9589

Ημ/νία: 13/07/2026

Θεσσαλονίκη, 17-06-2026

Έρευνα αγοράς που αφορά

Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες της κεντρικής αποθήκης, το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών του Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τον κωδικό **GMDN** των προσφερόμενων ειδών, αλλά και το χρόνο παράδοσής τους.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Διαχ/σης Υλικού μέσω e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία e-mail και για προσφορές που κατατίθενται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχείρως θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Σε περίπτωση που ζητηθεί δείγμα, κρίνεται απαραίτητη η προσκόμισή του.

Καταληκτική ημερομηνία

Καταληκτική ώρα : 15.00

17-07-2026

Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 6 μήνες

Περιγραφή

ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΤΡΙΩΝ ΟΔΩΝ, 3-WAY STOP-COCK ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Να είναι:

1. Κατασκευασμένες από υλικό απολύτως ανθεκτικό, ανεξαρτήτως φαρμακευτικής σύνθεσης.
2. Να παρέχουν απόλυτη προστασία από μολύνσεις και αεροεμβολή.
3. Να διαθέτουν σταθερή σύνδεση, για την αποτροπή διαρροών, ακόμη και μετά από παρατεταμένη χρήση
4. Να διαθέτουν σύνδεση συμβατή με το στόμιο των υφιστάμενων καθετήρων και σύριγγων απλών και Luer lock
5. Να είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 8536-10 ή αντίστοιχο διεθνή φορέα πιστοποίησης
6. Να είναι κατάλληλες για εγχύσεις υπό πίεση, χωρίς διαρροές, σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις του παραπάνω προτύπου
7. Να διαθέτουν χαμηλό αδρανή όγκο
8. Να διαθέτουν επίπεδη καθαρή επιφάνεια
9. Να διαθέτουν στρόφιγγα 3 οδών (ανά 45 μοίρες), με δυνατότητα ελεύθερης περιστροφής μετά την σύνδεση του σωλήνα
10. Να διαθέτουν δυο άκρα με θηλυκό άκρο luer lock και ένα άκρο με αρσενικό luer lock, όλα με πώμα και κάλυμμα
11. Να είναι συμβατά με όλες τις σύριγγες Luer Lock
12. Να φέρουν CE mark

210483980022003

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

13.07.2026 16:26:14

ΨΗΦΙΑΚΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΜΕΝΟ
ΑΠΟ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ