



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΑΓΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ"

ΓΝΘ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Αριθμ. Πρωτ.: 9774
Ημ/νία: 15/07/2026

Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Τμήμα Οικονομικό
Γραφείο Διαχείρισης Υλικού
Πληροφορίες ΠΡΟΚΟΠΗ Π.
Τηλ: 2313304426
e-mail: pprokopi@agpavlos.gr

Θεσσαλονίκη: 10-07-2026

Έρευνα αγοράς που αφορά αναλώσιμα υλικά Χειρουργείου

Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες, το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που αναφέρονται παρακάτω, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών του Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τον χρόνο παράδοσης τους των προσφερόμενων ειδών.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Διαχ/σης Υλικού μέσω, e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία e-mail και για προσφορές που κατατίθενται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχείρως θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Σε περίπτωση που ζητηθεί δείγμα, κρίνεται απαραίτητη η προσκόμισή του.

Καταληκτική ημερομηνία 16-07-2026

Καταληκτική ώρα : 15.00

**Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ 6 μήνες
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣΕΤΕ ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΕΙΔΗ:**

- | | |
|--|------------------------|
| 1. ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ NON WOVEN 75 X 75 | 210483980024016 |
| ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN ISO 11607. | |
| ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΣΗΜΑΝΣΗ CE. | |
| ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ. | |
| ΝΑ ΜΗΝ ΣΚΙΖΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ. | |
| ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΟ, ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ. | |
| ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΙ ΙΝΙΔΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΥΛΙΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΞΕΤΥΛΙΓΜΑ ΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ. | |
| ΝΑ ΕΧΕΙ ΙΣΧΥΡΗ ΦΡΑΓΗ ΣΤΑ ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ | |
| ΝΑ ΕΧΕΙ ΒΑΡΟΣ >= 57γρ. | |
| ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΛΗΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ. | |
| Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΠΛΗ (ΝΑΪΛΟΝ ΣΑΚΟΥΛΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ, ΧΑΡΤΙΝΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ). | |

**2. ΑΠΟΡΡΟΦ.ΧΑΡΤΙ NON WOVEN ΥΠΟΣΤΡΩΜ. ΔΙΣΚΟΥ INNER LAYER 3 30x60
210601500064013**

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ NON WOVEN ΥΛΙΚΟ (ΟΧΙ ΛΕΥΚΟ ΚΡΕΠ), ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΩΝ 80gr/m2 +- 5gr.
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΛΑΚΟ ΓΙΑ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΣΚΟΥ, ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΙ ΤΑΧΕΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΟ 500% ΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΥΓΡΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ.
ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ EN 868-2 ΚΑΙ EN ISO 11607-1.
ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ISO 13485.

**3. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ 30 ΛΕΠΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
H₂O₂ 210601500010010**

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ H202.
ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΕ 30 ΛΕΠΤΑ.
ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΔΕΙΚΤΗ ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΤΙΚΟΥ ΜΑΡΤΥΡΑ.
ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΘΡΑΣΜΕΝΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ.
ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ ΚΑΙ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ.
ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΛΗΞΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ B.STEARTHERMOPHILUS ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΟΥΣ. ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΩΑΣΤΗΡΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ.
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΚΛΙΒΑΝΟ STERRAD ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ.
ΝΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 13485 ή ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 9001 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ.

**4. ΣΤΥΛΟ ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ
210601500010013**

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 15883-1:2006 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ HTM 01-01:2016, HTM 01-05:2013 (UK HEALTH TECHNICAL MEMORANDUM).
ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΕΠΩΑΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΩΑΣΤΗΡΑ.
ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ).
ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ.
ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΣΩ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ.
ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ 0,3MG ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΠΟ 1MG.
ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΕΝΥΔΑΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΤΟΥ ΣΤΥΛΕΟΥ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ.
ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΝΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ).
ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΕΠΩΑΣΤΗΡΑΣ).

**5. ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΓΡΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΦΑΡΔΟΣ 3/4 (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ Σ
210601500010003**

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΧΑΡΤΙΝΟΣ, ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 3/4 ΙΝΤΣΩΝ ΣΕ ΡΟΛΟ 50 Μ, ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ.
ΝΑ ΕΧΕΙ ΙΣΧΥΡΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ,
ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ
ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΡΟΛΟ.

- 6. ΚΑΣΕΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ STERRAD 100S 70-300-102**
ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΣΕ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 58%.
ΚΑΘΕ ΚΑΣΕΤΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΠΟΣΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ Η₂O₂.
ΟΙ ΚΑΣΕΤΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΗ
ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ.
Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΡΗΣΤΗ.
ΤΟΣΟ ΣΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΟΣΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΟΔΗΓΙΕΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ.
ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΚΛΙΒΑΝΟ STERRAD 100S

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

15.07.2026 16:07:10
ΨΗΦΙΑΚΑ
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΑΠΟ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ

