0000863770

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
¨ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ¨
Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Τμήμα Οικονομικό
Γραφείο Διαχείρισης Υλικού
Πληροφορίες ΠΡΟΚΟΠΗ Π.
Τηλ: 2313304426
e-mail: pprokopi@agpavlos.gr

ΓΝΘ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Αριθμ. Πρωτ.: 15244
Ημ/νία: 06/11/2026

Θεσσαλονίκη: 04-11-2026

Έρευνα αγοράς που αφορά αυτοκόλλητες θήκες αποστείρωσης

Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες των ΤΕΙ, του Οδοντιατρείου και της Νευρολογικής Κλινικής, το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή , η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών του Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τον κωδικό **GMDN και EMDN** των προσφερόμενων ειδών ,αλλά και το χρόνο παράδοσής τους.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Διαχ/σης Υλικού μέσω, e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία e-mail και για προσφορές που κατατίθενται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχείρως θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Σε περίπτωση που ζητηθεί δείγμα, κρίνεται απαραίτητη η προσκόμισή του.

Καταληκτική ημερομηνία 10-11-2026
Καταληκτική ώρα : 15.00

Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 6 μήνες

Περιγραφή

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΜΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣΕΤΕ ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:

1. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 300x430 ΜΜ 210483980024005

2. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 200X350mm 210483980024046

3. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 90x190 ΜΜ 210483980024015

Για κλίβανο ατμού
Να είναι σύμφωνες με τα ISO και τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές
Να διαθέτουν σήμανση CE
Να είναι η μια επιφάνεια χάρτινη (υψηλής χημικής καθαρότητας χαρτί), η άλλη από διαφανές πλαστικό φιλμ πολλαπλών στρωμάτων, ανθεκτική, με αντοχή στα βαριά αντικείμενα (πολυαιθυλένιο/πολυεστέρα) που να ανοίγει χωρίς ινίδια και να μη σχίζεται κατά το άνοιγμα.
Να υπάρχει ένδειξη της φοράς ανοίγματος που αποκλείει κατά το άνοιγμα του πακέτου να πέσουν ινίδια στα αποστειρωμένα υλικά
Να διαθέτουν πλαϊνή πολλαπλή συρραφή που να μην ξεκολλάει εύκολα
Να διαθέτουν δείκτες αλλαγής εκτός της περιοχής στην οποία τοποθετούνται τα υλικά προς αποστείρωση.
Να έχουν ελεγχθεί για διατήρηση της αποστείρωσης 180 ημέρες σε κατάλληλες συνθήκες σύμφωνα με το UNE- EN-ISO 11737-2. Μικρή διάσταση +/-1εκ., μεγάλη διάσταση +/- 2εκ
Να κατατίθεται φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών του κατασκευαστή με τον κωδικό του υλικού προς απόδειξη.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

06.11.2026 14:49:26
ΨΗΦΙΑΚΑ
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΑΠΟ
ΙΟΑΝΝΑ
KOSMOPOULOU