0000840931

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
¨ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ¨
Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Τμήμα Οικονομικό
Γραφείο Διαχείρισης Υλικού
Πληροφορίες ΜΠΡΟΥΝΤΖΙΟΥ Α
Τηλ: 2313304426
e-mail: **brountziou@agpavlos.gr**

ΓΝΘ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Αριθμ. Πρωτ.: 17254
Ημ/νία: 09/12/2025

Θεσσαλονίκη: 8 -12 -2025

Έρευνα αγοράς που αφορά

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑ
ΔΥΟ 2 ΤΕΜΑΧΙΑ

Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες , το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή , η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών του Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά.
Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τον κωδικό **GMDN** .

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Διαχ/σης Υλικού μέσω e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν για προσφορές που κατίθενται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου.
Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.

Καταληκτική ημερομηνία 12 / 12 /2024
Καταληκτική ώρα : 12.00

Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 6 μήνες

Περιγραφή

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΜΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣΕΤΕ ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑ

ΔΥΟ 2 ΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟΥ & ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ.

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ.

1.Να διαθέτει την δυνατότητα μέτρησης της αναίμακτης πίεσης και της οξυμετρίας .

2.Να λειτουργεί σε ενήλικες, παιδιά και νεογνά.

3.Να διαθέτει ψηφιακές ενδείξεις όπου να απεικονίζονται ταυτόχρονα:

- Η συστολική –διαστολική-μέση πίεση

-Η οξυμετρία .Να διαθέτει και μπάρα ένδειξης της ποιότητας σήματος της οξυμετρίας

-Η καρδιακή συχνότητα.

4.Να διαθέτει και ενσωματωμένη έγχρωμη οθόνη τύπου LCD 3.5'', στην οποία να απεικονίζονται η κυματομορφή της οξυμετρίας ,Trends όλων των μετρήσεων (NIBP/SPO2) υπό μορφή πίνακα και γραφήματος, κατάσταση μπαταρίας , συναγερμοί ,τύπο ασθενή υπό παρακολούθηση (ενήλικα παιδί, νεογνό),ώρα, ρυθμίσεις και διάφορα μηνύματα.

5. Η πηγή της καρδιακής συχνότητας να προέρχεται αρχικά από την οξυμετρία ενώ σε περίπτωση απώλειας σήματος αυτόματα να αλλάζει στον ενισχυτή πίεσης.

6.Να διαθέτει διάφορα φυσικά κομβία άμεσων λειτουργιών όπως έναρξη χειροκίνητης μέτρησης πίεσης ,σίγαση συναγερμών ,αλλαγή τύπου ασθενή, είσοδο στα TRENDS.

7.Να διαθέτει οπτικοακουστικούς ρυθμιζόμενους συναγερμούς για όλες τις παραμέτρους . Να διαθέτει και ενσωματωμένο φανό ο οποίος να διαθέτει διαφορετικές χρωματικές ενδείξεις ανάλογα το επίπεδο συναγερμού.

8.Να διαθέτει μνήμη για την αποθήκευση 12.000 μετρήσεων τουλάχιστον.

9.Να διαθέτει θύρα δικτύου για σύνδεση με κεντρικό σταθμό. Να μπορεί να δεχτεί και ασύρματο δέκτη WIFI. Να προσφερθεί προς επιλογή.

10.Να διαθέτει θύρα USB για σύνδεση με εξωτερικές συσκευές.

11.Να δύναται να μεταφερθεί μέσω ενσωματωμένης χειρολαβής και το βάρος του να είναι περίπου 3 kg.

12.Να λειτουργεί με τάση δικτύου αλλά και με ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία για δέκα (10) ώρες τουλάχιστον. Να δύναται να αναβαθμιστεί με μεγαλύτερη μπαταρία ώστε να λειτουργεί το μόνιτορ για τις διπλάσιες ώρες. Να προσφερθεί προς επιλογή.

13.Να δύναται να δεχτεί μονάδα μέτρησης θερμοκρασίας ,καταγραφικό και barcodes scanner .Να προφερθούν προς επιλογή.

14.Να διαθέτει τροχήλατη βάση του ίδιου κατασκευαστικού οίκου.

15.Να διαθέτει τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά ανά παράμετρο:

<u>Α. Αναίμακτη πίεση:</u>

1. Η λήψη να γίνεται με την ταλαντωσυμμετρική μέθοδο.

2. Η ακρίβεια των μετρήσεων να είναι σύμφωνη με το ISO 81060-2.

3. Η λήψη να γίνεται , αυτόματα με ρυθμιζόμενα διαστήματα από τον χρήστη μεταξύ 1—480 λεπτά και συνεχόμενα σε διάρκεια 5 λεπτών. Να διαθέτει επιπλέον λειτουργία μέσης τιμής με τον χρήστη να μπορεί να ρυθμίσει τον αριθμό των μετρήσεων υπολογισμού της μέσης τιμής (πχ. 3 μετρήσεις).

4. Το φούσκωμα την περιχειρίδας να υπολογίζεται βάσει της προηγούμενης μέτρησης για ποιο γρήγορη μέτρηση.

5. Το εύρος μετρήσεων να είναι μεταξύ 0—300mmHg.

6. Να διαθέτει σύστημα προστασίας υπερπίεσης.

7. Να παραδοθεί με τρεις (3) περιχειρίδες ενηλίκων (medium, Large και XL) και σωλήνα σύνδεσης.

<u>Β. Οξυμετρία :</u>

1. Η λήψη να γίνεται μέσω αισθητήρα δακτύλου .

2. Η ακρίβεια μέτρησης να είναι + - 2%.

3. Το εύρος μετρήσεων να είναι μεταξύ 0%--100%.

4. Να παραδοθεί με αισθητήρα δακτύλου ενηλίκων πολλαπλών χρήσεων.

16. Ο προμηθευτής να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001, 14001, ISO 45001, ISO 13485 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), ISO 27001 (Ασφαλή διαχείρισης Πληροφοριών και δεδομένων –Data security), ISO 27701:2019 «Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών Ιδιωτικότητας» και να πληροί την Υ.Α ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04. Επιπλέον ο προμηθευτής να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρησης Α.Η.Η.Ε σύμφωνα με το Ν.4819/2021 και την Υ.Α Η.Π. 23615/651/Ε.103 όπως ισχύουν, και να εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Ο.Α.Ν) βάσει της ΥΑ οικ. 181504/2016—ΦΕΚ2454/Β2016, όπως τροποποιηθείσα ισχύει ,όπου θα προκύπτει η ένταξη του σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και συσκευασιών.

17.Να υπάρχει η δυνατότητα παράδοσης μέχρι της 31/12/2025.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟΥ (ΜΟΝΙΤΟΡ ΖΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ) ΜΕ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑ ΚΑΙ ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (ΤΕΠ)

1.Να διαθέτει τροχήλατη βάση, χειρολαβή μεταφοράς, καλάθι αποθήκευσης παρελκόμενων. Να είναι νέας τεχνολογίας καινούργιο αμεταχείριστο μικρού όγκου και βάρους (έως 3 κιλά), κατάλληλο για ενήλικες, παιδιά και νεογνά, με την δυνατότητα επιλογής για κάθε μια από τις ηλικιακές ομάδες.

2. Να είναι ενιαία συσκευή πιεσόμετρου και οξυμέτρου.

3. Να διαθέτει μετρούμενες παραμέτρους Spo2,καρδιακό ρυθμό PR,μέτρηση αναίμακτης πίεσης NIBP.

4. Να λειτουργεί με τάση 220v/50Hz.

5. Να διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου με αυτονομία τουλάχιστον 2 ωρών συνεχόμενα.

6.Να έχει την δυνατότητα μέτρησης της συστολικής,διαστολικής και μέσης πίεσης με αυτόματο,χειροκίνητο ή START MODE με εύρος μετρήσεων 20-240mmHg.Σε αυτόματη χρήση να μπορεί να προγραμματίζεται να μετρά πίεση σε πολύ τακτά χρονικά διαστήματα .

7. Να διαθέτει οθόνη υψηλής ανάλυσης ,με ψηφιακές ενδείξεις των μετρήσεων της συστολικής ,διαστολικής αρτηριακής πίεσης,καρδιακής συχνότητας και κορεσμού οξυγόνου, επίσης θα πρέπει να εμφανίζονται στην οθόνη οδηγίες, ένδειξη χαμηλής φόρτισης μπαταρίας και μηνύματα σφαλμάτων.

8. Το εύρος μετρήσεων για σφίξεις να είναι 20-300/min για τον καρδιακό ρυθμό και για τον κορεσμό οξυγόνου από 0-100% με απόκλιση 1%

9. Να έχει τη δυνατότητα προγραμματισμού και ρύθμισης των μέγιστων και ελάχιστων ορίων για όλες τις παραμέτρους, ενώ παράλληλα θα διαθέτει οπτικοακουστικούς συναγερμούς.

10. Να διαθέτει τουλάχιστον περιχειρίδα για ενήλικες καθώς και αισθητήρα οξυμετρίας.

11. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί παράλληλα με την απινίδωση και τη διαθερμία.

	12. Να προσφέρεται εγγύηση καλής λειτουργίας, δυνατότητα service και ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια. **13. Να διαθέτει πιστοποιητικά EN ISO 13485:2016 και σήμανσης CE σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οδηγία 93/42/ ΕΟΚ για τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.** **14.Να υπάρχει η δυνατότητα παράδοσης μέχρι της 31/12/2025.**	

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

09.12.2025 15:35:21
ΨΗΦΙΑΚΑ
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΑΠΟ
ΙΟΑΝΝΑ
KOSMOPOULOU